

INFORME DE VALORACIÓN
EXPEDIENTE: 224/2023

Área: **Análisis Instrumental**
Fecha: 16/04/2024

1º ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUBCONTRATACIÓN

El pasado 26 de marzo de 2024, se procedió a la apertura telemática del sobre único de los licitadores admitidos al procedimiento con nº de expediente 224/2023 "SUMINISTRO DE UN ANALIZADOR DE MERCURIO".

Tras comprobar la documentación presentada como acreditación de las especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (apartado 5 del ANEXO I del PCAP) que rigen el presente contrato se concluye:

- *El licitador METROHM HISPANIA, S.L. cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas.*
- *El licitador ALENium SCIENTIFIC, S.L. cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas.*

Tras comprobar la documentación presentada sobre subcontratación de prestaciones, se concluye:

- *El licitador METROHM HISPANIA S.L. cumple especificaciones (no contempla subcontratación).*
- *El licitador ALENium SCIENTIFIC S.L. cumple especificaciones (no contempla subcontratación).*

2º CRITERIOS DE VALORACIÓN

Con carácter previo a la valoración, se comprobó que las ofertas económicas presentadas por ambos licitadores, METROHM HISPANIA, S.L. y ALENium SCIENTIFIC, S.L., son correctas de acuerdo con lo establecido en el Anexo II del PCAP, no superando en ningún caso el Presupuesto Base de Licitación.

De conformidad con el apartado 7 del Anexo I del PCAP, los criterios que han de servir de base para la adjudicación del Contrato son los siguientes:

A) 1. Valoración económica. En el análisis económico prima en orden decreciente, el precio más bajo teniendo este la valoración máxima, es decir, **70 puntos**. Se establece la siguiente fórmula.

$$V_i = 70 * P_{min} / P_i$$

Donde:

V_i = Valoración correspondiente a la oferta i

P_i = Precio propuesto por la empresa i , en €.

P_{min} = Precio mínimo ofertado, en €

A) 2. Valoración de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 30 puntos

A) 2.1 Ampliación del periodo de garantía 20 puntos

Se valorará con hasta 20 puntos el mayor compromiso de ampliar el periodo de garantía hasta un máximo de 36 meses sobre el plazo mínimo de 24 meses establecido en el apartado 9.6 del presente Anexo I.

$$Vi = 20x \frac{Mi}{36}$$

Donde:

V_i = Valoración correspondiente a la oferta i .

M_i = Meses adicionales de ampliación del periodo de garantía sobre el exigido como mínimo en el apartado 9.6 del Anexo I por la empresa i .

Los licitadores ofertarán la ampliación del plazo adicional de garantía que estimen oportuna en meses completos. Dicha ampliación de plazo debe estar expresada en números enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador oferte la ampliación de plazo referida con decimales, se ignorarán los decimales sin redondeos.

Si el licitador oferta más de 36 meses adicionales de ampliación del plazo de garantía se tendrá en cuenta a efectos de valoración 36 meses. En cambio, para la ejecución del contrato se tendrá en cuenta la ampliación de plazo de garantía efectivamente ofertada por el licitador.

A) 2.2 Temperatura máxima estable del horno de descomposición 10 puntos.

Se valorará con hasta 10 puntos los grados Celsius (°C) adicionales para la temperatura máxima estable del horno de descomposición, teniendo en cuenta que la temperatura mínima exigida en el apartado 2.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas es de 800 °C. El máximo de puntuación corresponde a la mayor temperatura ofertada.

$$Vi = 10 x \frac{Ti}{T_M}$$

Donde:

V_i = Valoración correspondiente a la oferta i .

T_i = Grados Celsius adicionales sobre el mínimo exigido en el apartado 2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, número ofertado por la empresa i .

T_M = Mayor grados Celsius adicionales ofertado por los licitadores sobre el mínimo exigido en el apartado 2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

3º CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

		METROHM HISPANIA, S.L.	ALENIUM SCIENTIFIC, S.L.
Valores Ofertados	A.1. Oferta económica	36.000,00 €	33.450,00 €
	A.2.1. Ampliación del periodo de garantía	36 meses	36 meses
	A.2.2. Temperatura máxima del horno	200 ºC	200 ºC
Puntuaciones	A.1. Oferta económica	65,04	70,00
	A.2.1. Ampliación del periodo de garantía	20,00	20,00
	A.2.2. Temperatura máxima del horno	10,00	10,00
	Total	95,04	100,00
	Posición	2	1

El Jefe de Área de Análisis Instrumental

GOIZUETA
SÁNCHEZ
MIGUEL -

AUTH

Firmado digitalmente
por GOIZUETA
SÁNCHEZ MIGUEL -
AUTH
Fecha: 2024.04.16
10:30:59 +02'00'