

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE GRAPADORAS QUIRÚRGICAS Y CLIPS HEMOSTÁTICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL (EXPT.: A/SUM-007881/2024)

Una vez revisada la documentación técnica aportada por las empresas presentadas, resulta lo siguiente:

LOTE 1 – GRAPADORAS LINEALES

Pliego Técnico

- Medtronic Ibérica, S.A.: cumple las prescripciones técnicas.
- Productos especiales de Neomedic Internacional, S.L.: no cumple las prescripciones técnicas por longitud de corte de las cargas (códigos Nexus 104413 y 104288 + 104273) (se ofertan 33 mm y 61 mm)
- CANHOS, S.L.: no cumple pliego técnico en la longitud de corte de la carga más corta (código Nexus 104413) (se oferta 33 mm)
- MBA INCORPORADO, S.L.: cumple las prescripciones técnicas.
- NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.- no cumple las prescripciones técnicas por longitud del vástago (códigos Nexus 102275 y 102058) (377 mm y 528 mm)
- AMEVISA, S.A.: no cumple el pliego técnico al no quedar acreditado el tipo de trócar de acceso ("diámetro para trócar de 12 mm", según el pliego).
- MERCE V ELECTROMEDICINA, S.L.- no cumple las prescripciones técnicas por longitud de grapado (código Nexus 104413) (33 mm) y las cargas de 60 necesita un trócar de 15 mm. ("diámetro para trócar de 12 mm", según el pliego).

Autobaremo

Se valora el Autobaremo presentado por las empresas que cumplen las características técnicas exigidas:

- Medtronic Ibérica, S.A.: cumple las prescripciones técnicas por diferente altura de pata de grapa en cada longitud de carga (carga 30 mm en 2/2,5/3; carga 45mm en 2/2,5/3 y en 3/3,5/4 y carga de 60 mm en 2/2,5/3 y en 3/3,5/4).
- MBA Incorporado, S.L.: no ha puntuado criterios objetivos.

LOTE 2 –ENDOAPLICADOR DE CLIPS

Pliego Técnico

- Medtronic Ibérica, S.A.- cumple las prescripciones técnicas
- Prótesis Hospitalarias S.A.- no cumple prescripciones técnicas por longitud de eje (33 cm). El código Nexus 102064 exige 290 mm.
- MBA incorporado, S.L.: cumple las prescripciones técnicas

Autobaremo

Se valora el Autobaremo presentado por las empresas que cumplen las características técnicas exigidas:

- Medtronic Ibérica, S.A.- cumple los criterios específicos otorgados en el Autobaremo
- MBA incorporado, S.L.: cumple los criterios específicos otorgados en el Autobaremo

En San Lorenzo de El Escorial, a 8 de abril de 2024



Fdo.: Elena Larraz
Jefa de Sección del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo