

INFORME TÉCNICO POR EL QUE SE CONCLUYE SI LAS OFERTAS PRESENTADAS AL CONTRATO SARA-SUM 010/24 - SUMINISTRO DE CIANOCRILATO ADHESIVO MÉDICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA CON PLURALIDAD DE CRITERIOS (Exp. SARA-SUM 010/24 - CUMPLEN O NO CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Se han presentado las siguientes ofertas de licitación.

LICITADOR
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. – CIF A28389484
PRIM, S.A. – CIF A28165587

Evaluada las ofertas técnicas presentadas se llega a las siguientes conclusiones:

- La oferta presentada por **MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. – CIF A28389484** cumple con todos los estándares técnicos requeridos y por lo tanto su oferta es calificada como **APTA**.
- La oferta presentada por **PRIM, S.A. – CIF A28165587** no cumple con los requerimientos técnicos exigidos en base a los siguientes puntos:
 - **VIAL DE 3 CC EN LUGAR DE 5 CC**

En base a lo anterior expuesto se concluye que la oferta presentada por PRIM es no apta para continuar en el proceso de licitación.

Para que así conste se firma el presente informe con fecha 03 DE Abril de 2024

En Alcorcón,



D. Luis de Benito.

Jefe Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.