

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN CONGELADOR VERTICAL, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. Expediente PAS 12-2024. El proyecto PI21/00869 objeto de este contrato está subvencionado por el Instituto De Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea.**

**PREGUNTA DE UN LICITADOR:**

*Buenas tardes:*

*Si es un congelador se supone que es para temperaturas por debajo de 0°C pero según PPT: "Un aislamiento de 83mm y temperatura garantizada a 43 °C."*

*Suponemos que se trata de un error y quieren decir -43 °C. Por favor, confirmen.*

*También faltaría aclarar qué dimensiones (mínimas o máximas) debería de tener el congelador.*

**RESPUESTA PREGUNTA:**

DIMENSIONES → 700×830×2150mm

TEMPERATURA: -43 °C.

Gracias.