

CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN CONGELADOR VERTICAL, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. Expediente PAS 12-2024. El proyecto PI21/00869 objeto de este contrato está subvencionado por el Instituto De Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea.

➤ **PREGUNTA DE UN LICITADOR:**

Buenos días,

Les ruego me indiquen si el congelador debe de llevar baldas o cajones y su capacidad en litros.

Gracias, un Saludo.

➤ **RESPUESTA PREGUNTA:**

Tiene que tener baldas, y la capacidad en litro mínimo 630 litros.