

EXPEDIENTE: 2024-0-013 (A/SUM-009572/2024)

EMPRESARIOS QUE LA MESA DE CONTRATACIÓN PROPONE ADMITIR Y EXCLUIR DE LA LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE “ADQUISICIÓN DE IMPLANTES DE ARTROPLASTIA PARCIAL DE CADERA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”.

Licitador	Razón social	NIF
1	MEDACTA ESPAÑA, S.L.	B98566698
2	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	A28218675
3	AMEVISA, S.A.	A28838555
4	EXACTECH IBERICA,S.L.	B33975814
5	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	A61123782
6	MBA INCORPORADO,S.L.	B33680547
7	STRYKER IBERIA, S.L.	B82173451

EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS

Licitador	Razón social	NIF
2	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	A28218675
4	EXACTECH IBERICA,S.L.	B33975814

EMPRESAS LICITADORAS EXCLUIDAS Y MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

Licitador	Razón social	Lote/nº de orden	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
1	MEDACTA ESPAÑA, S.L.	1.1	Diámetro de la cúpula en un rango de 41 a 56 mm para cabezas femorales de 28 mm. El rango de diámetro más habitual (entre 41 y 52 mm) deben estar cubiertos con intervalos de 1 mm entre tallas	La cúpula de 41 mm solo es para cabeza femoral de 22 mm.
		1.3	Gama de tallas distintas que incluya un mínimo de 6 tallas distintas	Solo dispone de 5 tallas distintas en estándar y 4 en High Offset

Licitador	Razón social	Lote/nº de orden	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
3	AMEVISA, S.A.	1.1	Diámetro de la cúpula en un rango de 41 a 56 mm para cabezas femorales de 28 mm. El rango de diámetro más habitual (entre 41 y 52 mm) deben estar cubiertos con intervalos de 1 mm entre tallas	Las cúpulas presentadas de menos de 44 mm son para cabezas femorales de 22 mm, no de 28 mm.
		1.3	Posibilidad de offset estándar y aumentado en todas las tallas.	No dispone de offset.
5	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1.1	Diámetro de la cúpula en un rango de 41 a 56 mm para cabezas femorales de 28 mm. El rango de diámetro más habitual (entre 41 y 52 mm) deben estar cubiertos con intervalos de 1 mm entre tallas	Las cúpulas presentadas de menos de 44 mm son para cabezas femorales de 22 mm, no de 28 mm.
6	MBA INCORPORADO,S.L.	1.1	Diámetro de la cúpula en un rango de 41 a 56 mm para cabezas femorales de 28 mm. El rango de diámetro más habitual (entre 41 y 52 mm) deben estar cubiertos con intervalos de 1 mm entre tallas	Las cabezas femorales de 28 mm no disponen de intervalos de 1 mm entre tallas.
		1.3	Gama de tallas distintas que incluya un mínimo de 6 tallas distintas	Solo dispone de 5 tallas distintas en estándar y 4 en High Offset
7	STRYKER IBERIA, S.L .	1.1	Diámetro de la cúpula en un rango de 41 a 56 mm para cabezas femorales de 28 mm. El rango de diámetro más habitual (entre 41 y 52 mm) deben estar cubiertos con intervalos de 1 mm entre tallas	Las cúpulas presentadas de menos de 44 mm son para cabezas femorales de 22 mm, no de 28 mm. Las cabezas femorales no disponen de intervalos de 1 mm entre tallas.

Madrid, a día de la fecha
La Secretaria de la Mesa de Contratación,

Firmado digitalmente por: CURTO JIMENEZ CRISTINA
Fecha: 2024.06.12 14:47