

PA 8-2024 "ADQUISICION REACTIVOS DE COAGULACION Y TAO PARA EL LABORATORIO DE HEMATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE 1: TÉCNICAS AUTOMÁTICAS DE COAGULACIÓN

LICITADOR	Nº ORDEN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	1.1	TIEMPO DE PROTOMBINA +FIBRINÓGENO DERIVADO	00020003050	SI CUMPLE	
	1.2	TIEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA	00020006800		
	1.3	SEGUNDA TECNICA TIEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA	00020007400		
	1.4	FIBRINOGENO VON CLAUS	00020301100		
	1.5	TIEMPO DE TROMBINA	00009758515		
	1.6	TIEMPO DE REPTILASE	000800191		
	1.7	DIMERO-D	00020500100		
	1.8	ANTITROMBINA	00020300400		
	1.9	RESISTENCIA PROTEINA C ACTIVADA FV LEIDEN	00020008700		
	1.10	PROTEÍNA C CROMOGENICA	00020300500		
	1.11	PROTEINA S LIBRE	00020002700		
	1.12	DETERMINACIÓN DE ANTICOAGULANTE LÚPICO, RUSSELL SCREEN	00020301500		
	1.13	DETERMINACIÓN DE ANTICOAGULANTE LÚPICO, RUSSEL CONFIRM	00020301600		
	1.14	DETERMINACIÓN DE ANTICOAGULANTE LÚPICO, SEGUNDA TÉCNICA SCREEN + CONFIRM	00020004800		
	1.15	FACTOR II	00020012200		
	1.16	FACTOR V	00020011500		
	1.17	FACTOR VII	00020011700		
	1.18	FACTOR VIII	00020011800		
	1.19	FACTOR IX	00020011900		
	1.20	FACTOR X	00020010000		
	1.21	FACTOR XI	00020011300		
	1.22	FACTOR XII	00020011200		
	1.23	FACTOR XIII AG	00020201300		
	1.24	ACTIVIDAD ANTI-Xa	00020302601		
	1.25	CUANTIFICACIÓN NIVELES RIVAROXABÁN	00020302601		

PA 8-2024 "ADQUISICION REACTIVOS DE COAGULACION Y TAO PARA EL LABORATORIO DE HEMATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LICITADOR	Nº ORDEN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		
				SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	1.26	CUANTIFICACIÓN NIVELES APIXABÁN	00020302601	SI CUMPLE		
	1.27	CUANTIFICACIÓN NIVELES EDOXABAN	00020302601			
	1.28	CUANTIFICACIÓN NIVELES DE FONDAPARINUX	00020302601			
	1.29	ANTICUERPOS ANTI PF4 /HEPARANINA HIT	00020302700			
	1.30	HOMOCISTEINA	00020007800			
	1.31	CUANTIFICACIÓN NIVELES DABIGATRÁN	00020302800			
	1.32	FACTOR VON WILLEBRAND ANTIGÉNICO	00020002300			
	1.33	FACTOR VON WILLEBRAND COFACTOR DE RISTOCETINA	00020300900			
	1.34	FACTOR V. WILLEBRAND ANTIGÉNICO por INMUNOENSAYO	0009802020			
	1.35	FACTOR V. WILLEBRAND COFACTOR DE RISTOCETINA por INMUNOENSAYO	0009802024			
	1.36	FACTOR VON WILLEBRAND COLLAGEN BINDING	0009802044			
	1.37	ADAMTS 13	0009802048			
	1.38	ANTICUERPOS ANTI PF4/HEPARINEMIA HIT IgG	0009802028			
	1.39	ACIDO ARAQUIDÓNICO	546101297			
	1.40	ADP	546101312			
	1.41	EPINEFRINA	546101311			
	1.42	COLÁGENO	546101562			
	1.43	RISTOCETINA	546100970			
	1.44	TRAP	546HB-5533FG			
	1.45	FII y FV	460GXFIIFV10			
	1.46	TEST VISCOELASTICO GLOBAL + HEP	000555502			
	1.47	TEST VISCOELASTICO GLOBAL + ANTIFIBRINOLITICOS	000555501			

PA 8-2024 "ADQUISICION REACTIVOS DE COAGULACION Y TAO PARA EL LABORATORIO DE HEMATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE 2	TIRA REACTIVA INR CAPILAR (TAO)
--------	---------------------------------

LICITADOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	TIRA REACTIVA INR CAPILAR (TAO)	335CHB0025AA	SI CUMPLE	

PA 8-2024 "ADQUISICION REACTIVOS DE COAGULACION Y TAO PARA EL LABORATORIO DE HEMATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE 1: TÉCNICAS AUTOMÁTICAS DE COAGULACIÓN

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 3)						
LICITADOR	1.- Coagulómetros que permitan la obtención del primer resultado de TP en menos de 3 minutos, partiendo de modo en espera, desde su programación: SI = 4 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	2.- Agregómetro que disponga de pipeta electrónica con ciclo guiado, para la realización del test: SI = 3 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	3.- Autoanalizador de inmunoensayo que permita procesar el panel de técnicas especificado, por quimioluminiscencia: SI = 6 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	4.- Autoanalizador de inmunoensayo, que permita la obtención de resultados en un tiempo máximo de 40 minutos, desde su programación: SI = 3 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	5.- Analizador de test viscoelásticos que permita la aspiración de muestras de manera automática, desde tubo cerrado, y con todos los reactivos necesarios en un solo cartucho: SI = 6 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	
	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	SI	4	SI	3	SI	6

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 3)						
LICITADOR	6.- Todos los reactivos para la detección del Anticoagulante Lúpico con estabilidad de al menos 14 días a 2-8°C una vez reconstituidos: SI = 5 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	7.- Técnica de Dímero-D con VPN de 100% para TVP y TEP, en el sistema en que se vaya a procesar la analítica. Deberá estar avalado por un organismo regulador internacional: SI = 4 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	8.- Técnicas de VW Ag y VW Cofactor Ristocetina y colágeno, con estabilidad en máquina superior a un mes una vez reconstituidas o abiertas, automatizables, con límites de detección inferiores al 1%: SI = 5 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	9.- Técnica para la determinación cuantitativa de anticuerpos para la Trombocitopenia Inducida por Heparina (HITlgG) automatizada. Reactivo líquido y listo para su uso, con estabilidad en máquina superior a dos meses una vez abierto o reconstituido. La aplicación en el analizador debe estar certificada por el fabricante del reactivo: SI = 4 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)	
	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	SI	5	SI	4	SI	40,00

PA 8-2024 "ADQUISICION REACTIVOS DE COAGULACION Y TAO PARA EL LABORATORIO DE HEMATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE 2		TIRA REACTIVA INR CAPILAR (TAO)					
LICITADOR	CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE 3)					TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)	
	1.- Volumen de muestra de sangre total necesaria para la determinación (incluidos controles): ≥4 microlitros = 0 PUNTOS < 4 microlitros = 15 PUNTOS	2.- Tiras envasadas individualmente: SI = 15 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	3.- Coagulómetro portátil que trabaje conectado a la red o con batería interna recargable a la corriente: SI = 10 PUNTOS NO = 0 PUNTOS				
MICROLITROS	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS	SI / NO	PUNTOS		
WERFEN ESPAÑA, S.A.U.	3 microlitros	15	SI	15	SI	10	40,00

JEFE DE SERVICIO DE HEMATOLOGÍA
Firmado por PEDRO SANCHEZ GODOY -
DNI el día 10/06/2024 con
un certificado emitido por SIA
SUB01

Dr. Pedro Sánchez Godoy