



Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

De: Supervisora de RRMM
A: Servicio de Suministros
Fecha: 11 de junio de 2024

Asunto: INFORME TECNICO VALORACION Nº. EXPEDIENTE: COM PAPC 2024-1-15 APÓSITOS, GASAS Y COMPRESAS

LOTE 1: APÓSITO ESTERIL 45X45CM CON CONTROL RADIOLÓGICO

- **ADA:** No cumple, los bordes están cosidos, pero se deshilachan fácilmente con leve manipulación, siendo requisito mínimo solicitado en PPT.
- **FAVESAN:** No cumple, los bordes están cosidos, pero se deshilachan fácilmente con leve manipulación, siendo requisito mínimo solicitado en PPT.
- **GASPUNT:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **ORTOPEDIA Y CIRUGIA:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **INDAS:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **TEGOSA:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **TEXPOL:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

LOTE 2: APÓSITO ESTERIL 45X45 SIN CONTROL RADIOLÓGICO. Orden 2 y 3

- **ADA:** No cumple, los bordes están cosidos, pero se deshilachan fácilmente con leve manipulación, siendo requisito mínimo solicitado en PPT.
- **FAVESAN:** No cumple, por un lado, los bordes están cosidos, pero se deshilachan fácilmente con leve manipulación, siendo requisito mínimo solicitado en PPT. Y, por otro lado, NO se especifica en el envase la composición, requerida también en las características comunes de los lotes de algodón.
- **GASPUNT:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **ORTOPEDIA Y CIRUGIA:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **INDAS:** No cumple. Las medidas en apósito abierto son menores de las requeridas en el PPT, se requiere medida de 45cm x 45cm (+/- 4%) y presentan 42cm x 42cm. Por otro lado, el empaquetado del orden 2, no se ajusta a la medida de la compresa plegada 11x22cm, dando lugar a confusión con los apósitos de medidas más pequeñas (gasas) y en consecuencia desperdiciando dicho material.
- **TEGOSA:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **TEXPOL:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

LOTE 3: APÓSITO 20X40CM ESTERIL SIN CONTROL RADIOLÓGICO

- **ADA:** No cumple, Las medidas en apósito abierto son menores de las requeridas en el PPT, se requiere medida de 20cm x 40cm (+/- 4%) y presentan 19cm x 37cm
- **FAVESAN:** No cumple, por un lado, las medidas en apósito abierto son menores de las requeridas en el PPT, se requiere medida de 20cm x 40cm (+/- 4%) y presentan 19cm x 37cm. Y por otro lado, NO se especifica en el envase la composición, requerida también en las características comunes de los lotes de algodón.
- **GASPUNT:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **ORTOPEDIA Y CIRUGIA:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **TEGOSA:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- **TEXPOL:** Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

LOTE 4: APÓSITO TNT 40CMX40CM NO ESTERIL

- ADA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- FAVESAN: No cumple, por no llevar la información completa en el envase, requerida y especificada en el PPT, solo presenta un código QR ilegible.
- GASPUNT: No cumple. El gramaje requerido en el PPT para la unidad debería ser 8g y aporta 7,4g.
- TEGOSA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEXPOL: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

LOTE 5: APÓSITO TNT 20X20 CM NO ESTERIL

- ADA: No cumple el gramaje requerido en el PPT para la unidad debería ser 1,2g y aporta 1,1g.
- FAVESAN: No cumple, por no llevar la información completa en el envase, requerida y especificada en el PPT, solo presenta un código QR ilegible.
- GASPUNT: No cumple. La medida del apósito que presenta abierto es de 18,2cm x 19,5cm y se solicita 20cm x 20cm (+/- 8%) y el gramaje requerido en el PPT para la unidad debería ser 1,2g y aporta 0,9g.
- TEGOSA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEXPOL: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

LOTE 6: APÓSITO TNT 20CMX20 CM ESTERIL CON CONTROL RADIOLOGICO

- ADA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- FAVESAN: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- GASPUNT: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEGOSA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEXPOL: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

LOTE 7: APÓSITO TNT 20CMX20CM ESTERIL SIN CONTROL RADIOLOGICO

- ADA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- FAVESAN: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- GASPUNT: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEGOSA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEXPOL: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

LOTE 8: APÓSITO TNT 20CMX40CM ESTERIL

- ADA: No cumple, El gramaje requerido en el PPT para la unidad debería ser 4g y aporta 3,7g
- FAVESAN: No cumple, El gramaje requerido en el PPT para la unidad debería ser 4g y aporta 3,9g.
- GASPUNT: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEGOSA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEXPOL: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.



LOTE 9: APÓSITO TNT 40CMX40CM ESTERIL CON CONTROL RADIOLOGICO

- ADA: No cumple, Se solicita en el PPT medida de 40cm x 40cm y presentan muestra de 60cm x 40cm.
- FAVESAN: No cumple, Se solicita en el PPT medida de 40cm x 40cm y presentan muestra de 60cm x 40cm.
- GASPUNT: No cumple con todos los requisitos solicitados en PPT, ya que el hilo del control radiológico no presenta un adecuado termosellado y se despegue con la mínima manipulación, pudiendo soltarse en una intervención con el consiguiente riesgo importante y grave para el paciente.
- TEGOSA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEXPOL: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

LOTE 10: APÓSITO TNT 80CMX45CM ESTERIL SIN CONTROL RADIOLOGICO

- ADA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- FAVESAN: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- GASPUNT: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEGOSA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEXPOL: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

LOTE 11: APÓSITO TNT 15CMX20CM ESTERIL SIN CONTROL RADIOLOGICO

- ADA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- FAVESAN: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- GASPUNT: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEGOSA: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.
- TEXPOL: Cumple con todos los requisitos solicitados en PPT.

En Getafe, a 11 de junio de 2024



