

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-81 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Servicio de Farmacia.

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Fecha: 10/06/2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2023-0-81 para el **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE BOMBA AUTOMÁTICA DE LLENADO Y MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES POR EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE"** por las empresas, se emite el siguiente.

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **B. BRAUN MEDICAL, SA, BAXTER, S.L., OIARSO S.COOP., SANUSTECH cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	BOMBA AUTOMÁTICA DE LLENADO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL	B. BRAUN MEDICAL, SA	Si	24,00
		BAXTER, S.L.	Si	21,15
		OIARSO S.COOP.	Si	19,17
		SANUSTECH	Si	21,39

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

FERRARI PIQUERO
JOSE MIGUEL -
01116244P

Firmado digitalmente por FERRARI
PIQUERO JOSE MIGUEL - 01116244P
Fecha: 2024.06.10 14:40:48 +02'00'

Fdo.: Dr. José Miguel Ferrari Piquero

Jefe de Servicio de Farmacia

EXPEDIENTE: 2023-0-81

SUMINISTRO DE BOMBA AUTOMÁTICA DE LLENADO Y MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES POR EL SERVICIO DE FARMACIA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1 (ORDEN 1)	BOMBA AUTOMÁTICA DE LLENADO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL	B. BRAUN MEDICAL, SA ... TOTAL PUNTOS: 24,00
	TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS	
	1. Extensión de garantía HASTA 10 PUNTOS (1 punto por cada año que exceda los 2 años de garantía obligatoria hasta un máximo de 10 puntos)	1.- 12 años de garantía.....10 PUNTOS
	2. Posibilidad de presentaciones $\geq 100\text{ml}$, para los productos que están en el mercado en presentaciones de pequeño volumen de 5 o 10ml HASTA 2 PUNTOS (Se asignarán 2 puntos al que pueda suministrar mayor número de presentaciones para la preparación de las nutriciones parenterales y proporcionalmente al resto)	2.- 9 Presentaciones.....2 PUNTOS
	3. Volumen menor de transferencia al solicitado ... HASTA 3 PUNTOS (Se valorará de forma proporcional)	3.- Volumen de 0.2ml1,5 PUNTOS
	4. Volumen mínimo de incremento $\leq 0.01\text{ml}$... HASTA 2 PUNTOS (Se valorará de forma proporcional)	4.- Volumen de 0.01 ml.....2 PUNTOS
	5. Velocidad máxima de llenado por canal ... HASTA 4 PUNTOS (Se asignarán 4 puntos al de mayor velocidad y proporcionalmente al resto)	5.- Velocidad de 200ml/min.....0,67 PUNTOS
	6. Número de canales > 20 ... HASTA 2 PUNTOS (Se asignarán 2 puntos al de mayor número de canales y proporcionalmente al resto)	6.- 22 canales..... 1,83 PUNTOS
		7.- 15 MINUTOS.....4 PUNTOS
		8.- Si Dispone.....1 PUNTO
		9.- No Dispone.....0 PUNTOS
		10.- Si Dispone.....1 PUNTO

EXPEDIENTE: 2023-0-81

SUMINISTRO DE BOMBA AUTOMÁTICA DE LLENADO Y MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES POR EL SERVICIO DE FARMACIA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
	<p>7. Tiempo requerido para montaje y calibración ... HASTA 4 PUNTOS. (Se asignarán 4 puntos al que necesite menor tiempo y proporcionalmente al resto) (Para valorarlo se tendrá que entregar una estimación de tiempo necesario para montar el fungible usando 20 canales y tiempo diario de calibración)</p> <p>8. Disponibilidad de packs de fungible para una línea ... 1 PUNTO</p> <p>9. Fungible asociado a las líneas de conexión pre-montado ... 1 PUNTO</p> <p>10. Estándar de ciberseguridad reconocido legalmente que proteja al hospital de posibles ciberataques ... 1 PUNTO</p>	<p>BAXTER, S.L. ...TOTAL PUNTOS: 21,15</p> <p>1.- 10 años de garantía.....8,33 PUNTOS</p> <p>2.- No Dispone.....0 PUNTOS</p> <p>3.- Volumen de 0.2ml1,5 PUNTOS</p> <p>4.- Volumen de 0.01 ml.....2 PUNTOS</p> <p>5.- Velocidad de 996ml/min.....3,32 PUNTOS</p> <p>6.- 24 canales..... 2 PUNTOS</p> <p>7.- 30 MINUTOS.....2 PUNTOS</p> <p>8.- Si Dispone.....1 PUNTO</p> <p>9.- No Dispone.....0 PUNTOS</p> <p>10.- Si Dispone.....1 PUNTO</p>

EXPEDIENTE: 2023-0-81

SUMINISTRO DE BOMBA AUTOMÁTICA DE LLENADO Y MATERIAL FUNGIBLE NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES POR EL SERVICIO DE FARMACIA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
		<p>OIARSO S.COOP. ...TOTAL PUNTOS: 19,17</p> <p>1.- 10 años de garantía.....8,33 PUNTOS</p> <p>2.- No Dispone.....0 PUNTOS</p> <p>3.- Volumen de 0.1ml3 PUNTOS</p> <p>4.- No Dispone.....0 PUNTOS</p> <p>5.- Velocidad de 250ml/min.....0,83 PUNTOS</p> <p>6.- 24 canales..... 2 PUNTOS</p> <p>7.- 20 MINUTOS.....3 PUNTOS</p> <p>8.- Si Dispone.....1 PUNTO</p> <p>9.- Si Dispone.....1 PUNTO</p> <p>10.- No Dispone..... 0 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2023-0-81

SUMINISTRO DE BOMBA AUTOMÁTICA DE LLENADO Y MATERIAL FUNGIBLE
NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES POR EL
SERVICIO DE FARMACIA

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
		<p>SANUSTECH ...TOTAL PUNTOS: 21,39</p> <p>1.- 8 años de garantía.....6,67 PUNTOS</p> <p>2.- No Dispone.....0 PUNTOS</p> <p>3.- Volumen de 0.2ml1,5 PUNTOS</p> <p>4.- Volumen de 0.01ml 2 PUNTOS</p> <p>5.- Velocidad de 1200ml/min.....4 PUNTOS</p> <p>6.- 24 canales..... 2 PUNTOS</p> <p>7.- 27 MINUTOS.....2,22 PUNTOS</p> <p>8.- Si Dispone.....1 PUNTO</p> <p>9.- Si Dispone.....1 PUNTO</p> <p>10.- Si Dispone..... 1 PUNTO</p>