

**SUMINISTRO DE SISTEMAS DE PLASMAFÉRESIS PARA CENTRO DE
TRANSFUSION DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(P.A. SUM. 006-2024 . A/SUM-013684/2024)**

Informe Técnico Criterios Juicio de Valor

Una vez analizada la documentación técnica y las muestras presentadas por FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A., se determina que la oferta cumple la totalidad de las prescripciones técnicas descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Nº	Criterio	Ponderación
1	<p>Valoración facultativa y de personal de enfermería (juicio de valor)</p> <p>- capacidad de optimizar captación y fidelización de donantes en el programa plasmaféresis (incidencias con venas, volemia...) y prevención de reacciones adversas. (1,7/2)</p> <p>- reinfusión de suero salino (2/2)</p> <p>- presencia de manguito para colaboración al donante de la presión de extracción. (2/2)</p> <p>-montaje kit. (1,5/2)</p> <p>-manejo de equipo (pantalla táctil) durante el proceso de donación (1,5/2)</p> <p>-facilidad gestión de alarmas e incidencias en software y display de pantalla táctil (2/3)</p> <p>-confort percibido en donante (1,5/2)</p>	12,2 de 15
	Total	12,2 de 15

El juicio de valor ha sido realizado en base a experiencia técnica de uso del personal sanitario , monitorización continua de actividad (% procesos abortados y causas analizadas), indicadores de calidad, incidencias detectadas y calidad percibida por donantes (documentada en encuestas de opinión).

JUAN DIEGO RODRIGUEZ GAMBARTÉ -
Firmado digitalmente por JUAN DIEGO RODRIGUEZ GAMBARTÉ -
Fecha: 2024.04.24 14:20:59 +02'00'