

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

EXPEDIENTE:	GCASU2400014
OBJETO:	<b>SUMINISTRO DE: MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE ARTROSCOPIA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.</b>

### TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 29 de mayo de 2024 la Mesa de Contratación, se da lectura de la valoración técnica de cumplimiento del PPT.

#### FICHA VALORACION TÉCNICA

GCASU2400014. SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE ARTROSCOPIA.

Lote único

LICITADOR	CUMPLE	OBSERVACIONES
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	NO	Ante la imposibilidad de verificar el cumplimiento del PPT con la documentación técnica presentada se solicitan aclaraciones donde nos indiquen en que parte de la documentación presentada se encuentra las características solicitadas. Una vez recibidas las aclaraciones, se hace imposible realizar un informe de cumplimiento dado que se siguen sin poder encontrar un gran número de características solicitadas en el PPT. A modo de ejemplo no se encuentra información de las siguientes características solicitadas: BOMBA ARTROSCOPIA: Presión de salida: 0-150mmHg. Rango de flujo de al menos 0,1-1,6l/m. Valores predeterminados y modificables por articulación tanto para flujo de entrada como para presión. Permite la creación de perfiles específicos por usuario. Software de reconocimiento de los sistemas de vaporización y resección de tejido para circuito cerrado de fluido. Función de lavado rápido. Posibilidad de control remoto. Control de la temperatura intraarticular y mitigación (según sube la temperatura aumenta el flujo y succión), integrado en la bomba que permita interrumpir automáticamente el funcionamiento del vaporizador en caso de que la bomba marque un aumento excesivo de temperatura en el líquido intraarticular. Opción de drenaje de la articulación al final de la cirugía.  CARRO TORRE ARTROSCOPIA: 4 ruedas giratorias 360° con freno en mínimo 2ruedas. Puertas traseras para protección de equipos. para conectar mínimo 8 equipos Soporte para bombona de CO2 de diferentes tamaños.
STRYKER IBERIA, S.L.	SI	Examinada la documentación, el licitador presentado cumple completamente con las condiciones exigidas en el PPT.

San Sebastián de los Reyes, 24 de mayo de 2024  
JEFE DE SERVICIO DE C.O. Y TRAUMATOLOGÍA

Fdo.: Javier Escalera Alonso

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 29 de mayo de 2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

F. mado d g almen e po TORCAL OCHOA JOSE ALBERTO  
Fecha 2024 05 30 10 12

Fdo.: Jose Alberto Torcal Ochoa.