

ANEXO I							
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS							
"AGUJAS DE BIOPSIA DE CILINDRO COMPLETO"							
Lote nº	DENOMINACIÓN PRODUCTO Y CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 36 meses	Base imponible	Importe Total Base Imponible	21% IVA	IMPORTE TOTAL
1	DISPOSITIVO DE BIOPSIA AUTOMÁTICA O SEMIAUTOMÁTICA DE CILINDRO COMPLETO				23.065,50	4.843,76	27.909,26
1.1	AGUJA BIOPSIA PISTOLA AUTOMÁTICA DESECHABLE CON PROFUNDIDAD DE MUESTRA REGULABLE	35,10	600	21.060,00			
	Muestra de biopsia de cilindro completo, sin fragmentación  Aguja para biopsia de acero inoxidable en toda su extensión con marcas centimetradas; hendidura cortante en su extremo distal (obtención de la muestra por corte cilindro hueco, de tres tamaños), y conector en material plástico.  Calibre de 16G. y 18G; con longitudes ente 100 mm y 200 mm aproximadamente (al menos dos longitudes para 16 G y 3 para 18 G).  Dos disparadores. Sistema automático de extracción, punta ecogénica, longitudes de penetración regulables entre 10 y 25 mm aproximadamente.  Emisión de la energía mediante control del campo, control térmico y control de longitud de onda  Mango ergonómico que facilite la manipulación.  Desechable. Estéril  C. Nexus: 135946						
1.2	AGUJA COAXIAL PISTOLA AUTOMÁTICA DESECHABLE, PROFUNDIDAD REGULABLE	9,55	210	2.005,50			
	Aguja coaxial introductora de biopsia con cánula de acero inoxidable, resorte de bloqueo y estilete montado en el sistema de aguja.  Calibre 15G y 17G (Serán calibres y longitudes normalizados acordes a las diferentes agujas presentadas en el apartado anterior).  Estéril  C.Nexus: 135947						
TOTAL LOTE:					23.065,50 €	4.843,76	27.909,26

En Madrid, a 3 de abril de 2024

Fdo: Dr. Jesús de la Torre Fernández  
Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico

La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código según de verificación: 0981367347595035766378

