

EXPEDIENTE Nº: 2024-0-022 (A/SUM-015901/2024)

"ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO ESTÉRIL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR".

INFORME DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Han presentado oferta las siguientes empresas licitadoras:

- BARNIA IMPORT MÉDICA, S.A.
- MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.
- IBERIAN CARE 2016, S.L.
- SUMINISTRO INTEGRAL SANITARIO, S.L.
- DISTRAUMA MEDICAL, S.L.

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración, tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1.- Acreditan cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- DISTRAUMA MEDICAL, S.L.

2.- No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

LICITADOR	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
BARNIA IMPORT MÉDICA, S.A.	Superficie rugosa externa en la punta de los dedos.	Tanto en ficha técnica como en muestra presentada, los guantes no tienen superficie rugosa externa en la punta de los dedos.

LICITADOR	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.	Certificado de cumplimiento de la Normativa Europea EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos.	No acredita
IBERIAN CARE 2016, S.L.	Puño de ≥ 5 cm de longitud y con reborde	En ficha técnica no indica y con las muestras presentadas se comprueba que la longitud del puño de los guantes es inferior a 5cm
	Certificado de cumplimiento de la Normativa Europea EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos.	No acredita

Por otra parte, las empresas BARNIA IMPORT MÉDICA, S.A. y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L., presentan en el sobre 2 la lista de ingredientes, aportando, por tanto, información referente a la oferta técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas, no pudiendo aportar dicha información conforme a la Cláusula primera, apartado 9 del PCAP.

Con respecto a la empresa SUMINISTRO INTEGRAL SANITARIO, S.L. no se puede realizar su valoración por no aportar en su documentación las fichas técnicas, y con las muestras presentadas se comprueba que el producto ofertado no se corresponde con el objeto del expediente, ya que presentan guantes de nitrilo no estériles, y se solicitan guantes de nitrilo estériles.

SEGUNDO. - Se ha seleccionado la oferta del proveedor que se ha comprobado que cumple con los requisitos exigidos en el PPT, y se ha realizado la evaluación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, conforme a lo indicado en la Cláusula 1 punto 8.2.2 del PCAP con el siguiente resultado:

SENSIBILIDAD TACTIL					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración media	Ponderación Hasta 7 P.
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	8	9	8	8,33	5,83

ADAPTABILIDAD DEL GUANTE A LA MORFOLOGÍA DE LAS MANOS DE LOS PROFESIONALES					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración media	Ponderación Hasta 7 P.
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	6	5	5	5,33	3,73

PROPIEDAD ANTIDESLIZANTE EN PRESENCIA DE LÍQUIDO					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración media	Ponderación Hasta 6 P.
DISTRAUMA MEDICAL, S.L.	9	9	9	9,00	5,40

En Madrid,

Fdo.: Carolina Clemente Valera

Firmado digitalmente por: CLEMENTE VALERA CAROLINA
Fecha: 2024.06.13 12:22

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: