

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-41 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

**Dra. Pérez Escutia
Dr. Cabello Murillo**

Fecha: 22/05/2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-41 para el "CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ACELERADOR LINEAL CON ANILLO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, SL.** **cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	ACELERADOR LINEAL CON ANILLO	VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

Firmado por MARIA ANGELES PEREZ ESCUTIA -
DNI 00797606N el día 24/05/2024 con un
certificado emitido por SIA SUB01 FIRMADO

Firmado digitalmente por
EDUARDO CABELLO MURILLO -
***3295** el día 24/05/2024

Dra. Pérez Escutia

Dr. Cabello Murillo

Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica

Jefe de Radiofísica

Informe Técnico

Expediente Nº 2024-0-41

EXPEDIENTE: 2024-0-41		
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ACELERADOR LINEAL CON ANILLO		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	ACELERADOR LINEAL CON ANILLO	VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L. ... TOTAL PUNTOS: 30
	TOTAL: PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	
	1. Se valorará que la unidad licitada tenga un panel de imagen de IGRT con un tamaño activo de al menos 86x43 cm ... 10 PUNTOS	1.- Tamaño panel 86X43 cm... 10 Puntos
	2. Se valorará actualizar un sistema de imagen en otro de los otros aceleradores existente modificando el panel de imagen a un tamaño activo mayor al existente ... 10 PUNTOS	2.- Si cumple..... 10 Puntos.
	3. Se valorará trasladar al paciente en tratamiento de la unidad licitada a otro de las existentes actualmente en el Servicio sin necesidad de recálculo en el planificador ni resimulación, por tanto, sin modificar la dosimetría efectuada la cual debe de ser idéntica ... 10 PUNTOS	3.- Si cumple..... 10 Puntos.