

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN****ÁREA TÉCNICA****Nº EXPEDIENTE: PA 2024-0-123****NOTA INFORMATIVA****NUEVA NORMATIVA**

Tal como indica el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el punto 3 de **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS FILTROS DE AGUA ANTIMICROBIANOS DE PUNTO TERMINAL**, el material y documentación presentados contendrá todas las descripciones técnicas exigidas que deberán ajustarse a:

**Se informa que en el requisito exigido:**

- Cumplimiento de la eficacia de filtración bacteriana por membrana según estándar **ASTM F.838-15** certificada por Laboratorio de ensayos independiente según norma ISO 17025 o similar.

**Se modifica la normativa indicada quedando en los siguientes términos:**

- Cumplimiento de la eficacia de filtración bacteriana por membrana según estándar **ASTM F.838-20** certificada por Laboratorio de ensayos independiente según norma ISO 17025 o similar.

Se dará traslado de la presente información al Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid para general conocimiento.

Firmado digitalmente por: SOMOLINOS MARTINEZ ALFREDO  
Fecha: 2024.05.30 14:25

Fdo.:

---

**Subdirector de Gestion Área Técnica**