


RESULTADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE GUA PAC 2024-1-22 SUMINISTRO DE GUANTES DE USO SANITARIO						
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	PROVEEDOR	MARCADO CE PRODUCTO SANITARIO (CONFORME/NO CONFORME)	DECLARACIÓN EXENCIÓN LÁTEX/ PRODUCTOS TÓXICO (CONFORME/NO CONFORME)	DECLARACIÓN ESTERILIDAD LOTES 1-Y-2 (CONFORME/NO CONFORME)	VALORACIÓN
						CUMPLE/NO CUMPLE (CON REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PPT)
1	GUANTE DE EXAMEN DE NITRIL ESTÉRIL SIN POLVO	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	SI	SI	SI	CUMPLE
		IBERIAN CARE 2016, S.L	SI	SI	SI	NO CUMPLE Se solicita que la superficie sea antideslizante y presentan superficie lisa, siendo requisito mínimo solicitado en PPT.
		SUMINISTRO INTEGRAL SANITARIO, S.L				EXCLUIDO: NO APORTAN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA/TÉCNICA REQUERIDA EN TIEMPO Y FORMA
		ATIS MEDICAL PHARMA, S.L				EXCLUIDO: NO APORTAN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA/TÉCNICA REQUERIDA EN TIEMPO Y FORMA
		IBERIAN CARE 2016, S.L	SI	SI	SI	CUMPLE

2	GUANTE SINTÉTICO POLIISOPRENO DE ATENUACIÓN RADIOLÓGICA ESTÉRIL	TELIC, S.A.U.	SI	SI	SI	NO CUMPLE 1. Se solicita sin plomo y contienen óxido de plomo 2. No certifican el AQL 3. La muestra valorada posee una dureza que le impide aportar flexibilidad, elasticidad y sensibilidad 4. El grosor que presenta es superior al exigido, ya que se solicita grosor tanto en dedo, palma y puño de 0,20mm+0,02 y presentan 0,25mm en dedo y 0,24mm en palma. 5. No cumple con los niveles mínimos de atenuación solicitados para niveles de energía de haz directo de 100kvp, se solicita 28,60% y presentan 27% y para 120KVP, se solicita 25,10% y presentan 22%. Siendo estos niveles de atenuación por debajo de lo mínimo solicitado. 6. No cumplen con la fuerza mínima de rotura antes del envejecimiento, se solicita una fuerza igual o mayor de 7,5Nw y presentan de 5 a 7Nw. 7. No presentan el tallaje impreso en el propio guante, siendo requisito mínimo del PPT.
		CELULOSAS VASCAS, S.L	SI	SI	SI	CUMPLE
3	GUANTE DE EXAMEN NO ESTÉRIL DE POLIETILENO	NO OFERTAN				

Getafe, 19 de julio de 2024
SUPERVISORA DE RECURSOS MATERIALES



Fdo. PERDIGÓN FLORENCIO, PURIFICACIÓN