

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

EXPEDIENTE:	GCASU2400007
OBJETO:	SUMINISTRO DE VÁLVULA SIMPLE DE BIOSEGURIDAD, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 19 de junio de 2024 la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

Licitador NIF	Nombre/Razón social
B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
B82665373	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.
B87070314	LIBERA MEDICA, S.L.

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

Licitador NIF	Nombre/Razón social
A50140706	BECTON DICKINSON, S.A.
B96080916.	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.
B83959056	ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL
B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
B78341369	INTRAVEN, S.L.
B82665373	LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.
B87070314	LIBERA MEDICA, S.L.
B30349401	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.
B87853230.	PROSAC PRODUCTOS S.L
A28536480	VYGON, S.A.

Seguidamente se procede a la lectura de la valoración técnica de cumplimiento de PPT,

Lote único

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
BECTON DICKINSON, S.A.	NO	El pliego especifica que será totalmente incompatible con el uso de agujas y es compatible con el uso de las mismas. En La documentación técnica presentada no especifica la compatibilidad con RM, hemoderivados y citostáticos. No especifica en ficha técnica el espacio muerto.
DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS, S.	NO	No figura en la documentación presentada la compatibilidad don lípidos, citostáticos y hemoderivados.
ICU MEDICAL PROD.FARM.HOSPIT.SL	SI	
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	SI	
INTRAVEN, S.L.	NO	El pliego especifica que será totalmente incompatible con el uso de agujas y es compatible con el uso de las mismas. En La documentación técnica presentada no especifica la compatibilidad con RM y lípidos. No especifica en ficha técnica el espacio muerto. Se solicita espacio muerto de 0,05 ml y oferta 0,142. Se solicita presión de 22 bares y oferta de 2 bares.

LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL.	SI		
LIBERA MEDICA, S.L.		NO	No especifica en ficha técnica que sea compatible con R.M. y pruebas diagnósticas. No especifica su uso en epidural. Las muestras presentadas son rechazadas por las jeringas, siendo muy dificultosa su colocación.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S.L.		NO	El pliego especifica que será totalmente incompatible con el uso de agujas y es compatible con el uso de las mismas. No especifica que permita la extracción de sangre. No especifica el flujo de inyección.
PROSAC PRODUCTOS S.L		NO	Las muestras presentadas son rechazadas por las jeringas, siendo muy dificultosa su colocación, rechaza el tapón. No especifica en ficha técnica que permita la extracción de sangre.
VYGON, S.A.		NO	Se solicita compatibilidad con desinfectantes con base alcohólica y en ficha se recomienda no utilizarlos. No figura la compatibilidad con RM. En el PPT se solicita la compatibilidad con citostáticos y se oferta compatibilidad con "la mayoría" de los citostáticos.

Quedando excluidos del procedimiento los licitadores presentados que no cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 19 de junio de 2024, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

Firmado digitalmente por TORCAL OCHOA JOSE ALBERTO
Fecha 2024.06.19 14:10

Fdo.: José Alberto Torcal Ochoa.

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código seguro de verificación: