

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

RESULTADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE PAPC 2024-1-8 MIO SUM. MATERIAL FUNGIBLE MONITORIZACIÓN INTRAOPERATORIA			
Lote	Descripción Lote	Proveedor	CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
1	Material fungible para monitorización intraoperatoria neurofisiológica	ALMEVAN S.L	NO cumple - No compatibilidad con la base de datos actual ISIS IOM System - Solicitadas muestras para valoración por discordancia en la descripción de algunos productos de material fungible, con la imagen asociada. No se entregan. - Solicitada la justificación de si el carro del equipo cedido es categoría de grado médico. No se entrega.
		GVB-SPES ESPO S.L.	NO cumple - Solicitada la forma de compatibilidad del equipo de MIO con la base de datos actual ISIS IOM System. No se acredita. - Solicitadas muestras de material fungible para su evaluación. Tras valoración de las muestras enviadas, hay varias de ellas que no corresponden con la descripción de las solicitadas en el expediente MIO PAPC 2024-1-8: Muestra 13 - Solicitado Electrodo laríngeo de 4 canales (8 entradas + Tierra). Se entrega electrodo laríngeo de 2 canales. Muestra 19 - Solicitada sonda de estimulación aspiración de 9 cm longitud y 3 mm diámetro. Se entrega una sonda de 13 cm de longitud. Muestra 20 - Solicitada sonda de estimulación aspiración de 13 cm de longitud y 3 mm diámetro. Se entrega una sonda de 26 cm de longitud. Muestra 21 - Solicitada sonda de estimulación aspiración de 9 cm longitud y 2 mm diámetro. Se entrega una sonda de 13 cm de longitud. Muestra 30 - Solicitado electrodo cortical de 4 contactos flexible. Se entrega mismo electrodo que para muestra número 11 (no flexible). - Solicitada la justificación de si el carro del equipo cedido es categoría de grado médico. No se entrega. - Solicitada documentación para acreditar si el equipo NEURO-IOM 32 Ch permite realizar microrregistro (microelectrodos para registro de células durante la estimulación cerebral profunda), y justificar si el equipo NEURO-IOM 32 Ch. permite realizar medición de la profundidad anestésica (integración con datos del monitor Narcotrend). No se acredita.
		SOINDE NEURO, S.L.	SI cumple

Getafe, 27 Junio 2024

