

PA 38-2024 ADQUISICIÓN DE SENSORES PARA PULSIOXIMETRIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE 1		SENSORES DESECHABLES Y REUTILIZABLES PARA PULSIOXIMETROS												
AB MEDICA GROUP,S.A.						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 40 PUNTOS)								TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REF. HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Oferta de pulsioxímetros con multifunción que incluya integración en historia clínica - Si 30 puntos - No.....0 puntos		Posibilidad de que el monitor permita la medición del índice de reserva de oxígeno y hemoglobina - Si 5 puntos - No.....0 puntos		Visualización del índice de perfusión - Si 5 puntos - No.....0 puntos				
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS			
SENSOR DIGITAL PARA PULSIOXÍMETRO ADULTO DE MÁS DE 30 KILOS	F38006	8504207												
SENSOR DIGITAL REUTILIZABLE PARA PULSIOXIMETRO ADULTO.	F38013	AB78315040077												
PULSIOMETROS		AB7800009N		x	Discordancia dentro de su ficha técnica: en pg 1 consta "precisión de medida +/- 2% entre 70%-100%" mientras que en pg 4 figura " precisión de medida +/-3% desde 70-100%". En ninguno de los supuestos cubre lo que se solicita en el pliego : de 60-80% el +/- 3% y de 81-100% el +/- 2%.									
MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES (SPAIN) SL						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 40 PUNTOS)								TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REF. HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Oferta de pulsioxímetros con multifunción que incluya integración en historia clínica - Si 30 puntos - No.....0 puntos		Posibilidad de que el monitor permita la medición del índice de reserva de oxígeno y hemoglobina - Si 5 puntos - No.....0 puntos		Visualización del índice de perfusión - Si 5 puntos - No.....0 puntos				
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS			
SENSOR DIGITAL PARA PULSIOXÍMETRO ADULTO DE MÁS DE 30 KILOS	F38006	1859		x										
SENSOR DIGITAL REUTILIZABLE PARA PULSIOXIMETRO ADULTO.	F38013	2653/1863												
PULSIOMETROS		9738		x										

PA 38-2024 ADQUISICIÓN DE SENSORES PARA PULSIOXIMETRIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

MEDTRONIC IBERICA, S.A.						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 40 PUNTOS)						TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REF. HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Oferta de pulsioxímetros con multifunción que incluya integración en historia clínica - Si 30 puntos - No.....0 puntos		Posibilidad de que el monitor permita la medición del índice de reserva de oxígeno y hemoglobina - Si 5 puntos - No.....0 puntos		Visualización del índice de perfusión - Si 5 puntos - No.....0 puntos		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	
SENSOR DIGITAL PARA PULSIOXÍMETRO ADULTO DE MÁS DE 30 KILOS	F38006	MAXAI	x			no	Se autoevaluan como que SI, pero la documentación aportada es de un aparato diferente al ofertado en el ANEXO I y fichas técnicas aportadas	no		no	Se autoevaluan como que SI, pero la documentación aportada es de un aparato diferente al ofertado en el ANEXO I y fichas técnicas aportadas y este último en la ficha aportada tampoco refleja que mida en índice de perfusión.	
SENSOR DIGITAL REUTILIZABLE PARA PULSIOXÍMETRO ADULTO.	F38013	FLEXMAX / DS100A	x									
PULSIOMETROS		10005941	x									

LOTE 2 SENSOR DIGITAL DESECHABLE PARA PULSIOXÍMETRO PEDIÁTRICO

MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES (SPAIN) SL							CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 40 PUNTOS)						TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REF. HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Oferta de pulsioxímetros con multifunción que incluya integración en historia clínica - Si 30 puntos - No.....0 puntos		Posibilidad de que el monitor permita la medición del índice de reserva de oxígeno y hemoglobina - Si 5 puntos - No.....0 puntos		Visualización del índice de perfusión - Si 5 puntos - No.....0 puntos			
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS		
SENSOR DESECHABLE PARA PULSIOXÍMETRO PEDIÁTRICO	F30151	2329											
PULSIOMETROS		9738/9849	x			si		si		si			


PA 38-2024 ADQUISICIÓN DE SENSORES PARA PULSIOXIMETRIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS


MEDTRONIC IBERICA, S.A.						CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 40 PUNTOS)						TOTAL (MÁXIMO 40 PUNTOS)
DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	REF. HUSO	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS			Oferta de pulsioxímetros con multifunción que incluya integración en historia clínica - Si 30 puntos - No.....0 puntos		Posibilidad de que el monitor permita la medición del índice de reserva de oxígeno y hemoglobina - Si 5 puntos - No.....0 puntos		Visualización del índice de perfusión - Si 5 puntos - No.....0 puntos		
			SI CUMPLE	NO CUMPLE	JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	SI/NO	PUNTOS	
SENSOR DESECHABLE PARA PULSIOXÍMETRO PEDIÁTRICO	F30151	MAX-N-I		x	no indica duracion de medición (se solicita mayor de 48 horas)							
PULSIOMETROS		10005941		x	no indica indice de perfusión							

Leganés, 26 de agosto de 2024


SUPERVISORA DE RECURSOS MATERIALES
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA


ANNA CRUZ POSTLBAUER CORREAS


SUPERVISORA DE E4B
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA


SILVIA ZAMORO DIAZ


SUPERVISORA DE PEDIATRIA
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA


CRISTINA REVUELTA RUIZ

SUPERVISORA DE E3B
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA


YOLANDA DELGADO BURGOS

SUPERVISORA DE E3B
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA


MONTSERRAT RODRIGUEZ MIGUEL

SUPERVISORA DE E2A
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA


LUISA BARRERA HERNÁNDEZ

