

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-34 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Ferrero Herrero, Jefe de Sº de C. Gral., Ap. Digestivo y Tx. Órganos Abdominales

Fecha: 4 de julio de 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente **2024-0-34** para el "SUMINISTRO DE SISTEMAS DE INSUFLACIÓN DE FLUJO INTELIGENTE DE PNEUMOPERITONEO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **PRIM S.A.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	KIT DE INSUFLACIÓN DE FLUJO INTELIGENTE (IFI)	PRIM S.A.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente el 08/07/24 por:
Dr. EDUARDO FERRERO HERRERO
DNI: [REDACTED]

Fdo.: Dr. Ferrero Herrero
Jefe de Sº de C. Gral., Ap. Digestivo y Tx. Órganos Abdominales

EXPEDIENTE: 2023-0-34			Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
SUMINISTRO DE SISTEMAS DE INSUFLACIÓN DE FLUJO INTELIGENTE DE PNEUMOPERITONEO			
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	
1	KIT DE INSUFLACIÓN DE FLUJO INTELIGENTE (IFI)	PRIM S.A.....TOTAL PUNTOS: 30 puntos	
	TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS		
	1. Kit de insuflación y acceso sin válvulas de 8mm, compatible con los trócares del sistema robótico. 15 Puntos.	1.- Si..... 15 Puntos	
	2. Compatibilidad avalada por la empresa fabricante del sistema robótico, Da Vinci Xi (IS4000) propiedad del Hospital 15 puntos.	2.- Si15 Puntos	