

EXPEDIENTE PNSP 2024-1-007

SUMINISTRO DE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA (HBP) MEDIANTE TERAPIA TÉRMICA CON VAPOR DE AGUA POR PARTE DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

INFORME TÉCNICO

PROVEEDOR: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA

Por favor, para cumplimentar el documento, haga clic en la casilla de la opción que corresponda (en caso de modificación, vuelva a hacer clic para borrar la opción errónea). En caso de incumplimiento, debe justificarse el motivo del mismo. Muchas gracias

LOTE 1.1 Dispositivo para la administración de la terapia con vapor de agua:

- ☒ Dispositivo de introducción estéril con el cable de conexión al generador y conductos. Dispositivo capaz de convertir el agua estéril en vapor de agua para inyectarlo en el tejido prostático. Compatible con ópticas de 30 cm de longitud 4mm y 30 grados.
- ☒ Una jeringa estéril.
- ☒ Un adaptador de espiga estéril.
- ☒ Un vial de agua estéril de 50 ml.
- ☒ Desechable o de un solo uso.
- ☒ Libre de Látex y ftalatos.

CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRECIPCIONES TÉCNICAS: Haga clic aquí para escribir texto.

Se cumplen

En Madrid, a 23 de abril de 2024

Fdo.:Prof. J. Moreno Sierra

Jefe del Servicio de Urología