

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-33 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Albillos Merino, Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico.
Juan Luis Cruz Bermúdez, Director de Transformación Digital.

Fecha: 15 de julio de 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-33 para el "CONTRATO DE SUMINISTRO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **PALEX MEDICA SA**, **cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **SCHILLER ESPAÑA SAU**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR	PALEX MEDICA SA	SÍ	30
		SCHILLER ESPAÑA SAU	SÍ	20

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

ALBILLOS
MERINO JOSE
CARMELO -

Firmado
digitalmente por
ALBILLOS MERINO
JOSE CARMELO -

Fecha: 2024.07.15
12:03:49 +02'00'

Fdo.: Dr. Albillos Merino

Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico

Firmado por CRUZ BERMUDEZ
JUAN LUIS - ** el
día 15/07/2024

Juan Luis Cruz Bermúdez

Director de Transformación Digital

EXPEDIENTE: 2024-0-33

SUMINISTRO DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Validado con certificado de aproximación al imán en línea de campo magnético 5000 Gauss (monitor incluido) 10 Puntos. <i>Criterio basado en la vida útil de los monitores al soportar el mayor impacto del campo magnético.</i> 2. Posibilidad de detección automática del agente halogenado utilizado y de la concentración (MAC) de agente halogenado..... 10 puntos. <i>Permite un ajuste más rápido y seguro del agente anestésico.</i> 3. Baterías de módulos de ECG y SpO2 intercambiables sin necesidad de utilizar herramientas..... 10 puntos. <i>Mejora la seguridad y rapidez en el cambio de monitores</i>	PALEX MEDICA SA.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- Si dispone..... 10 Puntos. 2.- Si dispone..... 10 Puntos. 3.- Si dispone..... 10 Puntos SCHILLER ESPAÑA SAU TOTAL PUNTOS: 20 1.- Si dispone..... 10 Puntos 2.- Si dispone..... 10 Puntos 3.- Si dispone..... 0 Puntos