

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-47 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. García Luján, Responsable Unidad de Endoscopia Respiratoria

Fecha: 13 de agosto de 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente **2024-0-47** para el **"SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CRIOCIRUGIA CON ECOBRONCOSCOPIO EN EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE"** por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS, S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **COOK ESPAÑA, S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego. Se solicita aguja histológica de corona radial, oferta aguja de punta afilada de menghini.
- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A., no cumple** con las especificaciones del pliego.
En Ficha Técnica no especifica que la aguja sea de nitinol. El diámetro de las agujas ofertada es de 1,6 mm y se solicita en el Pliego de 1,8 mm. En Ficha Técnica no especifica el ajuste graduado de la protección de la aguja y en el Pliego se solicita ajuste graduado de la protección de la aguja (de 0 a 8,5 cm)
- La oferta presentada por **TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A., cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	CRIOSONDAS	ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS, S.L.,	SI	30
2	AGUJA HISTOLOGICA PARA ECOBRONOSCOPIA	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A	NO	-
		COOK ESPAÑA, S.L.,	NO	-
		IZASA HOSPITAL S.L.U	SI	30
		SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.,	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

Madrid, a fecha de la firma

Firmado por GARCIA LUJAN RICARDO
- ***3916** el día 13/08/2024 con
un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Fdo.: Dr. Garcia Luján
Responsable Unidad Endoscopia Respiratoria

EXPEDIENTE: 2024-0-47

SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CRIOCIRUGIA CON ECOBRONCOSCOPIO EN EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	CRIOSONDAS TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Disponer de tubo de recuperación en la sonda de 1,1 mm..... 25 Puntos. 2. Disponer de multiadaptador que permita aspirar con el tubo de recuperación retirado, así como introducir elementos flexibles..... 5 puntos.	ERBE ESPAÑA SOLUCIONES MEDICAS, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- Si dispone...25 Puntos. 2.- Si dispone.....5 Puntos
2	AGUJA HISTOLOGIA PARA ECOBRONCOSCOPIA TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Disponibilidad de agujas de acero..... 5 Puntos. 2. Aguja con corona de tres puntas..... 25 puntos.	IZASA HOSPITAL S.L.U. y SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCÓPICOS S.A.TOTAL PUNTOS: 30 1.- Si dispone.....5 Puntos. 2.- Si dispone.....25 Puntos