

PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
1	Aguja punción vascular 19 G	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U. PALEX MEDICAL, S.A.	502654 603096	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				NO	NO DETALLA CONSIN BASEPLATE	PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
2	Aguja punción vascular 18 G	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	502652	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
		Rut Pérez Gonzalo (MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L).	111807	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
		PALEX MEDICAL, S.A.	603094	SI		24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
3	Aguja tipo Chiba con punta Ecogénica	IMEOS, S.L.	PBXXYY	NO	NO DISPONE 16G
		LELEMAN, S.L.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DISPONE 16G
		Rut Pérez Gonzalo (MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L).	06XXXX	NO	NO CUMPLE DIAMETRO NI LONGITUD



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
4	Set de Micropunción con guía de Nitinol con punta de platino	COOK ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DISPONE DE POSIBILIDAD DE ACCESO PEDIO VALVULADO	
		PALEX MEDICAL, S.A.	603810 603809	NO	NO DISPONE DE POSIBILIDAD DE ACCESO PEDIO VALVULADO	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
5	Aguja de Paracentesis	IMEOS, S.L.	R-52100	NO	NO DISPONE 4 Y 5 F	PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	SI		

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
6	Aguja multiperforada para alcoholización	COM MEDCOR, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5


PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
7	Set coaxial para biopsia osea	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	ML-BOW-1060-XX-XXXX	NO	NO DISPONE DEL DRILL	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5
		PALEX MEDICAL, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	9464-EU-001	NO	NO DISPONE DEL DRILL	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
8	Introduccion hidrofílico estándar con válvula hemostática	IZASA HOSPITAL S.L.U.	APT9XXXX-G	NO	NO DETALLAN EN FICHA MARCA RADIOPACA

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
9	Introduccion vascular con válvula hemostática de corte transversal	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DETALLAN EN FICHA VALVULA TRANSVERSAL	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DETALLAN EN FICHA VALVULA TRANSVERSAL	
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		




PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas)	24
10	Introduccion pared ultrafina	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)				5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
				NO	NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA MALLADO (ESPECIFICA ESPIRAL)	PLAZO ENTREGA (en horas)	
11	Introduccion cateter guía hidrofilico mallado y marca radiopaca	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	NO ESPECIFICA EN FICHA TECNICA MARCA RADIOPACA		
		IZASA HOSPITAL S.L.U.	APT95XX50-G APT95XX70-G APT95XX90-G	NO			
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		24	5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
12	Set de Introdutor hidrofílico de 4 y 5F para acceso Radial	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE

DESIERTO: no se han presentado ofertas

Kit Introdutor radial hidrofílico de ultrabajo perfil

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
14	Introdutor vascular con posibilidad de realizar a su través hemodíalisis	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
15	Introdutor hidrofílico collado con marca radiopaca	COOK ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5) 5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
16	Introducción vascular tricapa, reforzado mediante coil continuo longitudinal (no mallado)	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		<p>Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofrecido / Plazo ofrecido or el licitador *5</p> <p>PLAZO ENTREGA (en horas)</p> <p>PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)</p> <p>24</p> <p>5</p>

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
17	Introducción Hidrofilo aórtico	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		<p>Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofrecido / Plazo ofrecido or el licitador *5</p> <p>PLAZO ENTREGA (en horas)</p> <p>PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)</p> <p>12</p> <p>5</p>

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
18	Sistema de Introducción triaxial			DESIERTO: no se han presentado ofertas	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
19	Sistema de Introducción triaxial con aguja de punta ecogénica	INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L.	HD-N6410	NO	NO DETALLA MARCA DE REFERENCIA EN EL DILATADOR



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
				DESIERTO: no se han presentado ofertas	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				PLAZO ENTREGA (en horas)	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)	
24	Guía hidrofilica de alma de nitinol con recubrimiento plástico.	IZASA HOSPITAL S.L.U.	APT10XXXXSTD-G APT10XXXXSTI-G APT10JXXXXX-G	NO	NO OFERTA PUNTA DOBLE ANGULADA	
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	NO OFERTA LONGITUD DE 300 CM	
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		24

				CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FORMULAS (MAX. 5 PTOS.)				
LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5	PLAZO ENTREGA (en horas)	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE			
25	Guía hidrofílica de alma de nitinol con recubrimiento plástico de soporte rígido	IZASA HOSPITAL S.L.U.	APT10XXXXSTI-G	NO	NO OFERTA LONGITUD DE 300 CM			
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	NO OFERTA LONGITUD DE 300 CM			
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI			24	5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
26	Guía hidrofilica con alma de acero proximal y nitinol distal	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
24						5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS


LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
27	Guía híbrida nitinol-PTFE de 0,014", 0,018 y 0,035"	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
28	Microguia superselectiva	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
29	Guía de soporte y alta rigidez	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta) VARIAS (según oferta)	SI NO	SE SOLICITA SIN SOLDADURA Y PRESENTA MULTIPLES PUNTOS DE	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
30	Guía 0,035" de soporte y alta rigidez de 500cm				

DESIERTO: no se han presentado ofertas




PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
31	Guía 0,035" extrapoorte y alta rigidez	COOK ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
32	Guías de acero inoxidable de 0.014", 0.018"	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta) VARIAS (según oferta)	SI NO	 NO DISPONE DE LONGITUD DE 190CM	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 12 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
33	Guías ATP / ACTP para oclusión en vasculatura periférica	WORLD MEDICA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 20 5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
34	Catéteres de diagnóstico Vascular, selectivos y no selectivos con todo tipo de curvas, alto flujo y presiones elevadas	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
					24	5
					24	5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
35	Catéter recto y pigtail de alto flujo con marcas radiopacas centimetradas de 5F	CARDIVA 2, S.L.	13709xxx	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
		CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DETALLAN COMPOSICION DE NYLON NI PUNTA CONIFICADA	PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	SE SOLICITA COMPOSICION DE CAPA INTERNA DE NYLON PURO Y EN FICHA TECNICA FIGURA COMPOSICION DE NYLON ELASTICO PEBAX. NO DETALLA	24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
36	Catéteres de diagnóstico Vascular, selectivos y no selectivos con todo tipo de curvas	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
						PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
					24	5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
37	Catéter vascular hidrofilico de doble malla interna	CARDIVA 2, S.L.	117xxxx	NO	NO FIGURA EN FICHA TECNICA "DOBLE"	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	MACLLA INTERNA	
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI	NO OFERTAN LONGITUD DE 150CM	
						24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
38	Microcatéter para infusión de alto flujo(0.027") con un marcador radiopaco	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
		IZASA HOSPITAL S.L.U.	TOK-MCVXXXX-G	NO	NO DISPONE DE LONGITUDES DE 105 NI 155 CM	
						24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
39	Microcateter hidrofilico con guia montada de 0,021"	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						24 5

PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
40	Catéter de soporte mallado con puntas rectas y anguladas	COOK ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
41	Catéter de soporte para obstrucciones crónicas vasculares	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	PARA INTRODUCIDOR DE 4FNO DISPONE LONGITUD DE 65CM. No detalla en ficha longitud de punta conica.	24 5
		CARDIVA 2, S.L.	DSP C14 xxx xxx DSP C18 xxx xxx DSP C35 xxx xxx	NO	NO DISPONE LONGITUD DE 135CM. NO DISPONE DE PUNTA CONICA EN LOS ULTIMOS 12MM.	
		TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
42	Balones de Angioplastia compatibles con guías de 0.014" a 0.035"	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.	PBAXXXXXXXXXXX	SI		24 5

PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE		
43	Catéter balón de angioplastia coaxial ultra no compliante para grandes vasos	BECTON DICKINSON, S.A.	ATGXXXX	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						PLAZO ENTREGA (en horas)	24
							5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE		
44	Catéter balón monorail de bajo perfil, alta navegabilidad						

DESIERTO: no se han presentado ofertas

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE		
45	Catéter Balón de angioplastia para guía de 0,018" y 0.035"	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						PLAZO ENTREGA (en horas)	24
							5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
46	Balones de Angioplastia variados para guías de 0.014", 0.018" y 0.035"	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 12 5
		CARDIVA 2, S.L.	BP PC14N xxx xxx xxxx BP PC18 xxx xxx xxx BP PC35 xxx xxx xxx	NO	NO DISPONEN DE LONGITUD DE BALON DE 250 MM	
		WORLD MEDICA, S.L.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DISPONEN DE LONGITUD DE BALON DE 250 MM	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
47	Catéter balón para ATP alta presión y alta resistencia a la abrasión	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5
		CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DISPONE DE CATETER DE 75 CM	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
48	Catéter balón de angioplastia de muy alta presión	BECTON DICKINSON, S.A.	CQFXXX	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	EL TEJIDO DEL BALON NO ES DE COMPOSITE	

PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				NO	NO CUMPLE DIAMETROS NI LONGITUDES DE BALON	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
				NO	NO CUMPLE DIAMETROS NI LONGITUDESDE BALON

DESIERTO: no se han presentado ofertas



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
52	Catéter balón aorta para remodelado de prótesis/oclusión aortica	INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L. MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Giant S 128937 AB46	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						24 2,5
						12 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI/ NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
53	Catéter Balón de Oclusión Aorta y remodelado	W.L.GORE Y ASOCIADOS, S.L.			EXCLUIDO: presenta oferta superior al importe de licit

EXCLUIDO: presenta oferta superior al importe de licitación

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
54	Balón de angioplastia con recubrimiento de paclitaxel 3µg/mm	B.BRAUN SURGICAL, S.A. BIOTRONIK SPAIN, S.A.	VARIAS (según oferta) VARIAS (según oferta)	NO	NO CUMPLE CON EXCIPIENTE SOLICITADO	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						23 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
55	Balón de angioplastia con recubrimiento de paclitaxel 3.5µg/mm	B.BRAUN SURGICAL, S.A. CARDIVA 2, S.L. MEDTRONIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta) BP DPC18 xxx xxx xxx BP DPC35 xxx xxx xxx VARIAS (según oferta)	NO	NO CUMPLE CON EXCIPIENTE NI CON DOSIS DE PACLITAXEL	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				NO		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
				SI		24 5

PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
56	Balón semi-compliant y coaxial con recubrimiento de pacitaxel con una dosis de 2,1mg/mm ²	BECTON DICKINSON, S.A.	9XXXXX	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
57	Balón semi-compliant y coaxial con recubrimiento de pacitaxel con una dosis de 2,1mg/mm ²				DESIERTO: no se han presentado ofertas

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
58	Manómetro de presión para angioplastia	BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.	BR-BID-Il30	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 2,5
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	M001151050	SI		24 2,5
		CARDIVA 2, S.L.	AA-ID-A2530H-TB	SI		24 2,5
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	282604	SI		12 5
		IBERIAN CARE 2016, S.L.	AI30	SI		20 3
		INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L.	AT1101	SI		24 5
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	S0218NA	SI		22 2,73
		IZASA HOSPITAL S.L.U.	KDLAI30	SI		24 2,5
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	IN4130	SI		24 2,5
		PALEX MEDICAL, S.A.	612610	SI		24 2,5
		PRIM, S.A.	SM-ID-A2530H-TB	SI		12 5
		WORLD MEDICA, S.L.	EM-ID-M30S	SI		20 3

PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	PLAZO ENTREGA (en horas)	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
59	Manómetro de presión para angioplastia alta presión	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	5028902	SI		23	2,61
		BECTON DICKINSON, S.A.	ID4030	SI		24	2,5
		BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L.	GBI-B40	SI		24	2,5
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	M001394472540	SI		24	2,5
		CARDIVA 2, S.L.	K-P-40S	SI		24	2,5
		IBERIAN CARE 2016, S.L.	AI40	SI		20	3
		IZASA HOSPITAL S.L.U.	KDLAI40	SI		24	2,5
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	IN8140	SI		24	2,5
		PALEX MEDICAL, S.A.	612614 612613	SI		24	2,5
		PRIM, S.A.	SM-ID-S3040H-TB	SI		12	5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	PLAZO ENTREGA (en horas)	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
60	Catéter de drenaje para nefroureterostomía, drenajes viscerales y drenajes biliares	COOK ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		24	5
		IMEOS, S.L.	52-11XXX	NO	NO DISPONE DE MECANISMO DE RETENCION DE PESTAÑA		
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	BT-PDX-XXXX	NO	NO DISPONE DE MECANISMO DE RETENCION DE PESTAÑA		
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DISPONE DE MECANISMO DE RETENCION DE PESTAÑA NI LONGITUDES DE 45 CM		



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
61	Catéter de drenaje para nefroureterostomía, drenajes viscerales y drenajes biliares conorificios ovalados	IMEOS, S.L.	52-11XXX	NO	NO DISPONE DE MECANISMO DE RETENCION DE PESTAÑA	PLAZO ENTREGA (en horas) 6 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5
		INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	BNCXX242	NO	NO DISPONE DE MECANISMO DE RETENCION DE PESTAÑA	
		MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	BT-PDX-XXXX	SI		
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DISPONE DE MECANISMO DE RETENCION DE PESTAÑA NI LONGITUDES DE 45 CM	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
62	Catéter para drenaje pleural y ascitis	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L.	50-7050	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
63	Sistema de acceso y anclaje percutáneo para gastrostomía			DESIERTO: no se han presentado ofertas	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
64	Kit introductor de sondas de gastrostomía y yeyunostomía transgástrica	GRIFOLS MOVACO, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) 12 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
65	Sonda de Gastrostomía con retención por balón	GRIFOLS MOVACO, S.A. IZASA HOSPITAL S.L.U.	VARIAS (según oferta) VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						12
						24
						5
						2,5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
66	Equipo para acceso transyugular hepático y renal	PALEX MEDICAL, S.A.	603773	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						24
						5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
67	Set de catéter central de inserción periférico de poliuretano con marcas radiopacas	BECTON DICKINSON, S.A.	6175335 (1L) 6275335 (2L) 66375335Q (3L)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
		IZASA HOSPITAL S.L.U.	HLIA14-05260-IR	NO	NO DISPONE DE MARCAS RADIOPACAS. SOLO LICITA CON UNA REFERENCIA DE 2 LUCES. SE SOLICITAN DE 1-3	PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
		TELEFLEX MEDICAL,S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	NO PERMITE FLUJO DE INFUSION DE 5 ML/S (MAX DE 4)	24
						5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
68	Set de catéter central de inserción periférico con polímero atrombótico	CARDIVA 2, S.L.	45-xxx	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	NO FIGURA FLUJO MAX DE INFUSIÓN	PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
		VYGON, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	EN FICHA TÉCNICA NO FIGURA POLÍMERO ANTITROMBÓTICO	24
						5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
69	Catéter de diálisis central de doble lumen, alto flujo, punta anti efecto pared y polímero antitrombo	CARDIVA 2, S.L. LELEMAN, S.L.	02-xxx VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5
				NO	NO TIENE PUNTA EN FORMA DE S NI ES DE CARBOTANO	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
70	Reservorio subcutáneo de titanio de alta presión	CARDIVA 2, S.L.	PH-xxIS-CA CTP-xxIP-CA LPA-xxIP-CA	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5
		LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.	KPXXXXXXX	NO	NO DISPONE DE SALIDA TANGENCIAL NI CAMARA ELIPTICA	
		SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.U.	21-4873-24	NO	NO DISPONE DE SALIDA TANGENCIAL NI CAMARA ELIPTICA	
		VYGON, S.A.	4017ISP	NO	NO DISPONE DE SALIDA TANGENCIAL NI CAMARA ELIPTICA	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
71	Reservorio Subcutáneo de Titanio	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DISPONE DE PUNTOS DE PALPACION NI DIAMETROS DE CATETER	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
		BECTON DICKINSON, S.A.	870XXX	SI		
		VYGON, S.A.	3017SEE	NO	NO DISPONE DE PUNTOS DE PALPACION NI DIAMETROS DE CATETER	24 5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
72	Catéter de diálisis permanente de doble lumen y alto flujo y extremo distal simétrico	BECTON DICKINSON, S.A.	639XXXX	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado o el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5
		LELEMAN, S.L.	VARIAS (según oferta)	NO	NO CUMPLE CON CANAL REMOVIBLE NI CON DIAMETRO EN FRENCH	
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	NO CUMPLE CON CANAL REMOVIBLE NI CON DIAMETRO EN FRENCH	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
73	Catéter de hemodiálisis para técnica de tunelización retrograda			DESIERTO: no se han presentado ofertas	

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
74	Catéter venoso central de poliuretano de doble luz para hematología	BECTON DICKINSON, S.A.	0600620CE	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado o el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	PLAZO ENTREGA (en horas)	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
75	Filtro de cava recuperable por vía yugular de diseño cónico	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	NO DISPONE EL DILATADOR DE 8 ORIFICIOS NI ESTRUCTURA SECUNDARIA DE ESTABILIZACIÓN		
		COOK ESPAÑA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		24	5
		PALEX MEDICAL, S.A.	603748	NO	NO DISPONE EL DILATADOR DE 8 ORIFICIOS NI ESTRUCTURA SECUNDARIA		

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	PLAZO ENTREGA (en horas)	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
76	Filtro de cava permanente recuperable vía femoral/yugular	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	NO COMPATIBLE CON INTRODUCCTOR DE 6F		
		CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	SI		24	5
		PALEX MEDICAL, S.A.	603748	NO	NO COMPATIBLE CON INTRODUCCTOR DE 6F		

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)	
				CUMPLE (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	PLAZO ENTREGA (en horas)	PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
77	Catéter extracción tipo Lazo	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		24	5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS


LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
78	Catéter extractor de filtros de vena cava	INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L.	RK-2010	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
79	Lazo endovascular Trilobulado	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. PALEX MEDICAL, S.A.	VARIAS (según oferta) VARIAS (según oferta)	SI SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
80	Coils de liberación controlada mecánica	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
81	Coil de liberación controlada de fibra de nylon				

DESIERTO: no se han presentado ofertas



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5) 24 5

85	Microesfera regular cargable con doxorubicina/irinotecan para embolización hepática	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	NO	LA ESFERA NO ES DE POLIVINIL ALCOHOL	
		CARDIVA 2, S.L.	xxxxx-TS0	NO	LA ESFERA NO ES DE POLIVINIL ALCOHOL	
		IZASA HOSPITAL S.L.U.	MJM-EMBOLOG-S-450	NO	LA ESFERA NO ES DE POLIVINIL ALCOHOL	
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	NO	LA ESFERA NO ES DE POLIVINIL ALCOHOL	



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
86	Tapón Vascular para venas y arterias	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 12 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
87	Embolizante liquido de copolimero de etilen vinilo y DMSO	BALT SPAIN MEDICAL, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 2,5
		PRIM, S.A.	MXN-18 MXN20 MXN34	SI		24 2,5
		WORLD MEDICA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		12 5 20 3

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
88	Embolizante liquido embolizante no lodado con nanosificador				

DESIERTO: no se han presentado ofertas

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
89	Agente de embolización liquido	BALT SPAIN MEDICAL, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5
90	Tapón Vascular	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	VARIAS (según oferta)	SI		

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 12 5
91	Sutura endovascular percutánea	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
				NO	SIN BANDA DE COMPRESION PARA ACCESO EN TABAQUERA ANATOMICA	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
92	Pulsera de compresión radial	CARDIVA 2, S.L.	AA-TB-LS-TP AA-TB-SS-TP	NO	SIN BANDA DE COMPRESION PARA ACCESO EN TABAQUERA ANATOMICA	
		CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	90010020	NO	SIN BANDA DE COMPRESION PARA ACCESO EN TABAQUERA ANATOMICA	
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	282636	NO	SIN BANDA DE COMPRESION PARA ACCESO EN TABAQUERA ANATOMICA	
		INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L.	SM-TB-CLLS-TP SM-TB-CSLS-TP	NO	SIN BANDA DE COMPRESION PARA ACCESO EN TABAQUERA ANATOMICA	
		MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.	SRB24AC	SI		24 4,17
		PRIM, S.A.	SM-TB-SS-TP SM-TB-LS-TP	NO	SIN BANDA DE COMPRESION PARA ACCESO EN TABAQUERA ANATOMICA	
		WORLD MEDICA, S.L.	0259NA	SI		20 5

PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
93	Dispositivo de hemostasia compresión para punción braquial y poplitea	INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L.	DV1085N DV1085T DV1082T DV1079C DV1080N	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
94	Aguja electrodo de microondas	Rut Pérez Gonzalo (MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L).	KY-2450B-XXX	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
95	Agujas de Electroporación Irreversible	CARDIVA 2, S.L. IZASA HOSPITAL S.L.U.	KIT IRE SHRKIT-IREACT-1-K	SI NO	No Software de planificación de ablación integrado en la consola. No módulo de sincronización independiente de la consola	Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FORMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
96	Aguja electrodo de microondas de dos canales	IZASA HOSPITAL S.L.U.	SHRSS-MWA-G	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) 24 PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 5




PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
97	Aguja electrodo de radiofrecuencia para ablación tiroidea y de otros órganos	IZASA HOSPITAL S.L.U.	SHRSS-RFAS1-XXYY-G	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
		JJP HOSPITALARIA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
98	Agujas de Crioablación mediante gas argón	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
99	Agujas de Crioablación mediante nitrógeno	IZASA HOSPITAL S.L.U.	ICEICEFAP7XX10-G ICEICEFAP7XX20-G	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
						24 5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
100	Aguja electrodo de radiofrecuencia	CARDIVA 2, S.L.	VCT xxxx RFTP xxxx JET xxxx CST xxxx BT xxxx BM xxxx	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
			VARIAS (según oferta)	SI		24 2,5 12 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
101	Dispositivo de reentrada subintimal	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	OTB59120A	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
102	Dispositivo de cruce y reentrada subintimal	INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L.	GB600018P120L GB603014P120L	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.) Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
103	Catéter ecográfico periférico endovascular de ultrasonido IVUS con transductor rotacional	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS)
		PHILIPS IBERICA, S.A.U.	8901/86700/018OTW/014R	NO	NO FIGURA EN FICHA TECNICA QUE EL TRANSDUCTOR SEA ROTACIONAL	24 5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE
104	Sistema de aterotomo	INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS, S.L.			

DESIERTO: presenta oferta superior al importe de licitación

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
105	Catéter de trombectomía	MERCE V ELECTROMEDICINA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
106	Catéter separador para sistema de trombectomía	MERCE V ELECTROMEDICINA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
107	Catéter de trombectomía de gran calibre	MERCE V ELECTROMEDICINA, S.L.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5



PA 12-2024 "SUMINISTRO DE MATERIAL RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 3: INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
108	Catéter de trombectomía mecánica realítica, tanto para territorio arterial como venoso	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
109	Dispositivo de trombolisis por ultrasonido con puerto de infusión de fármaco	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	VARIAS (según oferta)	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

LOTE	DESCRIPCIÓN	LICITADOR	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS		CRITERIOS EVALUABLES DE FÓRMULA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MAX. 5 PTOS.)
				CUMPLE (SI / NO)	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	
110	Catéter para trombectomía mecánica	PALEX MEDICAL, S.A.	607414	SI		Plazo de entrega en pedidos urgentes= Menor plazo de entrega ofertado / Plazo ofertado or el licitador *5 PLAZO ENTREGA (en horas) PUNTOS (MÁXIMO 5 PUNTOS) 24 5

Leganés, 12 de septiembre de 2024

JEFE DE SECCIÓN DE RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA



Dr. José María Abadal Villayandre

