



Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

Comunidad de Madrid

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO "GREGORIO MARAÑÓN".

EXP.: A/SUM-015951/2024

PROCEDIMIENTO: ABIERTO.

PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EMPRESAS LICITANTES PRESENTADAS:

- COMERCIAL CENTRO MÉDICO, S.L.
- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.,
- PHILIPS IBÉRICA, S.A.
- SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

Vista la documentación técnica aportada por las empresas licitantes al procedimiento abierto para el *Suministro e Instalación de una Resonancia Magnética para el Hospital Materno Infantil del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón"*, se informa de lo siguiente:

En el PPT se solicitan como mínimo las siguientes antenas/bobinas:

- Bobina aportada para exploraciones de cerebro/cabeza/cuello de ≥ 19 canales.
- Bobina integrada en la mesa o tablero o capacidad de adquisición en columna completa ≥ 32 canales.
- Bobina anterior aportada para exploraciones de tórax/abdomen y periférico de ≥ 16 canales con cobertura en la dirección I/D ≥ 58 cm y S/I ≥ 54 cm con una o más bobinas.
- Bobina aportada para exploraciones de mama de ≥ 7 canales compatible con biopsia.
- Bobina rígida o flexible aportada para exploraciones de **rodilla** de ≥ 16 canales.
- Bobina rígida o flexible aportada para exploraciones de **tobillo/pie** de ≥ 16 canales.
- Bobina rígida o flexible aportada para exploraciones de **hombro** de ≥ 16 canales.
- Bobina rígida o flexible aportada para exploraciones de **mano muñeca** de ≥ 16 canales.

- COMERCIAL CENTRO MÉDICO, S.L

La oferta presenta el modelo Philips **INGENIA EVOLUTION 1,5T** con 7 bobinas. Este número es inferior a las requeridas. La oferta incluye una única bobina específica para las exploraciones muñeca/mano y hombro, en vez de las dos solicitadas: una para muñeca/mano y otra para hombro. Adicionalmente a lo indicado anteriormente se hace constar que la bobina presentada para esas exploraciones, modelo dS SMALL EXTREMITY solamente permite su uso en exploraciones de muñeca/mano. Por lo que no se podrían



realizar exploraciones de hombro. Dicha oferta no cumple las especificaciones mínimas establecidas en el PPT.

- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.,

La oferta presenta el modelo **SIGNA Voyager 1.5T Premier Edition MR 30**. La oferta cumple las especificaciones mínimas establecidas en el PPT.

- PHILIPS IBÉRICA, S.A

La oferta presenta el modelo Philips **Ambition X**. La oferta cumple las especificaciones mínimas establecidas en el PPT.

- SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

La oferta presenta el modelo **MAGNETOM SOLA** con 6 bobinas. Este número es inferior a las requeridas. La oferta incluye dos bobinas específicas para las exploraciones rodilla, pie/tobillo, hombro y mano/muñeca, en vez de las cuatro solicitadas, para cada una de las anatomías: rodilla, pie/tobillo, hombro y mano/muñeca. Dicha oferta no cumple las especificaciones mínimas establecidas en el PPT.

Madrid, 01 de agosto de 2024

EL RESPONSABLE
DE ELECTROMEDICINA

