

INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES MESAS QUIRÚRGICAS PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2024-0-034

Una vez revisada la documentación enviada por las empresas licitadoras, presentamos un listado con las conclusiones de cada una de las ofertas presentadas:

GETINGE GROUP SPAIN, S.L. – Los equipos presentados cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

STERIS IBERIA S.A.- Se revisa la oferta técnica y se observan las siguientes irregularidades:

- En el PPT se pide “anchura de la mesa sin contar los rieles laterales igual o superior a 540 mm”. La empresa en su memoria técnica indica “*tablero de 540 mm de anchura (aproximadamente...*” y además añaden un esquema de las dimensiones de la mesa en la que justo falta la medida de la anchura. No se puede verificar que cumplan dicha característica, ya que aproximadamente no es algo valido. Debido a que no se presenta un manual de usuario para poder verificar dicha medida, se busca en su página oficial dicho manual y se comprueba que en la pag.9 indica que la anchura del tablero es 520mm (sin rieles laterales), además en la página 10, está el esquema que presentan en su memoria técnica, pero en este esquema sí que esta la medida de la anchura en la que indica que es de 520mm, por lo que no cumpliría con lo exigido en el PPT.
- En el PPT se pide “Se deberán controlar de forma independiente desde el mando de control las siguientes secciones, sin necesidad de intercambiar la posición normal del tablero quirúrgico: - Placa respaldo; - Placa de piernas (control independiente). La mesa ofertada, para poder realizar los movimientos de las placas de piernas -90°, deben hacerlo en sentido inverso (pag.5 memoria técnica), lo que significa que deben de intercambiar la posición normal del tablero, por lo que no están cumpliendo con lo especificado en el PPT.

Por todo ello, la oferta presentada debería ser excluida, ya que no cumple con lo exigido en el PPT.

En Madrid, a día de la fecha.

EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por: GAMERO NAVARRO ALVARO
Fecha: 2024.07.23 14:30

Fdo. Alvaro Gamero Navarro