

INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA CON MONITOR OBSTÉTRICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2024-0-035

Una vez revisada la documentación enviada por las empresas licitadoras, presentamos un listado con las conclusiones de cada una de las ofertas presentadas:

PALEX MEDICAL, S.A.- El equipo presentado cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

ARJO IBERIA, S.L.- Se revisa la oferta técnica y se observan las siguientes irregularidades:

- En el PPT se pide “1 Transductor inalámbrico que proporcione información de la actividad uterina y el pulso materno que compara la frecuencia cardiaca, para evitar confundir múltiples frecuencias (con el feto), tanto para gemelos como trillizos”. En su oferta (pag. 2, del documento “sistema transductor inalámbrico”) dicen “*Los transductores inalámbricos ligeros e impermeables (IPX8) permiten monitorizar libremente de forma continua a la madre y al feto (parto único o gemelos)*”, lo que permite la compatibilidad con gemelos, pero no la de trillizos.
- En el PPT se pide que el monitor obstétrico tenga la capacidad de conexión a la Central de Obstetricia instalada en el Hospital, tanto por puerto serie, como vía LAN y con comunicación bidireccional entre ellos. En su oferta (pag.3 del documento “memoria técnica”) indican “*Capacidad de conexión a central de monitorización obstétrica por puerto de serie y con comunicación bidireccional.*” por lo que no cumplirían con la conexión vía LAN, además en ningún lado de su documentación se explica o se argumenta como sería la comunicación bidireccional entre su monitor y la central instalada en el Hospital, por lo que no se puede verificar que cumpla con esa característica exigida en el PPT.

Por todo ello, la oferta presentada debería ser excluida, ya que no cumple con lo exigido en el PPT.

En Madrid, a día de la fecha.

EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Firmado digitalmente por: GAMERO NAVARRO ALVARO
Fecha: 2024.07.23 12:51

Fdo. Alvaro Gamero Navarro