

EXPEDIENTE N°: 2024-0-028 (A/SUM-020157/2024)

"ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA, MEDIAS ANTIEMBÓLICAS Y VENDAS DE ZINC PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR" (4 LOTES)"

INFORME DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el siguiente cuadro, se enuncian las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta:

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	Nº LOTE			
		1	2	3	4
1	FARMABAN, S.A.			X	
2	CARDINAL HEALTH SPAIN 511	X	X		
3	MBA INCORPORADO, S.L.	X			
4	ARJO IBERIA, S.L	X			
5	IZASA HOSPITAL, S.L		X		
6	ESSITY SPAIN, S.L.				X
7	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		X	X	
8	MEDICAL SOREVAN, S.L	X	X		

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración, tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1.- Acreditan cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- CARDINAL HEALTH SPAIN 511: LOTE 1
- IZASA HOSPITAL, S.L: LOTE 2
- ESSITY SPAIN, S.L.: LOTE 4
- INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.: LOTES 2 y 3.
- MEDICAL SOREVAN, S.L.: LOTE 1

2.- No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

LOTE	LICITADOR	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
1	MBA INCORPORADO, S.L.	Nivel de ruido: < 50dB	No acredita.
		Producto sanitario: o Equipo en cesión (compresor): clase IIa o Medias: Clase I	No acredita la clasificación de producto sanitario del equipo en cesión (compresor)
	ARJO IBERIA, S.L	Portátil y con un peso < 2,3 Kg (con batería incluida).	No acredita en la documentación técnica. Se comprueba el peso del compresor presentado como muestra y éste tiene un peso de 3,67Kg
		Con indicación del tiempo que el paciente lleva con el dispositivo en funcionamiento	No acredita.
2	CARDINAL HEALTH SPAIN 511	Con sistema antideslizante de silicona en la zona superior para evitar deslizamientos	Se comprueba tanto en la documentación técnica como en la muestra presentada que el sistema de silicona no está presente en toda la zona superior, favoreciendo la formación de pliegues y, por lo tanto, su deslizamiento.
	MEDICAL SOREVAN, S.L	Con sistema antideslizante de silicona en la zona superior para evitar deslizamientos	En su documentación técnica indica que dispone de sistema antideslizante de silicona pero con la muestra presentada se comprueba que no dispone de dicho sistema.
3	FARMABAN, S.A.	MEDIAS COMPRESIÓN GRADUAL HASTA LA CINTURA	Tanto la documentación técnica como la muestra presentada se corresponde con medias de compresión gradual hasta el muslo.

Por otra parte, para el lote 1 las empresas ARJO IBERIA, S.L y CARDINAL HEALTH SPAIN 511 presentan en el sobre 2 los datos referentes al inflado alternante y a las tubuladuras sin hendiduras, aportando, por tanto, información referente a la oferta técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas, no pudiendo aportar dicha información conforme a la Cláusula primera, apartado 9 del PCAP.

La empresa ESSITY SPAIN, S.L, en el Sobre 2 indica tanto en la Declaración Medioambiental como en la Declaración de cumplimiento de la normativa, que cumple para los lotes 2 y 4. Presenta muestras de ambos lotes, pero no documentación técnica del Lote 2, por lo que para este Lote no puede acreditarse el cumplimiento de los criterios técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

3.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se indica en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en color verde, las empresas propuestas admitidas:

LICITADOR	RAZÓN SOCIAL	Nº LOTE			
		1	2	3	4
1	FARMABAN, S.A.			X	
2	CARDINAL HEALTH SPAIN 511	X	X		
3	MBA INCORPORADO, S.L.	X			
4	ARJO IBERIA, S.L	X			
5	IZASA HOSPITAL, S.L		X		
6	ESSITY SPAIN, S.L.		X		X
7	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.		X	X	
8	MEDICAL SOREVAN, S.L	X	X		

SEGUNDO. –Se han seleccionado las ofertas de los proveedores que se ha comprobado que cumplen con los requisitos exigidos en el PPT, y se ha realizado la evaluación de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, conforme a lo indicado en la Cláusula 1 punto 8.2.2 del PCAP con el siguiente resultado:

LOTE 1					
COMPRESIÓN GRADUAL Y CIRCUNFERENCIAL (Se valorará con hasta 20 puntos a las ofertas que presenten una compresión gradual y circunferencial con mayor confort para el paciente y proporcionalmente al resto.)					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 20 P.
MEDICAL SOREVAN, S.L.	10	10	10	10,00	20,00

LOTE 2					
FACILIDAD DE COLOCACIÓN Y RETIRADA (Se valorará con hasta 20 puntos a las ofertas que presenten una mayor facilidad de colocación y retirada de la medias y proporcionalmente al resto.)					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 20 P.
IZASA HOSPITAL, S.L.	8	9	8	8,33	18,51
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L	9	9	9	9,00	20,00

LOTE 3					
FACILIDAD DE COLOCACIÓN Y RETIRADA (Se valorará con hasta 20 puntos a las ofertas que presenten una mayor facilidad de colocación y retirada de la medias y proporcionalmente al resto.)					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 20 P.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	9	9	9	9,00	20,00

LOTE 4					
FACILIDAD DE APLICACIÓN (Se valorará con hasta 20 puntos a las ofertas que presenten una mayor facilidad de aplicación y proporcionalmente al resto.)					
LICITADOR	Enfermera 1	Enfermera 2	Enfermera 3	Valoración (Media)	Ponderación Hasta 20 P.
ESSITY SPAIN, S.L.	10	10	10	10,00	20,00

En Madrid,

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

Firmado digitalmente por: CLEMENTE VALERA CAROLINA
 Fecha: 2024.08.09 10:39

Fdo.: Carolina Clemente Valera

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: