

A/SUM-007118/2024 denominado "Adquisición de expositores de vacunas con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud"

INFORMACIÓN Y ACLARACIONES AL PPT

A continuación se da respuesta a las preguntas planteadas por los interesados en este procedimiento de licitación:

En el PPT en las características técnicas donde dice:

- Refrigerante R134A
- Potencia nominal de 400 w y tensión de 220/240 v.

Debe de decir:

- Refrigerante acorde a normativa UE equivalente a R134A
- Potencia nominal de 400 w igual o inferior y tensión de 220/240 v.

Pregunta y respuesta

Solicitan 6 bandejas perforadas y 6 estantes. Necesitan ambas o son 6 bandejas o 6 estantes?. Serían muchas para el espacio interno.

En el pliego de característica Técnica se solicita:

- Mínimo seis estantes regulables en altura y seis bandejas perforadas fácilmente desmontables para su limpieza.

Puntualizando la prescripción técnica, el interior del expositor de vacunas tenga **mínimo** 6 estantes, o repisas, en número que permita regular la altura.

Además que incluya las seis bandejas perforadas para colocar en dichos estantes, siendo las bandejas desmontables, no fijas, para facilitar la limpieza.