

**RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITADORES CONSISTENTES EN ACLARACIONES A LO ESTABLECIDO EN LOS  
PLIEGOS O RESTO DE DOCUMENTACIÓN**

**EXPEDIENTE: HUH PASA SUM 2024/04:**

**Fecha:** 18 de junio 2024

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación con el artículo 138.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: *Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación mínima de 7 días (4 días si se trata de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado) a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará cuatro días (2 días si se trata de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado) antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.*

Nº	CONSULTA	RESPUESTA
3	Respecto a la toma de temperatura de los monitores, indican que "El sistema de temperatura será el que se usa mayoritariamente en el hospital para facilitar la compatibilidad de fungibles y accesorios".  ¿Pueden indicar cuál es dicho sistema, de qué fabricante?	La referencia es de HILL ROM, 05031. Son fundas para sonda de temperatura axilar.

**Servicio de Contratación y Suministros**  
Hospital Universitario del Henares  
Teléfono: 911912175. Correo: [suministros.hhen@salud.madrid.org](mailto:suministros.hhen@salud.madrid.org)