

**RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITADORES CONSISTENTES EN ACLARACIONES A LO ESTABLECIDO EN LOS
PLIEGOS O RESTO DE DOCUMENTACIÓN**

EXPEDIENTE: HUH PASA SUM 2024/04:

Fecha: 17 de junio 2024

De conformidad con la dispuesto en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación con el artículo 138.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: *Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación mínima de 7 días (4 días si se trata de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado) a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará cuatro días (2 días si se trata de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado) antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.*

Nº	CONSULTA	RESPUESTA
1	En el PPT se indica: " <i>Frecuencia respiratoria por dedil de saturación con la misma tecnología utilizada en el hospital. (no se aceptan compatibles)</i> " Sin embargo, salvo error por nuestra parte, no encontramos en el PPT a qué tecnología se refieren ¿Podrían aclarar que tecnología usa el hospital que precisa la compatibilidad?	La tecnología utilizada es Masimo.
2	En relación al expediente HUH PASA SUM 2024/04 Adquisición de 20 monitores de toma de constantes vitales en varios de los Servicios del Hospital del Henares, al descargar el expediente en la aplicación licit@ aparece otro código de licitación: A/SUM-023678/2024 ¿Pueden confirmarnos que este código de licitación que aparece en Licit@ asociado a la licitación HUH PASA SUM 2024/04 es correcto y esta es la licitación que ha de descargarse y a la que se debe presentar oferta?	SI, ese es el Expediente, lo que ese código es el que asigna Nexus y el HUH PASA SUM 2024/04 es la codificación propia del Hospital.

Servicio de Contratación y Suministros
Hospital Universitario del Henares
Teléfono: 911912175. Correo: suministros.hhen@salud.madrid.org