

## INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-71 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Alfonso Lagares, Jefe de Servicio de Neurocirugía

Fecha: 01 de agosto de 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas por las empresas al expediente **2024-0-71** para el “**SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA MOTORES DE ALTA VELOCIDAD Y DE TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**” se emite el siguiente

### INFORME TECNICO

#### Lote 1:

- Las ofertas presentadas por **MEDTRONIC IBÉRICA S.A y STRYKER IBERIA S.L, cumplen** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **CONMED IBERIA S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.
  - El motor excede las 75.000 rpm que se indican en el pliego ya que alcanza 80.000 rpm.
  - Se desconoce la longitud de los emboques o protectores presentados.
  - No especifica si la consola dispone de pasos para el montaje guiados en pantalla, con confirmación correcta de conexión.
  - No especifica si dispone o no de emboque angulado independiente del emboque recto para las fresas de cirugía endoscópica. El que el motor pueda angularse mediante una función de giro del mismo no es un eximente para presentar emboques angulados.

#### Lote 2:

- Las ofertas presentadas por **MEDTRONIC IBÉRICA S.A y PRIM S.A, cumplen** con las especificaciones del pliego.

#### Lote 3:

- La oferta presentada por **STRYKER IBERIA S.L, cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	MATERIAL FUNGIBLE PARA MOTORES DE ALTA VELOCIDAD	CONMED IBERIA S.L.,	No cumple	-
		MEDTRONIC IBÉRICA S.A	Cumple	30
		STRYKER IBERIA S.L	Cumple	10
2	PERFORADORES DESECHABLES	MEDTRONIC IBÉRICA S.A	Cumple	30
		PRIM S.A	Cumple	20
3	SISTEMA DE ASPIRACIÓN/IRRIGACIÓN POR ULTRASONIDO	STRYKER IBERIA S.L	Cumple	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado por LAGARES GOMEZ-ABASCAL  
ALFONSO - DNI \*\*\*4871\*\* el día  
22/08/2024 con un certificado emitido  
por AC Sector Público

Fdo.: Dr. Alfonso Lagares

Jefe de Servicio de Neurocirugía.

EXPEDIENTE: 2024-0-71

SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA MOTORES DE ALTA VELOCIDAD Y DE TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p><b>MATERIAL FUNGIBLE PARA MOTORES DE ALTA VELOCIDAD</b></p> <p><b>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de sistemas de motor con capacidad de integración directa con el sistema de Navegación S8 propiedad del Hospital.....<b>10 Puntos.</b></li> <li>Disponibilidad fresas curvas con 15 grados de angulación, irrigación integrada y con acople directo al motor sin necesidad de adaptadores o accesorios para abordajes de base de cráneo, no requiriendo emboques específicos para la base de cráneo.....<b>10 puntos.</b></li> <li>Ruido máximo 58 decibelios durante su uso.....<b>10 Puntos.</b></li> </ol>	<p><b>MEDTRONIC IBÉRICA S.A .....TOTAL PUNTOS: 30</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sí dispone .....<b>10 Puntos</b></li> <li>Sí dispone .....<b>10 Puntos</b></li> <li>Sí dispone .....<b>10 Puntos</b></li> </ol> <p><b>STRYKER IBERIA S.L .....TOTAL PUNTOS: 10</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>No dispone .....<b>0 Puntos</b></li> <li>No dispone .....<b>0 Puntos</b></li> <li>Sí Dispone .....<b>10 puntos</b></li> </ol>

EXPEDIENTE: 2024-0-71

SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA MOTORES DE ALTA VELOCIDAD Y DE TECNOLOGÍA PIEZOELÉCTRICA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
2	<p><b>PERFORADORES DESECHABLES</b></p> <p><b>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</b></p> <p>1. Mayor variabilidad en las medidas Se valorará proporcionalmente, otorgando mayor puntuación (30 Puntos) a la empresa que ofrezca mayor variabilidad.....<b>30 Puntos.</b></p>	<p><b>MEDTRONIC IBÉRICA S.A .....TOTAL PUNTOS: 30</b></p> <p>1. Dispone de 3 medidas .....<b>30 Puntos</b></p> <p><b>PRIM S.A, .....TOTAL PUNTOS: 20</b></p> <p>1. Dispone de 2 medidas .....<b>20</b></p>
3	<p><b>SISTEMA DE ASPIRACIÓN/IRRIGACIÓN POR ULTRASONIDO</b></p> <p><b>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</b></p> <p>1. Posibilidad de pedal sin cables (conexión bluetooth).....<b>10 Puntos.</b></p> <p>2. Tecnología de movimiento longitudinal y de torsión.....<b>10 Puntos.</b></p> <p>3. Posibilidad de realizar el cambio de las puntas en el campo quirúrgico sin cambiar la pieza de mano.....<b>10 Puntos.</b></p>	<p><b>STRYKER IBERIA S.L .....TOTAL PUNTOS: 30</b></p> <p>1. Sí dispone ....<b>10 Puntos</b></p> <p>2. Sí dispone ....<b>10 Puntos</b></p> <p>3. Sí dispone ....<b>10 Puntos</b></p>