

EXPEDIENTE PNSP 2024-1-003**SUMINISTRO DEL MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS SISTEMA DE INFUSIÓN MEDRAD® STELLANT DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.****INFORME TÉCNICO****PROVEEDOR: Bayer Medical Care Inc.**

Por favor, para cumplimentar el documento, haga clic en la casilla de la opción que corresponda (en caso de modificación, vuelva a hacer clic para borrar la opción errónea). En caso de incumplimiento, debe justificarse el motivo del mismo. Muchas gracias

Lote 1.1.- Equipo de jeringas para bomba inyectora de contraste:

Kit multipaciente para la infusión de medios de contraste o suero fisiológico con las siguientes características:

X Equipo compuesto por:

- ☒ Dos jeringas transparentes de 200 ml de capacidad con marcas ovaladas translúcidas.
- ☒ Dos kits de transferencia de líquidos de 115 cm de longitud y 7,1 ml de capacidad con punzón multi-paciente y doble válvula anti-reflujo.
- ☒ Un tubo conector en T de 20 cm de longitud y 0,8 ml de capacidad con conector de seguridad Multi-Guard.
- ☒ Conexiones Luer-lock.
- ☒ Una etiqueta de tiempo de uso.

X Reutilizable durante 12 horas.

X Esterilizado por radiación.

X Vía fluida apirógena.

X Libre de látex.

X Resistente a la presión.

X Producto Sanitario: Clase IIa

Lote 1.2.- Alargadera o extensión de paciente para bomba inyectora de contraste:

Alargadera o extensión con las siguientes características:

X Alargadera para la infusión de medios de contraste o suero fisiológico.: ☐ En forma de espiral

☒ Longitud: 250 cm

☒ Capacidad: 8,5 ml

Procedimiento Negociado sin Publicidad.

PNSP 2023-1-266 Suministro de sistemas de ablación de campo pulsado, Farapulse y del equipamiento en cesión necesario para la realización de la técnica, con destino al Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos.

- Con 2 válvulas anti-reflujo y conector de seguridad Multi-Guard.

- X Esterilizado por radiación
- X Vía fluida apirógena
- X Libre de látex y ftalatos
- X Producto Sanitario: Clase IIa
- X Desechable o de un solo uso

Lote 1.3.- Alargadera con conector en "T":

Alargadera o extensión con las siguientes características:

- X Alargadera para la infusión de medios de contraste o suero fisiológico compuesto por:
 - x Un tubo de baja presión de 152,40 cm en forma de espiral.
 - x Un tubo recto de 15,24 cm con conectores macho/hembra Luer-Lock con tubo de cebado.
- X Esterilizado por Óxido de Etileno. Material apirógeno.
- X Libre de látex.
- X Producto Sanitario: Clase IIa
- X Desechable o de un solo uso

CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRECIPCIONES TÉCNICAS: Se cumplen todas las especificaciones

En Madrid, a 14 de mayo de 2024

Fdo.: María Nieves Cabrera Martín

MARÍA NIEVES
CABRERA MARTÍN -

Firmado digitalmente por MARÍA
NIEVES CABRERA MARTÍN -

Fecha: 2024.05.14 13:15:30 +02'00'

Jefa del Servicio de Medicina Nuclear