

A/SUM-007080/2024 denominado "Adquisición de aparataje y equipamiento matrona con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud"

INFORMACIÓN Y ACLARACIONES

A continuación, se da respuesta a las preguntas planteadas por los interesados en este procedimiento de licitación:

Pregunta 1ª

Tenemos una consulta acerca del sillón ginecológico del lote 14-15 del expediente A/SUM-007080/2024.

En las características técnicas especifican "peso máximo 250 kg.", ¿a que se refieren con esto? ¿Peso máximo del sillón? ¿O carga máxima soportada?

Respuesta

En las especificaciones técnicas del sillón ginecológico nos referimos a la carga máxima soportada que será de 250 Kg.

Pregunta 2ª

Estamos interesados en licitar a los lotes 14 y 15 – SILLÓN GINECOLÓGICO ELÉCTRICO, y hemos visto que hay que presentar muestras. Nos gustaría saber si la muestra del sillón se debe llevar también al registro general, sabiendo que un sillón ginecológico tiene una envergadura importante, quizás haya que entregarlo en otro sitio más adaptado para tal efecto. Para el resto de lotes que nos interesa, al ser muestras más pequeñas, no nos surge la duda y las entregaríamos en el Registro General tal como viene indicado en los pliegos, pero el sillón, con todos sus embalajes, es algo bastante grande y queremos confirmar que el sitio es correcto.

Respuesta

La muestra la tienen que entregar en el Registro General en el que se les indicará la sala en el que tienen que depositar el sillón, el cual debe dejarse montado y listo para funcionar.

Madrid, 23 de julio de 2024