

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

1

FRESA REDONDA CARBURO TURBINA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Fresado multiaxial			15
2.	Diseño concéntrico			15
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

1	A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA S.A.	X		SI	SI	NO		

1.1	La ficha técnica no se corresponde con la muestra, en la ficha describe fresa plana y la muestra es redonda de 1mm.	SI	SI	NO	
1.2	No es para turbina como se solicita, es decontraungulo	SI	SI	NO	
1.3	No es para turbina como se solicita, es decontraungulo	SI	SI	NO	
1.4	Presenta iso 500 314 001 001	SI	SI	NO	
1.5					
1.6					
1.7					
1.8					
1.9					
1.10					

2	B85142809	DENTARED ODONTOLOGY S.L.							0

1.1									
1.2									
1.3									
1.4									
1.5									
1.6									
1.7									
1.8									
1.9									
1.10									

Violeta Perez Doslados
C.S. La Princesa
DA Oeta

Rómulo Hiegimolle Herrero
C.S. DA Centro

DA SUR
C.S. Centro

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:
1

FRESA REDONDA CARBURO TURBINA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Fresado multiaxial			15
2.	Diseño concéntrico			15
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos								
3 A08820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	NO			<table><tbody><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td></tr></tbody></table>	1.		2.		3.		4.	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
4 B79610623	PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN DENTAL S.L								0 <table><tbody><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td></tr></tbody></table>	1.		2.		3.		4.	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	

1.1	SI	SI	NO	Presenta ISO 500 314 001 001 010
1.2	SI	SI	NO	No se identifica la muestra con la codificación ISO que informa de la características de la fresa
1.3	SI	SI	NO	No se identifica la muestra con la codificación ISO que informa de la características de la fresa
1.4	SI	SI	NO	No se identifica la muestra con la codificación ISO que informa de la características de la fresa
1.5				
1.6				
1.7				
1.8				
1.9				
1.10				

1.1	
1.2	
1.3	
1.4	
1.5	
1.6	
1.7	
1.8	
1.9	

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-

024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

2

FRESA PERA CARBURO

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Fresado multiaxial			15
2.	Diseño concéntrico			15
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO			1.
									2.
									3.
									4.

2.1	3164678	SI	SI	SI	NO	Se solicita diametro 0.9mm y presenta 0,10 mm la muestra, y así lo especifica en su ficha técnica 010.
2.2	3164680	SI	SI	NO		
2.3	3164681	SI	SI	SI	NO	No se identifica la muestra con la codificación ISO que informa de la características de la fresa
2.4	3136081	SI	SI	NO		

A08820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	NO			1.
									2.
									3.
									4.

2.1	5714	SI	SI	SI	SI	
2.2	5716	SI	SI	SI	NO	Indica que la fresa presentada es de carburo tungsteno como se solicita, pero la muestra lleva corona de color verde que identifica el grosor del grano en fresas de diamante
2.3	97063	SI	SI	NO		
2.4	60141	SI	SI	NO		No se identifica la muestra con la codificación ISO que informa de la características de la fresa

B78610623	PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN DENTAL S.L.	X		SI	SI	SI			1.
									2.
									3.
									4.

2.1	KL002007	SI	SI	SI	SI	
-----	----------	----	----	----	----	--

									30
1.	Fresado multiaxial								15
2.	Diseño concéntrico								15
3.									
4.									

INFORME TÉCNICO

Expediente:
ASUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

2

FRESA PERA CARBURO

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Fresado multiaxial			15
2.	Diseño concéntrico			15
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

2.2	KLJ02080	SI	SI	SI	SI	SI			
2.3	KL212119	SI	SI	SI	SI	SI			
2.4	KLJ02008	SI	SI	SI	SI	SI			

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

3

FRESA CILINDRICA CARBURO CORTACORONAS P/TURBINA

Prescripciones técnicas:	Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
	1.	Fresado multiaxial			15
	2.	Diseño concéntrico			15
	3.				
	4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A	X		SI	SI	NO			

3.1 3162036 SI SI NO Solicitamos parte activa en forma cilíndrica y presenta la muestra redonda

A08820953	PROCLINIC, S.A	X		SI	SI	NO			

3.1 5769 SI SI NO No se identifica la muestra con la codificación ISO que informa de la características de la fresa

INFORME TÉCNICO

Expediente:
ASUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

4

FRESA REDONDA CARBURO LARGA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Fresado multi axial			15
2.	Diseño concéntrico			15
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A	X		SI	SI	NO			
			3164598	SI	SI	SI			
		4.1							
		4.2	3164968	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 500 316 001 001 023 Presenta ISO 500316001291023		

A08820953	PROCLINIC, S.A	X		SI	SI	SI			
			96012	SI	SI	SI			
		4.1							
		4.2	5764	SI	SI	SI			

B78610623	PROMOCION E INVESTIGACION DENTAL S.L	X		SI	SI	SI			
			KL214002	SI	SI	SI			
		4.1							
		4.2	KL003350	SI	SI	SI			

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

5

FRESA CARBURO ODONTOSECCION P/TURBINA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Fresado multiaxial	15
2.	Diseño concéntrico	15
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	SI			
		5.1	66-851	SI	SI	SI			

A08820553	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	SI			
		5.1	4344	SI	SI	SI			

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

6

FRESA LINDEMAN TURBINA CARBURO 1,6MM

Prescripciones
técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Fresado multi axial			15
2.	Diseño concéntrico			15
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO			

6.1 66-852 Presenta ISO 500 314 408 295 016 Pedimos ISO 500 314 408 297 016

A08820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	NO			

6.1 52580 Presenta ISO 330 316 408 295 016 Pedimos ISO 500 314 408 297 016

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

7

FRESA REDONDA DIAMANTE TURBINA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte			20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica			10
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO			

7.1	3130708	SI	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 806 314 001 524 012 y presentan iso 806 314 001 504 012
7.2	3130605	SI	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 806 314 001 524 014 y presentan iso 806 314 001 504 014
7.3	3130606	SI	SI	SI	NO	

B86142809	DENTARED ODONTOLOGY S.L	X		SI	SI	NO			

7.1	001-009M	SI	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 806 314 001 524 012 y presentan iso 806 314 001 534 012
7.2	001-012C	SI	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 806 314 001 524 014 y presentan iso 806 314 001 534 014
7.3	001-014C	SI	SI	SI	NO	

A08820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	SI			30

7.1	7546	SI	SI	SI	SI	
7.2	7502	SI	SI	SI	SI	
7.3	7503	SI	SI	SI	SI	

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

7

FRESA REDONDA DIAMANTE TURBINA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

B78610623	PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN DENTAL S.L.	X							0

7.1	KL002226	SI	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 806 314 001 524 012 y presentan iso 806 314 001 534 012
7.2	KL206414	SI	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 806 314 001 524 014 y presentan iso 806 312 001 534 014
7.3	KL200806	SI	SI	SI	NO	

INFORME TÉCNICO

Expediente:

ASUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

8

FRESA CHAMFER P/TURBINA

Prescripciones
técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte			20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica			10
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO			
8.1	3128488		SI	SI	NO	Solicitanos ISO 806 314 257534014 y presentan iso 806 314 289 524 014			

A08820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	NO			
8.1	7529		SI	SI	NO	Solicitanos ISO 806 314 257534 014 y presentan iso 806 315 290 524 014			

INFORME TÉCNICO

Expediente:
AUSUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote: **9**
FRESA PERA DIAMANTE TURBINA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO			
9.1	66-481	SI	NO	SI	NO	Se solicita 806 314 238 524 012 presenta 806 314 238 524 012			

A08820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	NO			
9.1	7513	SI	NO	SI	NO	Se solicita 806 314 238 524 012 presenta 806 314 238 524 012			

B78610623	PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN DENTAL S.L.	X		SI	SI	SI			30
9.1	KL012237	SI	SI	SI	SI	SI			20
									10

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-

024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

10

FRESA PERA DIAMANTE ANCHA 1,4MM P/TURBIN

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA S.A	X		SI	SI	SI			30
								1. Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	20
								2. Control de calidad de dimensional y óptica	10
								3.	
								4.	

10.1

3130733

SI

SI

SI

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

11

FRESA OVAL DIAMANTE 1,4MM P/TURBINA MICROPREPARACION

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A	X		SI	SI	SI		1. Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	30
								2. Control de calidad de dimensional y óptica	20
								3.	10
								4.	

11.1

3163667

B78610623	PROMOCION E INVESTIGACION DENTAL S.L.	X		SI	SI	NO		1.	
								2.	
								3.	
								4.	

11.1

KL211055

Se solicita forma oval y la muestra no presenta forma oval se asemeja a una sela

INFORME TÉCNICO

Expediente:

AJSUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

12

FRESA CONICA DIAMANTE 1,6MM P/TURBINA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO			

12.1 3162335 NO solicitamos 806 314 544 524 016 presenta 806 314 019 524 016

B78610623	PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN DENTAL S.L.	X		SI	SI	NO			

12.1 KL012253 NO Solicitamos parte activa cónica y la muestra presentada es cilíndrica

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:
13

FRESA CILINDRICA DIAMANTE 0,7MM P/TURBINA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte			20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica			10
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:
14

FRESA DE DIAMANTE LLAMA PARA TURBINA 8MM GRANO EXTRA-FINO

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO		1. 2. 3. 4.	
-----------	-----------------------------------	---	--	----	----	----	--	----------------------	--

14.1 3138581 SI NO No se identifica la muestra con la codificación ISO (que informa de la características de la fresa)

A09820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	NO		1. 2. 3. 4.	
-----------	-----------------	---	--	----	----	----	--	----------------------	--

14.1 7023 SI NO Solicitamos 806 314 220 324 012 y presenta 806 314 249 504 012

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:
15

FRESA BALA DIAMANTE

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

B78610623	PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN DENTAL S.L.	X		SI	SI	NO			

15.1	KL0012161	SI	SI	SI	NO	La parte activa mide 3,2 y se solicita 2,7mm			
15.2	KL211051	SI	SI	SI	NO				

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

16

FRESA PUNTA DE ARKANSAS TURBINA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Fresado Multiaxial	15
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	15
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO			

16.1 6-188 Presenta envase de 12 unidades y solicitamos envase máximo de 8 unidades

A08820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	NO			

16.1 98081 Presenta envase de 10 unidades y solicitamos envase máximo de 8 unidades

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

17

FRESA REDONDA CARBURO CONTRA-ANGULO

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Fresado Multiaxial			15
2.	Control de calidad de dimensional y óptica			15
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A	X		SI	SI	NO			

17.1	66-594	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 500 204 001 003 014 Presenta 500 204 001 001 014
17.2	66-595	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 500 204 001 003 016 Presenta 500 204 001 001 016
17.3	66-596	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 500 204 001 003 018 Presenta 500 204 001 001 018

A08820953	PROCLINIC, S.A	X		SI	SI	SI			

17.1	7873	SI	SI	SI	
17.2	7874	SI	SI	SI	
17.3	7875	SI	SI	SI	

B78610623	PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN DENTAL S.L	X		SI	SI	SI			

17.1	KL209228	SI	SI	SI	
17.2	KL207857	SI	SI	SI	
17.3	KL209269	SI	SI	SI	

INFORME TÉCNICO

Expediente:
ASUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:
17 FRESA REDONDA CARBURO CONTRA-ANGULO

Prescripciones técnicas:	Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
	1.	Fresado Multiaxial	15
	2.	Control de calidad de dimensional y óptica	15
	3.		
	4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

18

FRESA PERA CARBURO CONTRA-ANGULO

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Fresado Multiaxial	15
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	15
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-024692/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

19

FRESA GOMA

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Flexibilidad	15
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	15
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO			

19.1	3149321	SI	SI	NO	Solicitamos goma, iso 802 204 243 521 030 y presentan 638 ISO 638 204 243 523 050. Solicitamos medidas 3x7 mm de parte activa mide 5x10 mm y longitud total mide 27,5 mm y pedimos 22 mm.				
19.2	3134440	SI	SI	NO	Presenta ficha técnica en ingles. No se identifica la muestra ni en ficha técnica con la codificación ISO que informa de la características de la fresa. Se solicita envase de maximo 8 unidades y presenta envase 12 unidades				

A08820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	NO			

19.1	5403	SI	SI	NO	Solicitamos ISO 802 204 243 521 030 y presentan ISO 658 204 243 516 030. Solicitamos envase de 8 unidades y presenta 12 unidades				
19.2	25737	SI	SI	SI					

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

20

FRESA FIBRAS EN COPA PARA PROFILAXIS P/CONTRA-ANGULO

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP				Máximo puntos
1.	Fresado Multiaxial			
2.	Control de calidad de dimensional y óptica			
3.				
4.				

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA, S.A.	X		SI	SI	NO			
20.1	3135837	SI	NO	SI	NO	Se solicita envase de 8 unidades máximas y vienen 50 unidades			

A08820953	PROCLINIC, S.A.	X		SI	SI	NO			
20.1	26800	SI	NO	SI	NO	Solicitamos máximo 8 unidades y presenta envase de 100 unidades			

B78610523	PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN DENTAL S.L.	X		SI	SI	NO			
20.1	DF100C	SI	NO	SI	NO	Solicitamos envase de 8 unidades máximo y presentan envase que indica en su etiquetado 100 unidades.			

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
024882/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

21

FRESA REDONDA CARBURO PIEZA DE MANO

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Fresado multiaxial	15
2.	Diseño concéntrico	15
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A58227422	DVD DENTAL DE VENTA DIRECTA S.A.	X		SI	SI	NO			

21.1	3165000	SI	SI	NO	Se solicita 500 104 001 298 014 Presenta ISO 500 104 001 291 014
21.2	3165001	SI	SI	NO	Se solicita 500 104 001 291 018 Presenta ISO 500 104 001 291 018

INFORME TÉCNICO

Expediente:
A/SUM-
024682/2024

Suministro de Fresas Odontológicas con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

Lote:

22

FRESA PERA DIAMANTE PITURBINA MICROPREPARACION

Prescripciones técnicas:

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Revestimiento multicapa que aumenta la durabilidad y eficacia del corte	20
2.	Control de calidad de dimensional y óptica	10
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Ofer- ta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	---------------	------------	---------------------	----------------------	-----------------	---------------	---	--------