

EXPEDIENTE PASA 2024-7-090

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN CAMPÍMETRO AUTOMÁTICO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

Cualitativos Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas

PROVEEDOR: xxxxx

Por favor, para cumplimentar el documento, haga clic en la casilla de la opción que corresponda (en caso de modificación, vuelva a hacer clic para borrar la opción errónea). Muchas gracias

1. Compatibilidad total de datos nativos con las campimetrías ya existentes en el servicio incluidas la integración de las nuevas pruebas con las antiguas en los análisis automáticos y manuales de progresión:
☒ 10 puntos: Sí cumple
☐ 0 puntos: No cumple
2. Conexión y comunicación automáticas con OCT y retinógrafo, generando automáticamente informes combinados estructura-función rigurosamente fiables:
☒ 5 puntos: Sí cumple.
☐ 0 puntos: No cumple.
3. Sistema de seguimiento de la fijación de la mirada con registro de desviaciones de ésta y de cierre de párpados. Este registro debe ser visible durante la captura y en el informe:
☒ 6 puntos: Sí cumple.
☐ 0 puntos: No cumple.
4. Registro fotográfico del ojo en el momento de la presentación del estímulo:
☒ 3 puntos: Sí cumple.
☐ 0 puntos: No cumple.
5. Corrección automática de la refracción sin necesidad de intercalar lentes de pruebas hasta +/- 8 dioptrías:
☒ 3 puntos: Sí cumple.
☐ 0 puntos: No cumple

6. Ampliación del plazo cubierto por la garantía del sistema:

- ☐ 1 punto: Por cada año adicional con un máximo de 3 años adicionales.
- ☒ 0 puntos Si el plazo de garantía es igual a 2 años como se exige en el pliego técnico

PUNTUACION TOTAL: 27

OBSERVACIONES: Haga clic aquí para escribir texto.

**JULIAN GARCIA
FEIJOO -**

Firmado digitalmente
por JULIAN GARCIA
FEIJOO - [REDACTED]
Fecha: 2024.09.13
13:35:54 +02'00'

En Madrid, a 6 de septiembre de 2019

Fdo.: Prof. Dr. J. García Feijóo

Jefe del Servicio de OFTALMOLOGÍA