

**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN ECÓGRAFO, PARA EL  
SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

**CRITERIOS DE VALORACIÓN:**

Cualitativos Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas

*Phileo Intra SA*

**PROVEEDOR: xxxxxx**

Por favor, para cumplimentar el documento, haga clic en la casilla de la opción que corresponda (en caso de modificación, vuelva a hacer clic para borrar la opción errónea). Muchas gracias

1. Equipo con capacidad de ser ampliado con modo de color con renderizado tipo 3D sobre una imagen 2D. Debe poder funcionar en modo Doppler Color y Modo Doppler Color Power Angio (CPA), para uso vascular. Equivalente a RadiantFlow, FlowViewer o similar.:

☒ 7 puntos: Sí cumple

☐ 0 puntos: No cumple

2. Posibilidad de ampliación del equipo con una sonda lineal volumétrica 3D/4D para la valoración 3D de imágenes generales, partes pequeñas y vasculares. Software específico vascular para la valoración de la placa de ateroma por ultrasonidos:

☒ 7 puntos: Sí cumple.

☐ 0 puntos: No cumple.

3. Posibilidad para ecocardiografía compatible con sondas de cardiología del hospital:

☒ 7 puntos: Sí cumple.

☐ 0 puntos: No cumple.

4. Ampliación del plazo cubierto por la garantía del sistema:

☒ 3 puntos: Por cada año adicional con un máximo de 3 años adicionales.

☐ 0 puntos: Si el plazo de garantía es igual a 2 años como se exige en el pliego técnico

**PUNTUACION TOTAL:** Haga clic aquí para escribir texto. **PUNTOS**

24

**OBSERVACIONES:** Haga clic aquí para escribir texto.

En Madrid, a Haga clic aquí y pulse la flecha (▼) de la derecha para indicar la fecha.

Fdo.:

Jefe del Servicio de Neurología del HCSC

