

**CONSULTA N°1****ASUNTO:** SOLICITUD ACLARACIONES EXP. PA 2024-0-159**Datos de la persona o entidad representante**

Tipo de identificación	Identificación	Razón social/Entidad
NIF		BATIST MEDICAL ESPANHA SL

**Solicita**

Para el Lote 1: "GEL LUBRICANTE UROLÓGICO EN JERINGA PRECARGADA", tenemos un producto que está siendo suministrado a diferentes Hospitales pertenecientes al SERMAS. Sin embargo hay un punto que no cumple respecto a las especificaciones técnicas recogidas en el PPT del Expediente. Concretamente, nuestro producto contiene Clorhexidina y nunca nos han planteado objeción alguna desde los diferentes hospitales suministrados.

Por ello les solicitamos que nos aclaren la posibilidad de poder ofertar el producto correspondiente a este lote con la característica de llevar clorhexidina en su composición.

Atentamente.

**Aclaración**

Para dar respuesta a la consulta de Batist Medical, desde RRMM de Enfermería, y en base al informe justificativo adjunto al Expediente PA 2024-0-159 en el que se exponen las necesidades de los lubricantes urológicos donde "Se descarta la presencia de clorhexidina pues, la indicación de uso del gel, no es una antisepsia sino un efecto lubricante y anestésico local. A demás, se han descrito efectos irritativos del digluconato de clorhexidina a concentraciones superiores a 0,1%, cuando se aplica en mucosa íntegra", se excluye por tanto la presencia de clorhexidina en los geles lubricantes.

En Madrid a la fecha de la firma,

Fdo.:  
Firmado digitalmente por: SANJURJO MOROTE MARINA  
Fecha: 2024.07.04 13:16

**Supervisora de Recursos Materiales**