

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-76 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Tejerizo García, Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología.
Dr. Alfredo Rodríguez Antolín, Jefe de servicio de Urología.

Fecha: 9 de agosto de 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente **2024-0-76** para el **“SUMINISTRO, DE SISTEMAS DE MORCELACIÓN HISTEROSCÓPICA Y PROSTÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE OBSTETRICIA-GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE** por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **HOLOGIC IBERICA, S.L.U. cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL S.L.U, cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	SISTEMAS DE MORCELACIÓN HISTEROSCÓPICOS	HOLOGIC IBERICA, S.L.U.	SI	30
2	SISTEMAS DE MORCELACIÓN PROSTÁTICO	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Fdo.: Dr. Rodríguez Antolín
Jefe de Servicio de Urología

Fdo.: Dr. Tejerizo García
Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología

Firmado por RODRIGUEZ ANTOLIN ALFREDO
- el día 19/08/2024 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

ÁLVARO
TEJERIZO
GARCÍA -

Firmado
digitalmente por
ÁLVARO
TEJERIZO GARCÍA

Fecha: 2024.08.18
11:20:01 +02'00'

EXPEDIENTE: 2024-0-76

SUMINISTRO, DE SISTEMAS DE MORCELACIÓN HISTEROSCÓPICA Y PROSTÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE OBSTETRICIA-GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p><u>SISTEMAS DE MORCELACIÓN HISTEROSCÓPICOS</u></p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Morceladores con la distancia desde la ventana de trabajo al final del dispositivo menor de 1 mm..... 5 Puntos.</p> <p>2. Histeroscopio con disponibilidad de diferentes vainas de trabajo, ovaladas, biseladas e intercambiables, que permitan realizar el diagnóstico y utilizar morceladores de diferente tamaño con un único histeroscopio..... 25 puntos.</p>	<p>HOLOGIC IBERICA, S.L. U.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si dispone.....5 Puntos</p> <p>2.- Si dispone.....25 Puntos</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-76

SUMINISTRO, DE SISTEMAS DE MORCELACIÓN HISTEROSCÓPICA Y PROSTÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE OBSTETRICIA-GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
2	<p><u>SISTEMAS DE MORCELACIÓN PROSTÁTICO</u></p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Equipo de alta eficiencia de morcelación, con rendimiento mínimo de 24 g/min.....18 Puntos.</p> <p>2. Sistema de calibración de las cuchillas que pueda realizar el usuario tanto endoscópicamente o fuera del paciente.....12 Puntos.</p>	<p>IZASA HOSPITAL S.L.U.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si dispone.....18 Puntos</p> <p>2.- Si dispone.....12 Puntos</p>