

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-43 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dra. Sainz Díaz, Coordinadora de la Unidad de Epilepsia-EEG en ausencia del Dr. Pérez Martínez, Jefe de Servicio de Neurología.

Dr. Gabriel Rubio Valladolid Jefe de Servicio de Psiquiatría

Fecha: 23 de agosto 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-43 para el "ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **ALMEVAN, S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **CIBERTEC S.A., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **HOSPITAL HISPANIA, S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN VÍDEO	ALMEVAN, S.L.	SI	30
2	SISTEMA EEG	CIBERTEC S.A.	SI	30
3	SISTEMAS DE ESTIMULACIÓN TRANSCRANEAL	HOSPITAL HISPANIA, S.L.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

SAIZ DIAZ
ROSA ANA
-
075198195

Firmado digitalmente por
SAIZ DIAZ ROSA ANA -
Fecha: 2024.08.23
12:40:40 +02'00'

FIRMADO

Firmado por GABRIEL RUBIO
VALLADOLID - ***4817** el día
26/08/2024 con un certificado
emitido por AC CAMERFIRMA FOR
NATURAL PERSONS - 2016

Fdo.: Dra. Saiz Díaz

Coordinadora Unidad de Epilepsia-EEG

Fdo.: Rubio Valladolid

Jefe de Servicio de Psiquiatría

EXPEDIENTE: 2024-0-43

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN VÍDEO-ELECTROENCEFALOGRAFÍA PARA EPILEPSIA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Los equipos deben ser compatibles con el Sistema de monitorización - Video EEG prolongada empleado en la planta de hospitalización de Neurología, permitiendo compartir e integrar en la red del hospital y en el Servidor la base de datos de pacientes, posibilitando la revisión de un paciente o estudio desde cualquiera de los sistemas tanto a posteriori como en tiempo real e incluyendo comentarios y notas bidireccionalmente.....10 Puntos. El sistema de amplificación deberá ser ligero (menos de 750g.) para que el paciente pueda portarlo encima en una mochila. Se valorará proporcionalmente.....10 Puntos. El estimulador cortical podrá ser utilizado de forma autónoma sin necesidad de estar conectado al EEG..... 10 puntos. 	<p>ALMEVAN, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2.- Si dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3.- Si dispone..... 10 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-43

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
2	<p>SISTEMA EEG</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Disponer de triggers de entrada, con salida de triggers por puertos específicos a terceros equipos.....15 Puntos.</p> <p>2. Disponer de amplificador ampliable hasta 160 canales de EEG. Se valorará proporcionalmente.....Hasta 15 Puntos.</p>	<p>CIBERTEC S.A.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si dispone..... 15 PUNTOS</p> <p>2.- Si dispone..... 15 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-43

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
3	<p>SISTEMAS DE ESTIMULACIÓN TRANSCRANEAL</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Cambio de la dirección del flujo de la bobina desde el sistema de control del equipo.....10 Puntos.</p> <p>2. Sillón con almohada hinchable con bomba de vacío para la cabeza.....5 Puntos.</p> <p>3. Que disponga de un programa de seguimiento en caso de pautar el tratamiento.....15 Puntos.</p>	<p>HOSPITAL HISPANIA, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2.- Si dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>3.- Si dispone..... 15 PUNTOS</p>