

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-77 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Muñoz Guijosa, Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca.

Dr. Boni Lorenzo, Jefe de Sección de Cirugía Cardíaca Infantil.

Fecha: 2 de septiembre de 2024

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-77 para el "SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR Y CARDIO-PULMONAR, CANULAS Y SISTEMAS DE OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA EN PEDIATRIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **INCARDIO, S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **GETINGE GROUP SPAIN SLU, cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 4:

- La oferta presentada por **PALEX MEDICA SA, cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 5:

- La oferta presentada por **PALEX MEDICA SA, cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 6:

- La oferta presentada por **GETINGE GROUP SPAIN SLU, cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 7:

- La oferta presentada por **TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.**, cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	DISPOSITIVO DE ASISTENCIA MECANICA CARDIO-PULMONAR NEONATAL Y DE TRANSPORTE	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.	SI	30
2	DISPOSITIVO DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR PEDIATRICA	INCARDIO, S.L.	SI	10
3	CANULA DE DOBLE LUZ PARA ECMO VENO-VENOSA	GETINGE GROUP SPAIN SLU	SI	30
4	SISTEMA NEONATAL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO Y SET DE TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	PALEX MEDICA S.A.	SI	30
5	SISTEMA INFANTIL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y POSIBILIDAD DE HIPOTERMINA PROFUNDA Y PARADA CIRCULATORIA Orden 6. FILTRO ARTERIAL PARA SISTEMA INFANTIL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA LA CIRCULACION EXTRACORPOREA	PALEX MEDICA S.A.	SI	30
6	SISTEMAS INFANTIL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA LA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y SET DE TUBOS, INFANTIL PEQUEÑO, INFANTIL MEDIANO E INFANTIL GRANDE PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	GETINGE GROUP SPAIN SLU	SI	10
7	SISTEMA PEDIATRICO DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA LA CIRCULACION EXTRACORPOREA	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

MUÑOZ GUIJOSA
CHRISTIAN -

██████████ AUTH

Firmado
digitalmente por
MUÑOZ GUIJOSA
CHRISTIAN -

██████████ AUTH

Fecha: 2024.09.03
17:31:42 +02'00'

Fdo.: Dr. Muñoz Guijosa

Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca

Firmado por BONI LORENZO -
FIRMADO***██████████* el día 04/09/2024 con
un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

Fdo.: Dr. Lorenzo Boni

Jefe de Sección Cirugía Cardíaca Infantil

EXPEDIENTE: 2024-0-77

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR Y CARDIO-PULMONAR, CANULA Y SISTEMAS DE OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>DISPOSITIVO DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR PEDIATRICA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Disponer de Tablet Médica como pantalla adicional15 Puntos.</p> <p>2. Posibilidad de monitorizar la temperatura arterial o de retorno.....15 Puntos.</p>	<p>GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Dispone..... 15 Puntos</p> <p>2.- Dispone..... 15 Puntos</p>
2	<p>DISPOSITIVO DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR PEDIATRICA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Mayor duración de la batería recargable de la exigida en el pliego.....Hasta 20 Puntos.</p> <p>- Si la duración es igual a la solicitada en el PPT (2 horas) = 0 puntos.</p> <p>- Si la duración es > a 2 horas, se valorará proporcionalmente otorgando mayor puntuación a la empresa que ofrezca mayor duración.</p> <p>2. Disponibilidad de un carro de transporte específico para el propio dispositivo.....10 Puntos.</p>	<p>INCARDIO, S. L.....TOTAL PUNTOS: 10</p> <p>1.- Dispone de 2 horas de duración..... 0 Puntos</p> <p>2.- Dispone..... 10 Puntos</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-77

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR Y CARDIO-PULMONAR, CANULA Y SISTEMAS DE OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
3	CANULA DE DOBLE LUZ PARA ECMO VENO-VENOSA TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Presencia de marcas de profundidad para controlar la inserción de la cánula..... 20 Puntos. 2. Mayor Número de medidas disponibles de las solicitudes en el pliego..... Hasta 10 Puntos. - Si las medidas son las misma a las solicitadas (13, 16 y 19 Fr) = 0 puntos. - Si dispone de > número de medidas distintas a (13, 16 y 19 Fr) se valorará proporcionalmente, otorgando mayor puntuación a la empresa que ofrezca el mayor número.	GETINGE GROUP SPAIN SLU.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- Dispone.....20 Puntos 2.- Dispone de medidas de 13 hasta 29 Fr.....10 Puntos

EXPEDIENTE: 2024-0-77

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR Y CARDIO-PULMONAR, CANULA Y SISTEMAS DE OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
4	<p>SISTEMA NEONATAL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO Y SET DE TUBOS PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Menor volumen de cebado del exigido en el pliego.....Hasta 15 Puntos.</p> <p>- Si el volumen de cebado es igual a 35 ml = 0 Puntos.</p> <p>- Si dispone de < volumen de cebado de 35 ml, se valorará proporcionalmente, otorgando mayor puntuación a la empresa que disponga del menor volumen</p> <p>2. Menor superficie de membrana de la exigida en el pliego..... Hasta 15 Puntos.</p> <p>- Si la superficie de membrana es igual a 0,30 m2 = 0 Puntos.</p> <p>- Si dispone de < superficie de membrana de 0,30 m2. Se valorará proporcionalmente, otorgando mayor puntuación a la empresa que disponga de menor superficie.</p>	<p>PALEX MEDICA SA.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Dispone de un volumen de cebado de 31 ml.....15 Puntos</p> <p>2.- Dispone de una superficie de membrana 0.22 m2.....15 Puntos</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-77

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR Y CARDIO-PULMONAR, CANULA Y SISTEMAS DE OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
5	<p>Orden 5. SISTEMA INFANTIL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y POSIBILIDAD DE HIPOTERMINA PROFUNDA Y PARADA CIRCULATORIA.</p> <p>Orden 6. FILTRO ARTERIAL PARA SISTEMA INFANTIL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA LA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Menor volumen de cebado del exigido en el pliego para el nº de orden 5..... Hasta 20 Puntos. <ul style="list-style-type: none"> <i>Si el volumen de cebado es igual a 90 ml = 0 puntos.</i> <i>Si dispone de < volumen de cebado de 90 ml, se valorará proporcionalmente, otorgando mayor puntuación a la empresa que disponga del menor volume</i> Menor tamaño de los poros de filtro del exigido en el pliego para el nº de orden 6..... Hasta 10 Puntos. <ul style="list-style-type: none"> <i>Si el tamaño de los poros del filtro es igual a 45 micras = 0 Puntos.</i> <i>Si el dispone de < tamaño de los poros del filtro de 45 micras, se valorará proporcionalmente, otorgando mayor puntuación a la empresa que disponga del menor tamaño</i> 	<p>PALEX MEDICA SA.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Dispone de un volumen de cebado de 87 ml.....20 Puntos 2.- Dispone de tamaño de poros de filtro de 40 micras.....10 Puntos

EXPEDIENTE: 2024-0-77

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR Y CARDIO-PULMONAR, CANULA Y SISTEMAS DE OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
6	<p>SISTEMAS INFANTIL DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA LA CIRCULACION EXTRACORPOREA Y SET DE TUBOS, INFANTIL PEQUEÑO, INFANTIL MEDIANO E INFANTIL GRANDE PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Presencia de válvula hidrofóbica para el nº de orden 10.....20 Puntos.</p> <p>2. Se valorará la identificación de los tubos por códigos de colores para los nº de orden del 7 al 10.....10 Puntos.</p>	<p>GETINGE GROUP SPAIN SLU.....TOTAL PUNTOS: 10</p> <p>1.- No valorable: Este Criterio sería valorable si se aplicara al número de Orden 7</p> <p>2.- Dispone de tapones para la identificación de los tubos...10 Puntos</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-77

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA MECANICA VENTRICULAR Y CARDIO-PULMONAR, CANULA Y SISTEMAS DE OXIGENADOR PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA EN PEDIATRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
7	<p>SISTEMA PEDIATRICO DE OXIGENADOR CON RESERVORIO PARA LA CIRCULACION EXTRACORPOREA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Menor volumen de cebado del exigido en el pliego.....Hasta 15 Puntos.</p> <p>- Si el volumen de cebado es igual a 150 ml = 0 Puntos.</p> <p>- Si dispone de < volumen de cebado de 150 ml, se valorará proporcionalmente, otorgando mayor puntuación a la empresa que disponga del menor volumen.</p> <p>2. Menor superficie de la membrana de la exigida en el pliego.....Hasta 15 Puntos.</p> <p>- Si la superficie de membrana es igual a 1,6 m2 = 0 Puntos.</p> <p>- Si dispone de < superficie de membrana de 1,6 m2. Se valorará proporcionalmente, otorgando mayor puntuación a la empresa que disponga de menor superficie.</p>	<p>TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Dispone de un volumen de cebado de 144 ml.....15 Puntos</p> <p>2.- Dispone de una superficie de membrana 1,5 m2.....15 Puntos</p>