

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS, DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS, EMITIDO EN VIRTUD DE LA RESOLUCION Nº 436/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA PARA EL LOTE 6 DEL EXPEDIENTE 2023-0-71.

Elaborado por:

Dra. Carmen Rosa Pallás Alonso Jefa de Servicio de Neonatología.

Fecha: 26 de noviembre de 2024.

El presente informe técnico se emite en cumplimiento de la resolución de fecha 22 de noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Contratación Administrativa (**nº 436/2024**) por la que estima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa **RADIOMETER IBERICA, S.L. (nº de recurso 417/2024)** contra la adjudicación del lote 6 del 2023-0-71 para el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUNAS, INCUBADORAS Y EQUIPOS DE MONITORIZACION PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE”.

INFORME TECNICO

LOTE 6:

- La oferta presentada por **RADIOMETER IBERICA, S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **BIOLINE SUPPLY S.L.L, No cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicitan Tutoriales en el propio equipo en español. Oferta “Idiomas: Alemán, inglés.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
6	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN TRANSCUTÁNEA DE PCO2 Y PO2 PARA NEONATOLOGIA	BIOLINE SUPPLY S.L.L	NO	-
		RADIOMETER IBERICA, S.L.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado por PALLAS ALONSO
CARMEN ROSA - ***[REDACTED]** el día
03/12/2024 con un certificado
emitido por SIA SUB01

Fdo.: Dra. Carmen Rosa Pallás

Jefa de Servicio de Neonatología.

EXPEDIENTE: 2023-0-71		
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUNAS, INCUBADORAS Y EQUIPOS DE MONITORIZACION PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
6	EQUIPO DE MONITORIZACIÓN TRANSCUTÁNEA DE PCO2 Y PO2 PARA NEONATOLOGIA	RADIOMETER IBERICA, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30
	TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS	1.- Duración 3 años20 Puntos
	1. Duración de los sensores por encima de 2 años. (Valoración proporcional)20 Puntos 2. Peso del equipo inferior a 2,5 kg.10 Puntos (Valoración proporcional)	2.- Peso 2,3 kg sin batería10 Puntos