

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2024-0-52 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Martínez López Jefe de Servicio de Hematología.

Fecha: 11 de octubre de 2024.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-52 para el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A.U.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **BONSAI LAB S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **MACO SPANIA S.L.**, **cumple** las especificaciones del pliego.

Lote 4:

- La oferta presentada por **AKRALAB S.L.**, **FISHER SCIENTIFIC S.L.**, **PROQUINORTE S.A.**, **VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **ANALISIS VINICOS S.L.**, **no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita para el nº orden 6, linealidad +/- 0,003 g, LED indicador de pesada estable y sistema protector de sobrecarga.

Oferta una linealidad superior a la solicitada ± 20 mg y no se especifica ningún dato en ficha técnica referente a los requisitos de indicador de pesada estable y sistema de protección de sobrecarga

- La oferta presentada por **DDBIOLAB S.L., no cumple** las especificaciones del pliego.

Se solicita para el nº orden 6, linealidad +/- 0,003 g, rango de tara por sustracción hasta máxima capacidad.

Oferta una linealidad de superior a la solicitada ± 20 mg, no se especifica ningún dato en ficha técnica referente al rango de tara por sustracción hasta capacidad máxima.

Lote 5:

- La oferta presentada por **VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **AKRALAB S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

La ficha técnica del equipo indica fluctuación de temperatura $\leq 0,5^{\circ}\text{C}$ cuando las especificaciones técnicas del pliego requerían una estabilidad de temperatura de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; por otra parte, no se especifica ningún dato referente a la uniformidad de temperatura de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ que era otra característica técnica mínima incluida en el pliego.

- La oferta presentada por **DDBIOLAB S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

No se aporta información con respecto a lo requerido acerca del cumplimiento de los requisitos de Uniformidad de la temperatura $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ y Estabilidad de la temperatura $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, solicitados en el pliego.

Lote 6:

- La oferta presentada por **AKRALAB S.L., AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L., FISHER SCIENTIFIC S.L., PROQUINORTE S.A., STERILTECH S.L., TECNOLOGIA PARA DIAGNOSTICO E INVESTIGACION S.A., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 7:

- La oferta presentada por **AKRALAB S.L., BONSAI LAB S.L., GLASS CHEMICALS S.L.U. cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **FISHER SCIENTIFIC S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita ajuste de temperatura de -20°C y $+40^{\circ}\text{C}$. Oferta ajuste de temperatura de -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$.

Lote 8:

- La oferta presentada por **FISHER SCIENTIFIC S.L., GLASS CHEMICALS S.L.U., VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **BONSAI LAB S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

El nivel sonoro, especificado en ficha técnica ($\leq 68\text{dB}$) es superior el indicado en las especificaciones del pliego ($\leq 60\text{ dB}$).

- La oferta presentada por **CONTROLTECNICA BIO S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita en página 27, punto 3. OTROS REQUISITOS *“los licitadores deberán incluir en su oferta, relación de los productos ofertados, con descripción técnica de los mismos, en castellano”, “Documentación e información técnica necesaria para la valoración del producto en castellano”.*

Aporta una documentación técnica en la que hace referencia al PPT en castellano, pero la propia ficha técnica de los equipos está en inglés, a pesar de esto revisadas dichas fichas hemos encontrado discrepancias, en cuanto al cumplimiento del N° Orden. 12: Centrifuga para tubos de sangre grande, *“Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.913 x g (14.000 rpm) en incrementos de 10 rpm”.*

En su página 2, hace referencia a Centrifuga Refrigerada sobremesa LISA-R 2,5 litros, -20°C+40°C - 18,000 rpm / 30.980 x g panel táctil + CLICKSPIN con indicador de anclaje, con rotor Swinging-out rotor 4 x 290 ml, modelo AFI-RX290, que cumpliría con las especificaciones solicitadas en el PPT, pero en su página 25 y 44 dice que dicho rotor solo alcanza 5.500 rpm, por lo que entendemos que no puede cumplir con lo exigido (14.000 rpm)

- La oferta presentada por **DDBIOLAB, S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita en el N° Orden. 11: Centrifuga para tubos de ensayo pequeña. En su oferta ha adjuntado 2 fichas técnicas para el número de orden 10, y ninguna para el número de orden 11, por lo que no se le puede valorar.

Lote 9:

- La oferta presentada por **MILTENYI BIOTEC S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 10:

- La oferta presentada por **DDBIOLAB S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **NACIL MÉDICA4 GROUP S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

No presenta fichas técnicas, por lo que no se puede elaborar un informe de cumplimiento del PPT.

Lote 11:

- La oferta presentada por **TERUMO BCT ESPAÑA S.L.U.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 12:

- La oferta presentada por **AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.**, **NANE EQUIPAMIENTOS S.L.**, **STERILTECH S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 13:

- La oferta presentada por **AKRALAB S.L.**, **GLASS CHEMICALS S.L.U.**, **SARSTEDT S.A.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 14:

- La oferta presentada por **MERCK LIFE SCIENCE S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 15:

- La oferta presentada por **AKRALAB, S.L.**, **DDBIOLAB S.L.**, **GLASS CHEMICALS S.L.U.**, **MICRODUR S.L.**, **STERILTECH S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **CONTROLTECNICA BIO S.L.**, **no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita, medidas externas: (Ancho 60cm x Fondo 60cm, ± 5 cm) y Alto 80cm ± 2 cm. Oferta (Alto 128cm).

- La oferta presentada por **NACIL MÉDICA4 GROUP S.L.**, **no cumple** con las especificaciones del pliego.

No presenta fichas técnicas, por lo que no se puede elaborar un informe de cumplimiento del PPT.

Lote 16:

- La oferta presentada por **CONTROLTECNICA BIO S.L.**, **STERILTECH S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

- La oferta presentada por **DDBIOLAB S.L., GLASS CHEMICALS S.L.U., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita capacidad neta entre 332 y 350 Litros y nivel de ruido $\leq 45\text{dB}$. Ofertan capacidad neta de 297L y nivel de ruido de 49dB.

- La oferta presentada por **NACIL MÉDICA4 GROUP S.L. no cumple** con las especificaciones del pliego.

No presenta fichas técnicas, por lo que no se puede elaborar un informe de cumplimiento del PPT.

Lote 17:

- La oferta presentada por **CONTROLTECNICA BIO, S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **NACIL MÉDICA4 GROUP S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

No presenta fichas técnicas, por lo que no se puede elaborar un informe de cumplimiento del PPT.

Lote 18:

- La oferta presentada por **STERILTECH S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **GLASS CHEMICALS S.L.U., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita en Nº Orden. 24: Congelador de bolsas de plasma, que tenga, clasificación medical device class IIa. No oferta dicha clasificación.

- La oferta presentada por **NACIL MÉDICA4 GROUP S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

No presenta fichas técnicas, por lo que no se puede elaborar un informe de cumplimiento del PPT.

Lote 19:

- La oferta presentada por **CONTROLTECNICA BIO S.L., DDBIOLAB S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 20:

- La oferta presentada por **PROQUINORTE, S.A., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 21:

- La oferta presentada por **DDBIOLAB S.L., FISHER SCIENTIFIC S.L., S.L.U., VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **BONSAI LAB S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita en el orden 27: Pipeta Monocanal 0.1 – 2.5 microlitros y disponibilidad de presentación en kit de al menos 3 pipetas de volúmenes distintos. Oferta Pipeta Monocanal 0.1 – 2 microlitros, y no aporta disponibilidad de presentación en kit.

- La oferta presentada por **ELIGEN DIAGNOSTICA S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita, pipeta con cámara de aire mecánica para el pipeteo preciso, que permita la limpieza y desinfección con agentes químicos y radiación UV, ajuste para el pipeteo de líquidos de diferentes viscosidades (agua, sangre, formamida.), capacidad para restablecer ajustes de fábrica sin calibración y disponibilidad de presentación en kit de al menos 3 pipetas de volúmenes distintos. Revisada su documentación técnica no aporta información al respecto.

- La oferta presentada por **GLASS CHEMICALS S.L.U., MICRODUR S.L. no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita, pipeta con cámara de aire mecánica para el pipeteo preciso, ajuste para el pipeteo de líquidos de diferentes viscosidades (agua, sangre, formamida.), capacidad para restablecer ajustes de fábrica sin calibración y disponibilidad de presentación en kit de al menos 3 pipetas de volúmenes distintos. Revisada su documentación técnica no aporta información al respecto.

- La oferta presentada por **GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.U., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita en el orden 27: Pipeta Monocanal 0.1 – 2.5 microlitros, en el orden 28: Pipeta Monocanal 0.5 – 10 microlitros, ajuste para el pipeteo de líquidos de diferentes viscosidades (agua, sangre, formamida.), capacidad para restablecer ajustes de fábrica sin calibración y disponibilidad de presentación en kit de al menos 3 pipetas de volúmenes distintos. Oferta Pipeta Monocanal 0.2 – 2 microlitros, y Pipeta Monocanal de 1-10 microlitros, del cumplimiento del ajuste y la capacidad, revisada su documentación técnica no aporta información del resto de lo solicitado.

- La oferta presentada por **MERCK LIFE SCIENCE S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita, pipeta con cámara de aire mecánica para el pipeteo preciso y capacidad para restablecer ajustes de fábrica sin calibración. Revisada su documentación técnica no aporta información al respecto.

Se solicita admisión de las puntas que se compran en el hospital, marca Sarstedt, Eppendorf, Grenier. En su oferta indica cono para puntas universal, pero en su página 9 Dice “Además, con la Transferpette® se pueden utilizar puntas de muchos otros fabricantes.S. Información más detallada está disponible bajo petición” lo que nos parece contradictorio.

- La oferta presentada por **SARSTEDT S.A.U., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita capacidad para restablecer ajustes de fábrica sin calibración y disponibilidad de presentación en kit de al menos 3 pipetas de volúmenes distintos. En su oferta no aporta información al respecto.

Lote 22:

- La oferta presentada por **AKRALAB S.L., SARSTEDT S.A.U., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 23:

- La oferta presentada por **MACO SPANIA S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **GLASS CHEMICALS S.L.U., SARSTEDT S.A.U., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita fusibles de repuesto y protector antisalpicaduras. En su documentación técnica no incluye que lleve o pueda aportar fusibles de repuesto, ni un protector antisalpicaduras.

Lote 24:

- **DESIERTO, SIN OFERTAS**

Lote 25:

- La oferta presentada por **AKRALAB S.L., GLASS CHEMICALS S.L.U., PROQUINORTE S.A., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 26:

- La oferta presentada por **LIFE TECHNOLOGIES S.A., FISHER SCIENTIFIC S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **BONSAI LAB S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita, multiplexación: hasta 6 dianas sistema de 96 pocillos, y máxima tasa de rampa: 9,0 °C/seg para bloque de 0,1 ml; 6,5 °C/seg para bloque de 0,2ml. Oferta hasta 5 dianas y la máxima tasa de rampa de 6,0 °C/seg

- La oferta presentada por **ELIGEN DIAGNOSTICA S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita máxima tasa de rampa: 9,0 °C/seg para bloque de 0,1 ml; 6,5 °C/seg para bloque de 0,2ml, y capacidad de muestra: 96 (bloques de 0,1 ml y 0,2 ml). Oferta máxima tasa de rampa de 6,0 °C/seg, en su documentación técnica no especifica que tenga capacidad para bloques de 0,1 ml.

Lote 27:

- La oferta presentada por **IZASA SCIENTIFIC S.L.U., GLASS CHEMICALS S.L.U., PROQUINORTE S.A., cumple** con las especificaciones del pliego.

- La oferta presentada por **CONTROLTECNICA BIO S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

El nivel de potencia acústica, especificado en ficha técnica (50,5 dB) es superior el solicitado en el PPT (≤ 47 dB). Además, no indica que el equipo vaya dotado de una batería integrada de contingencia según las especificaciones solicitadas en el pliego.

- La oferta presentada por **FISHER SCIENTIFIC S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

El nivel de potencia acústica, especificado en ficha técnica (< 52 dB) es superior el indicado en las especificaciones del pliego (≤ 47 dB). Además, el rango de temperatura que alcanza el equipo (-50°C a -80°C) es inferior al requerido de acuerdo al pliego (-40°C a -86°C).

- La oferta presentada por **STERILTECH S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita en página 27, punto 3. OTROS REQUISITOS: Los licitadores deberán incluir en su oferta, relación de los productos ofertados, con descripción técnica de los mismos, en castellano, documentación e información técnica necesaria para la valoración del producto en castellano. Presenta ficha técnica en inglés, por lo que incumple las especificaciones del PPT. En dichas fichas no parece que tenga el sistema de reserva de CO₂ como se solicita en el PPT.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1 (Orden 1-2)	INCUBADOR Y AGITADOR DE PLAQUETAS	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.	SI	30
2	AGITADOR ORBITAL DE BOLSAS	BONSAI LAB, S.L.	SI	20
3	BALANZA DE DONACIÓN DE SANGRE	MACO SPANIA, S.L.	SI	0
4 (Orden 5-6)	BALANZAS DE PRECISIÓN	AKRALAB, S.L.	SI	30
		ANALISIS VINICOS, S.L.	NO	-
		DDBIOLAB, S.L.	NO	-
		FISHER SCIENTIFIC, S.L.	SI	30
		PROQUINORTE, S.A.	SI	30
		VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	SI	30
5	BAÑO TERMOSTÁTICO 10L	AKRALAB, S.L.	NO	-
		DDBIOLAB, S.L.	NO	-
		VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	SI	25
6	CAMPANA CLASE II	AKRALAB, S.L.	SI	16,67
		AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.	SI	25,98
		FISHER SCIENTIFIC, S.L.	SI	26,22
		PROQUINORTE, S.A.	SI	19,63
		STERILTECH S.L.	SI	19,39
		TECNOLOGIA PARA DIAGNOSTICO E INVESTIGACION, S.A.	SI	21,00
7	CENTRÍFUGA DE SUELO PARA BOLSAS	AKRALAB, S.L.	SI	30
		BONSAI LAB, S.L.	SI	19
		FISHER SCIENTIFIC, S.L.	NO	-
		GLASS CHEMICALS, S.L.U.	SI	15

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
8 (Nº Orden 10 al 12)	CENTRIFUGAS PARA TUBOS	BONSAI LAB S.L.	NO	-
		CONTROLTECNICA BIO, S.L.	NO	-
		DDBIOLAB, S.L.	NO	-
		FISHER SCIENTIFIC, S.L.	SI	20
		GLASS CHEMICALS, S.L.U.	SI	20
		VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	SI	20
9	CITÓMETRO DE FLUJO	MILTENYI BIOTEC, S.L.	SI	30
10	COMBINACIÓN DE FRIGORÍFICO Y CONGELADOR	DDBIOLAB, S.L.	SI	15
		NACIL MÉDICA4 GROUP, S.L.	NO	-
11	SELLADOR Y CONECTOR DE TUBULARES	TERUMO BCT ESPAÑA, S.L.U.	SI	10
12	CONTADOR DE PARTÍCULAS NO VIABLES	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.	SI	30
		NANE EQUIPAMIENTOS, S.L.	SI	30
		STERILTECH, S.L.	SI	30
13	DESCONGELADOR DE PLASMA EN SECO.	AKRALAB, S.L.	SI	20
		GLASS CHEMICALS, S.L.U.	SI	20
		SARSTEDT, S.A.U.	SI	20
14	SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA	MERCK LIFE SCIENCE S.L.	SI	30

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
15	FRIGORÍFICO PARA MUESTRAS Y FÁRMACOS	AKRALAB, S.L.	SI	30
		CONTROLTECNICA BIO, S.L.	NO	-
		DDBIOLAB, S.L.	SI	30
		GLASS CHEMICALS, S.L.U.	SI	30
		MICRODUR, S.L.	SI	30
		NACIL MÉDICA4 GROUP, S.L.	NO	-
		STERILTECH, S.L.	SI	30
16	FRIGORÍFICO LABORATORIO HEMATOLOGIA	CONTROLTECNICA BIO, S.L.	SI	30
		DDBIOLAB, S.L.	NO	-
		GLASS CHEMICALS, S.L.U.	NO	-
		NACIL MÉDICA4 GROUP, S.L.	NO	-
		STERILTECH, S.L.	SI	30
17	FRIGORÍFICO DE TUBOS Y MATERIAL	CONTROLTECNICA BIO, S.L.	SI	30
		NACIL MÉDICA4 GROUP, S.L.	NO	-
18	FRIGORÍFICO Y CONGELADOR COMPONENTES SANGUÍNEOS Y PLASMA	GLASS CHEMICALS, S.L.U.	NO	-
		NACIL MÉDICA4 GROUP, S.L.	NO	-
		STERILTECH, S.L.	SI	30
19	INCUBADOR CO2	CONTROLTECNICA BIO, S.L.	SI	20
		DDBIOLAB, S.L.	SI	30

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
20	MUESTREADOR DE AIRE PARA CONTROL MICROBIOLÓGICO	PROQUINORTE, S.A.	SI	0
21 (Orden 27 al 32)	PIPETAS MONOCANAL	BONSAI LAB, S.L.	NO	-
		DDBIOLAB, S.L.	SI	15
		ELIGEN DIAGNOSTICA, S.L.	NO	-
		FISHER SCIENTIFIC, S.L.	SI	15
		GLASS CHEMICALS, S.L.U.	NO	-
		GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	NO	-
		MERCK LIFE SCIENCE, S.L.	NO	-
		MICRODUR, S.L.	NO	-
		SARSTEDT, S.A.U.	NO	-
		VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.	SI	15
22	RODILLO AUTOMÁTICO	AKRALAB, S.L.	SI	30
		SARSTEDT, S.A.U.	SI	15
23	SELLADOR DE TUBOS DE BOLSAS	GLASS CHEMICALS, S.L.U.	NO	-
		MACO SPANIA, S.L.	SI	15
		SARSTEDT, S.A.U.	NO	-

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
24	SELLADORA DE BOLSAS HEMATOLOGÍA	SIN OFERTAS		
25	EXTRACTOR MANUAL DE PLASMA	AKRALAB, S.L.	SI	0
		GLASS CHEMICALS, S.L.U.	SI	0
		PROQUINORTE, S.A.	SI	0
26	SISTEMA DE PCR TIEMPO REAL	BONSAI LAB, S.L.	NO	-
		ELIGEN DIAGNOSTICA, S.L.	NO	-
		FISHER SCIENTIFIC, S.L.	SI	30
		LIFE TECHNOLOGIES, S.A.	SI	30
27	ULTRACONGELADOR	CONTROLTECNICA BIO, S.L.	NO	-
		FISHER SCIENTIFIC, S.L.	NO	-
		GLASS CHEMICALS, S.L.U.	SI	30
		IZASA SCIENTIFIC, S.L.U.	SI	30
		PROQUINORTE, S.A.	SI	25
		STERILTECH, S.L.	NO	-

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente por
JOAQUIN MARTINEZ MARTINEZ (R: B88329834)
(R: B88329834) Fecha: 2024.10.11 14:21:54 +02'00'

Fdo.: Dr. Martínez López

Jefe de Servicio de Hematología.

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>INCUBADOR Y AGITADOR DE PLAQUETAS</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p><u>Nº Orden. 1: Incubador de plaquetas</u></p> <p>1. Pantalla táctil a color de al menos 7 pulgadas.....10 Puntos.</p> <p><u>Nº Orden. 2: Agitador de plaquetas</u></p> <p>2. Baldas con orificios para mejorar la ventilación 10 puntos.</p> <p>3. Baldas fabricadas en acero galvanizado..... 10 puntos.</p>	<p>FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Pantalla 7 pulgadas..... 10 PUNTOS</p> <p>2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone..... 10 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
2	AGITADOR ORBITAL DE BOLSAS TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Plataforma plana de acero inoxidable con alfombrilla de goma antideslizante..... 10 Puntos. 2. Intervalo del control de velocidad con incrementos de 5 rpm 10 puntos. 3. Sistema de deslizamiento autolubricado..... 10 puntos.	BONSAI LAB S.L.TOTAL PUNTOS: 20 1.- Sí dispone..... 10 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS 3.- No dispone..... 0 PUNTOS
3	BALANZA DE DONACIÓN DE SANGRE TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Pantalla táctil a color, personalizable, y que se pueda poder utilizarse con guantes..... 15 Puntos. 2. Asas Laterales, incorporadas en el equipo..... 10 puntos. 3. Posibilidad de que el tubular se instale a derecha o izquierda, dependiendo de la posición del donante..... 5 puntos.	MACO SPANIA, S.L.TOTAL PUNTOS: 0 1.- No dispone..... 0 PUNTOS 2.- No dispone..... 0 PUNTOS 3.- No dispone..... 0 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
4	<p>BALANZAS DE PRECISIÓN</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p><u>Nº Orden. 5: Balanza de precisión con resolución de 0.1 mg</u></p> <p>1. Posibilidad de transferencia de datos de un ordenador.....10 Puntos.</p> <p><u>Nº Orden. 6: Balanza de precisión</u></p> <p>2. Superficie de acero inoxidable..... 10 puntos.</p> <p><u>Nº Orden. 5 y 6:</u></p> <p>3. Sistema de calibración interno automático... 10 puntos.</p>	<p>AKRALAB, S.L., FISHER SCIENTIFIC, S.L., PROQUINORTE, S.A., VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Sí dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone..... 10 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
5	<p>BAÑO TERMOSTÁTICO 10L</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flotador de nivel que desconecte el calefactor en caso de falta de líquido..... 10 Puntos. 2. Elementos calefactores en acero inoxidable, resistente a la corrosión y a la temperatura..... 10 puntos. 3. Disponer de señal de sobrecalentamiento >10°C..... 5 puntos. 4. Conexión para sonda de temperatura externa..... 5 puntos. 	<p>VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Sí dispone..... 10 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS 3.- Sí dispone..... 5 PUNTOS 4.- No dispone..... 0 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
6	<p>CAMPANA CLASE II</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Emisión de ruido de la cabina < 61 dB*Hasta 5 Puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la emisión de ruido es de 61dB = 0 puntos. - Si es < de 61 Db, se valorará, otorgando la mayor puntuación (5 Puntos), a la empresa que ofrezca menor emisión de ruido, el resto se valorará proporcionalmente. <p>2. Frontal de la cabina con inclinación superior a la solicitada en el PPT 7º hasta 15º*Hasta 10 puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si el frontal es igual al solicitado en PPT 7º = 0 puntos - Si es > de 7º, se valorará, otorgando la mayor puntuación (10 Puntos), a la empresa que ofrezca 15º, el resto de manera proporcional. <p>3. Autocompensación de la colmatación de filtros..... 5 puntos.</p>	<p>AKRALAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 16.67</p> <p>1.- 67dB..... 0 PUNTOS</p> <p>2.- 10º Inclinación..... 6.67 PUNTOS</p> <p>3.- No dispone0 PUNTOS</p> <p>4.- 4 años..... 10 PUNTOS</p> <p>AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L..TOTAL PUNTOS: 25.98</p> <p>1.- 58 dB.....4,31 PUNTOS</p> <p>2.- 10º Inclinación..... 6.67 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>4.- 4 años 10 PUNTOS</p> <p>FISHER SCIENTIFIC, S.L.....PUNTOS: 26.22</p> <p>1.- 55 dB..... 4.55 PUNTOS</p> <p>2.- 10º Inclinación.....6.67 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>4.- 4 años 10 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
	<p>4. Ampliación años garantía > 2 años, hasta 4 años*Hasta 10 puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) = 0 puntos. - Si es > de 2 años, se valorará, otorgando la mayor puntuación (10 Puntos), a la empresa que ofrezca 4 años, al resto se le asignarán 2,5 puntos por cada 6 meses de incremento sobre el periodo mínimo de garantía exigido (2 años). 	<p>PROQUINORTE, S.A.....TOTAL PUNTOS: 19.63</p> <p>1.- 54 dB..... 4.63 PUNTOS</p> <p>2.- Pág. 4 y 5 memoria técnica = 7º..... 0 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>4.- 4 años..... 10 PUNTOS</p> <p>STERILTECH, S.L.....TOTAL PUNTOS: 19.39</p> <p>1.- 57dB..... 4.39 PUNTOS</p> <p>2.- 7º Inclinación..... 0 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>4.- 4 años 10 PUNTOS</p> <p>TECNOLOGIA PARA DIAGNOSTICO E INVESTIGACION, S.A.....TOTAL PUNTOS: 21.00</p> <p>1.- 50 dB..... 5 PUNTOS</p> <p>2.- 9º Inclinación 6.00 PUNTOS</p> <p>3.- No dispone.....0 PUNTOS</p> <p>4.- 4 años 10 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
7	<p>CENTRÍFUGA DE SUELO PARA BOLSAS</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Memoria de >10 programas que permite recuperar protocolos de uso frecuente con una sola pulsación.....6 Puntos. Inclusión de soportes adaptados para poder realizar centrifugación de bolsas de sangre manteniendo la estabilidad de las mismas..... 12 puntos. Indicador de desbalanceo con switch de seguridad..... 6 puntos. Ampliación años garantía > 2 años, hasta 5 años*Hasta 6 puntos. <ul style="list-style-type: none"> Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) = 0 puntos. Si es > de 2 años, se valorará, otorgando la mayor puntuación (6 Puntos), a la empresa que ofrezca 5 años, al resto según la siguiente valoración: 3 años1 punto. 4 años 3 puntos. 	<p>AKRALAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 100 memorias..... 6 PUNTOS Sí dispone..... 12 PUNTOS Sí dispone..... 6 PUNTOS 5 años..... 6 PUNTOS <p>BONSAI LAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 19</p> <ol style="list-style-type: none"> No dispone..... 0 PUNTOS Sí dispone..... 12 PUNTOS Sí dispone..... 6 PUNTOS 3 años..... 1 PUNTO <p>GLASS CHEMICALS, S.L.U.....TOTAL PUNTOS: 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 100 memorias..... 6 PUNTOS No dispone..... 0 PUNTOS Sí dispone..... 6 PUNTOS 4 años..... 3 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
8	<p>CENTRIFUGAS PARA TUBOS</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>Nº Orden. 10: Centrifuga para tubos de 1,5-2ml y Nº Orden. 12: <u>Centrifuga para tubos de sangre grande</u></p> <p>1. Memoria programable para >10 programas...10 Puntos.</p> <p>2. Compatibilidad con cualquier tipo de tubo de 1,5/2ml, con fondo plano o fondo en U.....10 Puntos.</p> <p>Nº Orden. 11: <u>Centrifuga para tubos de ensayo pequeña</u></p> <p>3. Memoria programable para >5 programas....10 Puntos.</p>	<p>FISHER SCIENTIFIC, S.L, GLASS CHEMICALS, S.L.U. VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 20</p> <p>1.- Sí, dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3.-No dispone..... 0 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
9	CITÓMETRO DE FLUJO TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Columna de enriquecimiento celular en línea la tecnología MACS MicroBead para el análisis de poblaciones de células raras..... 25 Puntos. 2. 2 o más conexiones USB..... 5 Puntos.	MILTENYI BIOTEC, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- Incluye 2 columnas..... 25 PUNTOS 2.- 10 conexiones..... 5 PUNTOS
10	COMBINACIÓN DE FRIGORÍFICO Y CONGELADOR TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Disponibilidad de ruedas para su desplazamiento..... 15 Puntos. 2. Emisión de ruido < 47 dB *..... Hasta 15 Puntos. <ul style="list-style-type: none"> - Si la emisión de ruido es de 47dB = 0 puntos. - Si es < 47 dB, se valorará, otorgando la mayor puntuación (15 Puntos), a la empresa que ofrezca menor emisión de ruido, el resto se valorará proporcionalmente. 	DDBIOLAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 15 1.- Sí dispone..... 15 PUNTOS 2.- 48 dB..... 0 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
11	<p>SELLADOR Y CONECTOR DE TUBULARES</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p><u>Nº Orden. 14: Sellador Portátil de Tubulares</u></p> <p>1. Posibilidad de conexión bidireccional con el sistema informático del Hospital.....20 Puntos.</p> <p><u>Nº Orden. 15: Conector-sellador de tubulares en estéril</u></p> <p>2. Tiempo corto de sellado ≤ 15 segundos10 Puntos.</p>	<p>TERUMO BCT ESPAÑA, S.L.U.....TOTAL PUNTOS: 10</p> <p>1.- No dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>2.- 0,4 a 3 segundos..... 10 PUNTOS</p>
12	<p>CONTADOR DE PARTÍCULAS NO VIABLES</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Carcasa de acero inoxidable, sin costura compatible con procedimientos de esterilización incluyendo el peróxido de hidrógeno vaporizado.....15 Puntos.</p> <p>2. Pantalla táctil manual10 Puntos.</p> <p>3. Unidades del volumen de muestreo ajustables por el usuario.....5 Puntos.</p>	<p>AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L, NANE EQUIPAMIENTOS, S.L, STERILTECH, S.LTOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Sí dispone..... 15 PUNTOS</p> <p>2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3.- Sí dispone..... 5 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
13	<p>GELADOR DE PLASMA EN SECO</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Mayor capacidad de descongelación de bolsas en menor tiempo.....Hasta 10 Puntos. <ul style="list-style-type: none"> Se valorará, otorgando la mayor puntuación (10 Puntos), a la empresa que ofrezca menor tiempo de descongelación, el resto se valorará proporcionalmente. Inclusión de diferentes ciclos de descongelación.....10 Puntos. Software con opciones avanzadas.....10 Puntos. 	<p>AKRALAB, S.L, GLASS CHEMICALS, S.L.U TOTAL PUNTOS: 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 20min aprox..... 10 PUNTOS Sí dispone..... 10 PUNTOS Revisada Ficha Técnica, no dispone ... 0 PUNTOS <p>SARSTEDT, S.A.U.....TOTAL PUNTOS: 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 20min aprox..... 10 PUNTOS No dispone..... 0 PUNTOS Sí dispone..... 10 PUNTOS
14	<p>SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedal de mando para suministro de agua con manos libres.....15 Puntos. Sensor de agua que detecta el agua en el suelo y cierran automáticamente la válvula.....15 Puntos. 	<p>MERCK LIFE SCIENCE S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> Sí dispone..... 15 PUNTOS Sí dispone..... 15 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
15	FRIGORÍFICO PARA MUESTRAS Y FÁRMACOS TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Puerta de cristal..... 30 Puntos.	AKRALAB, S.L, DDBIOLAB, S.L, GLASS CHEMICALS, S.L.U, MICRODUR, S.L, STERILTECH, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- Sí dispone..... 30 PUNTOS
16	FRIGORÍFICO LABORATORIO HEMATOLOGIA TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Puerta de cristal..... 30 Puntos.	CONTROLTECNICA BIO, S.L., STERILTECH, S.LTOTAL PUNTOS: 30 1.- Sí dispone..... 30 PUNTOS
17	FRIGORÍFICO DE TUBOS Y MATERIAL TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Dos puertas de vidrio térmico anti vaho de gran tamaño con cierre automático..... 20 Puntos. 2. Microprocesador incorporado para optimización del consumo y monitorización continua: Funciones inteligentes (smart) que garanticen un control constante del desgaste de los componentes principales..... 10 Puntos.	CONTROLTECNICA BIO, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- Sí dispone..... 20 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
18	<p>FRIGORÍFICO Y CONGELADOR COMPONENTES SANGUÍNEOS Y PLASMA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p><u>Nº Orden. 23: Frigorífico para componentes sanguíneos</u></p> <p>1. Frontal de los cajones con manilla.....10 Puntos.</p> <p><u>Nº Orden. 24: Congelador de bolsas de plasma</u></p> <p>2. Sistema de alarma, monitoreo y registro de datos con sonda independiente tipo PT100 en clase A + y muestreo cada 30 Seg.....10 Puntos.</p> <p><u>Nº Orden 23 y 24</u></p> <p>3. Pantalla táctil de al menos 7 pulgadas.....10 Puntos.</p>	<p>STERILTECH, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Sí dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3.- 7 Pulgadas..... 10 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
19	INCUBADOR CO2 TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Sistema de filtrado HEPA de alta eficacia de retención (>99.95%)..... 10 Puntos. 2. Calentamiento radiante de las paredes..... 10 Puntos. 3. Puerta exterior termostatzada con puerta interior de vidrio templado 10 Puntos.	CONTROLTECNICA BIO, S.L.....TOTAL PUNTOS: 20 1.- No dispone..... 0 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS 3.- Sí dispone..... 10 PUNTOS DDBIOLAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- Filtro HEPA14..... 10 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS 3.- Sí dispone..... 10 PUNTOS
20	MUESTREADOR DE AIRE PARA CONTROL MICROBIOLÓGICO TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Conectividad a impresora..... 15 Puntos. 2. Compatible con lector de código de barra..... 15 Puntos.	PROQUINORTE, S.A.....TOTAL PUNTOS: 0 1.- No dispone..... 0 PUNTOS 2.- No dispone..... 0 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
21	PIPETAS MONOCANAL TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Marcado AVG para asegurar el alto nivel de seguridad y exactitud en modelos de bajo volumen..... 15 Puntos. 2. Que incluya soporte lineal o carrusel para 6 pipetas..... 15 Puntos	DDBIOLAB, S.L, FISHER SCIENTIFIC, S.L, VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 15 1.- No disponen de Marcado AVG..... 0 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 15 PUNTOS
22	RODILLO AUTOMÁTICO TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Uso con ambas manos..... 15 Puntos. 2. Velocidad de extracción modificable..... 15 Puntos.	AKRALAB, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- Sí dispone..... 15 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 15 PUNTOS SARSTEDT, S.A.U.....TOTAL PUNTOS: 15 1.- Sí dispone..... 15 PUNTOS 2.- No dispone..... 0 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
23	<p>SELLADOR DE TUBOS DE BOLSAS</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Peso ≤ a 2.8 kg *Hasta 15 Puntos.</p> <p>- Se valorará, otorgando la mayor puntuación (15 Puntos), a la empresa que ofrezca menor peso, el resto se valorará proporcionalmente.</p> <p>2. Tiempo de sellado inferior o igual a 3 seg.....15 Puntos.</p>	<p>MACO SPANIA, S.L.....TOTAL PUNTOS: 15</p> <p>1.- 4.4 kilos 0 PUNTOS</p> <p>2.- Entre 0.5 y 1.2 segundos..... 15 PUNTOS</p>
24	<p>SELLADORA DE BOLSAS HEMATOLOGÍA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Selección electrónica de los tiempos de sellado.....10 Puntos.</p> <p>2. Distancia de sellado ajustable.....10 Puntos.</p> <p>3. Pedal de activación del impulso.....10 Puntos.</p>	<p><u>SIN OFERTAS</u></p>

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
25	EXTRACTOR MANUAL DE PLASMA TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Dispositivos antideslizantes en la parte inferior..... 10 Puntos. 2. Ganchos ajustables para colgar la bolsa..... 10 Puntos. 3. Mecanismo de presión ajustable..... 10 Puntos.	AKRALAB, S.L, GLASS CHEMICALS, S.L.U, PROQUINORTE, S.A.....TOTAL PUNTOS: 0 1.- No dispone..... 0 PUNTOS 2.- No dispone..... 0 PUNTOS 3.- No dispone..... 0 PUNTOS
26	SISTEMA DE PCR TIEMPO REAL TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Compatible con el uso de bloques Veriflex™ (mínimo 3 zonas de temperatura)..... 10 Puntos. 2. Software tanto con plantillas de protocolo preoptimizadas como con posibilidad de personalizar, pausa programable y manual..... 10 Puntos. 3. Pantalla táctil interactiva con visualización de aplicaciones en tiempo real..... 10 Puntos.	FISHER SCIENTIFIC, S.L, LIFE TECHNOLOGIES, S.A.....TOTAL PUNTOS: 30 1.- Sí dispone..... 10 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 10 PUNTOS 3.- Sí dispone..... 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2024-0-52

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, PARA NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
27	<p>ULTRACONGELADOR</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Rejillas para cajas de congelación (racks).....20 Puntos.</p> <p>2. Ampliación años garantía > 2 años, hasta 4 años*Hasta 10 Puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la garantía es igual a la solicitada (2 años) = 0 puntos. - Si es > de 2 años, se valorará, otorgando la mayor puntuación (10 Puntos), a la empresa que ofrezca 4 años, al resto se le asignarán 2,5 puntos por cada 6 meses de incremento sobre el periodo mínimo de garantía exigido (2 años). 	<p>IZASA SCIENTIFIC, S.L.U, GLASS CHEMICALS, S.L.U,TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Sí dispone..... 20 PUNTOS</p> <p>2.- 4 años..... 10 PUNTOS</p> <p>PROQUINORTE, S.A.....TOTAL PUNTOS: 25</p> <p>1.- Sí dispone..... 20 PUNTOS</p> <p>2.- 3 años..... 5 PUNTOS</p>