

INFORME TÉCNICO EXPEDIENTE RAV PAPC 2024-1-35 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE TROMBECTOMÍAS EN RADIOLOGÍA VASCULAR			
Lote	Descripción Lote	Proveedor	CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS/ NO CUMPLE: RAZÓN
1	Sistema de reperfusión y separador para trombectomía mecánica, el adjudicatario de este lote deberá ceder en uso la bomba de aspiración de 220/230V: presión de vacío -29,2atm de forma constante y estable, botón de encendido y un único indicador LED;	MERCE V.ELECTROMEDICINA, S.L.	CUMPLE
2	Catéter de aspiración de 16F, 20F y 24F con válvula hemostática proximal y discos extractores de nitinol.	PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE
3	Catéter de trombectomía mecánica junto con introductor con válvula hemostática proximal.	PALEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE

Getafe, 4 de octubre de 2024

Fdo.: Dr. Cuesta Pérez, J. Julian
J. Sección Radiología Vascular

Fdo. Dr. Sanchez Reyes, Jorge Mario
J. Servicio Radiología