

**Hospital Universitario La Paz**Hospital de Cantoblanco
Hospital Carlos III **Comunidad de Madrid**

Este documento se ha obtenido directamente del original
contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los d
personales protegidos y los códigos que permitirían accede
original.

**Hospital Universitario La Paz** **Comunidad de Madrid**

Pliego de Prescripciones Técnicas para el Suministro e Instalación de Monitor





Hospital Universitario La Paz

Hospital de Cantoblanco
Hospital Carlos III

Comunidad de Madrid



Hospital Universitario La Paz

Hospital de Cantoblanco
Hospital Carlos III

Comunidad de Madrid

Pliego de Prescripciones Técnicas para el Suministro e Instalación de monitor en el Hospital de la Paz

1. OBJETO.

El presente pliego recoge las actuaciones necesarias para el Suministro del monitor del Agiografo Artis Icono Floor, en el departamento de electrofisiología en el Hospital Universitario La Paz

2. FINALIDAD DEL CONTRATO.

La finalidad de éste contrato es recuperar la funcionalidad del equipo marca Siemens, modelo Artis Icono Floor ,para lo cual se debe sustituir el monitor de 55" que quedó inoperativo tras un impacto.

3. CONTROL DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

El Hospital llevará a cabo la supervisión, la coordinación, control e inspección de los trabajos objeto de este contrato, a fin de asegurarse que el mantenimiento de equipos se está realizando conforme a pliegos establecidos por el fabricante y conforme a los cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal adscrito al Servicio de Electromedicina del Hospital.

4. MATERIALES INCLUIDOS

Todos las piezas y materiales necesarios para desarrollar las funciones de este contrato, irán a cargo del adjudicatario, así como los repuestos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto de ésta contratación, siendo siempre repuestos originales.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El monitor debe cumplir las siguientes características ya que forma parte del Angiografo Artis Icono Floor.

Marca: Siemens

Equipo: Aristis Icono Floor

Elemento: Monitor Large Display

Modelo: 11171868 d 55" DSC 5518-DC=D=

6. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL.

Las actividades de mantenimiento, incluida la retirada de elementos averiados o inservibles y residuos procedentes de las revisiones y reparaciones de los equipos, deberán ser retirados por la empresa adjudicataria realizándose en cumplimiento con la normativa medioambiental correspondiente.

Firmado digitalmente por: GÓMEZ CHAPARRO JUAN IGNACIO
Fecha: 2024.04.02 13:13

EL JEFE DE SERVICIO
Fdo. Juan Ignacio Gómez Chaparro