

INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ECÓGRAFO CON SISTEMA DE CARTOGRAFÍA CON FUSIÓN DE IMAGEN PARA LA REALIZACIÓN DE BIOPSIAS DE PRÓSTATA EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR”

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2024-0-039

Una vez revisada la documentación enviada por las empresas licitadoras, presentamos un listado con las conclusiones de cada una de las ofertas presentadas:

IZASA HOSPITAL S.L.UNIPERSONAL – Los equipos presentados cumplen con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como con los criterios evaluables, tal y como expresan en su oferta.

FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, S.L. – Se revisa la oferta presentada y se observan las siguientes irregularidades:

- En el PPT se exige "Monitor LCD con pantalla táctil, de mínimo 21,5 pulgadas", el equipo ofertado por la empresa FUJIFILM, presenta un panel táctil de 10,4 pulgadas, que no cumple con lo solicitado, y también cuenta con un monitor de 21,5 pulgadas que NO es táctil, por lo que tampoco cumple con lo exigido en el PPT.
- En el PPT se exige "Brazo ligero articulado para sujeción de sondas durante el procedimiento", la empresa FUJIFILM en la memoria técnica presentada en la pag.39, justifican el cumplimiento de esta característica con el brazo articulado que sujeta el monitor, que no se corresponde con lo que se está solicitando, ya que se está pidiendo un brazo ligero para sujetar las sondas durante el procedimiento, por lo que no cumplen con esta característica exigida en el PPT.
- En el PPT se pide "Tracking automático de próstata basado en la sonda 3D", sin embargo la oferta presentada por la empresa, no se basa en la sonda 3D, ya que la sonda ofertada para realizar el tracking automático de próstata es biplana, y mediante el software del equipo consiguen el 3D, pero no lo consiguen mediante una sonda 3D como se pide en el PPT.

Por todo ello, la oferta presentada debería ser excluida, ya que no cumple con lo exigido en el PPT.

Madrid, a día de la firma

Jefe de Servicio de Mantenimiento
P.A. Jefe de Sección de Mantenimiento

Firmado digitalmente por: LOPEZ MONMENEU SALVADOR
Fecha: 2024.08.23 12:27

Fdo.: Salvador López Monmeneu

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: