

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-72 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dra. Carmen Rosa Pallas Alonso Jefa de Servicio de Neonatología.

Fecha: 30 de agosto de 2024.

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-72 para el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **SIEMENS HEALTHCARE S.L.U., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **GETINGE GROUP SPAIN S.L.U., no cumple** con las especificaciones del pliego por los siguientes motivos:
 - Se solicita control de rampa de subida y tiempo de ascenso del pico de presión inspiratorio y la documentación técnica aportada no indica nada al respecto.
 - En el pliego se solicita modalidad de ventilación de alta frecuencia nasal y no está disponible en este equipo.
 - Como requisitos de ventilación no invasiva se pide que sea compatible con interfases generadoras de flujo variable y compensación de fugas de hasta 100%, pero la documentación remitida no aporta datos sobre porcentaje de compensación de fugas ni tipos de interfaces.
- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 4:

- La oferta presentada por **DRÄGER MEDICAL**, **cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.**, **no cumple** con las especificaciones del pliego por los siguientes motivos:
 - Se requieren sensores de presión internos en lado inspiratorio y espiratorio, sin línea externa de presión y este respirador tiene línea externa para medición de la presión.
 - Se pide que sea compatible con los diferentes circuitos y sistemas de humidificación del mercado sin necesidad de incorporar ningún filtro antibacteriano y este respirador no funciona con todos los circuitos del mercado, algunos de los cuales no pasan la prueba en el encendido. Además, requiere siempre filtro antibacteriano según la información remitida.
 - Se solicita ventilación obligatoria por minuto que produzca inspiraciones mandatorias si la respiración espontánea no es suficiente y este modo de ventilación no está disponible en este respirador.
 - Se solicita control de rampa de subida y tiempo de ascenso del pico de presión inspiratorio y la documentación técnica aportada no indica nada al respecto.
 - Se requiere modo de nebulización de medicamentos en circuito con nebulizador neumático integrado en el equipo y sistema de eyección (adición de volumen de gas) sincronizado con las inspiraciones del paciente y activable desde la pantalla del respirador, tanto en modo continuo como por un periodo de tiempo limitado y no está disponible en este equipo. Sólo permite nebulización con equipo externo sin modulación de la ventilación ni sistema de eyección.

Lote 5:

- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL S.L.U.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 6:

- La oferta presentada por **HELIANTHUS MEDICAL S.L.**, **no cumple** con las especificaciones del pliego por los siguientes motivos:
 - En el pliego se solicitaba que el dispositivo “Integrable en ICCA Philips para registro de parámetros y medidas en la gráfica del paciente y para incorporación de alarmas en los monitores centrales” aunque la compañía Helianthus dice que sí cumple esta característica, disponemos de un certificado de Philips en el que

se indica que “el dispositivo no cuenta con un driver específico para la conexión y por lo tanto, no es posible integrar la información del ventilador con el sistema”.

- Se solicitaba una precisión con respecto a la presión de $\pm 4\%$. La compañía en el documento de cumplimiento de las características dice que lo cumplen y remiten a la página 13-29 que no existe, pero en la página 13-20 lo que especifican para la precisión de la presión es “ $\pm 5\%$ del valor de lectura real “
 - En el documento de cumplimiento de las características te remite a páginas del manual del usuario que no existen, como, por ejemplo: 2-31, 13-29, 13-30, 13-31, 13. 32 etc. Otras veces remite a páginas en la que no se especifica la característica para la que remiten, por ejemplo, en la 3-34 no se habla de la compensación de fugas, aunque en el documento de cumplimiento de las características ponen que compensan el 100% (ver 3-34). La revisión de esta documentación ha supuesto al Servicio un esfuerzo añadido debido a la deficiente presentación de la documentación.
- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 7:

- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 8:

- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **MEDICAL SOREVAN S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 9:

- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 10:

- La oferta presentada por **DRÄGUER MEDICAL, cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **MEDICAL SOREVAN S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

- Se solicita de forma específica para este lote manual del usuario en español
- Se solicita “Transferencia de datos electrónicos. Puerto de comunicación RS-232 y USB”.
- En el *Anexo Cumplimiento* se indica el cumplimiento de dichas prescripciones, no presentando en su documentación técnica ni manual de usuario ni ninguna otra referencia a la transferencia de datos.

Lote 11:

- La oferta presentada por **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **MEDICAL SOREVAN S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 12:

- Las ofertas presentadas por **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.**, **IZASA HOSPITAL S.L.U.** y **MEDICAL SOREVAN SL** no cumplen con las especificaciones del pliego ya que:
 - Se requiere un equipo de fototerapia neonatal para tratamiento de hiperbilirrubinemia no conjugada, con picos de irradiación en el rango de longitud de onda entre 430 y 490 nm, con dispositivo de irradiación **tipo manta flexible diseñado para envolver al neonato** y tenerlo en brazos o en cuidado piel con piel, incluidos recién nacidos prematuros, ajustable al cuerpo del paciente. **Las tres empresas** ofertan un dispositivo que es una placa para ponerla debajo de los niños. En el caso de **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.** y **MEDICAL SOREVAN S.L.**, es mismo que el presentado en el lote 11 Aunque en la documentación, ambos dan la opción de poner la pala envuelta en una manta y envolver al niño, no es un dispositivo cuyo diseño este pensado para envolver al niño o mantenerlo en cuidado piel con piel.
- La oferta presentada por **PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 13:

- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL S.L.U.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **MEDICAL SOREVAN S.L.**, no cumple con las especificaciones del pliego por los siguientes motivos:

- Se solicita lámpara de luz LED con duración superior a 200.000 mediciones y en la ficha técnica del dispositivo ofertado por esta compañía pone “Lámpara de Xenon de alta duración, > 150.000 mediciones”, lo que no justifica que llegue a las 200.000 mediciones exigidas.
- Se pide posibilidad de almacenar datos de al menos 30 pacientes y en la ficha técnica no hemos encontrado información sobre este aspecto.

Lote 14:

- SIN OFERTAS

Lote 15:

- SIN OFERTAS

Lote 16:

- La oferta presentada por **HELIANTHUS MEDICAL S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 17:

- La oferta presentada por **ANALISIS VINICOS S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 18:

- La oferta presentada por **HELIANTHUS MEDICAL S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 19:

- La oferta presentada por **HELIANTHUS MEDICAL S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 20:

- La oferta presentada por **PROD. MEDICINALES. MEDELA S.A.**, cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 21:

- La oferta presentada por **HELIANTHUS MEDICAL S.L.**, cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 22:

- La oferta presentada por **PROD. MEDICINALES. MEDELA S.A** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	ECÓGRAFO PARA NEONATOLOGÍA	SIEMENS HEAHTCARE SLU	SI	30
2	ECÓGRAFO CANALIZACIÓN DE VÍAS DE PEQUEÑO CALIBRE PARA NEONATOLOGÍA	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	SI	30
3	RESPIRADOR NEONATAL CON TODAS LAS MODALIDADES DE VENTILACIÓN (EXCEPTO NAVA), MODALIDAD DE VENTILACIÓN ALTA FRECUENCIA ALTAS PRESTACIONES Y VENTILA-CIÓN NO INVASIVA	GETINGE GROUP SPAIN SLU	No cumple	
		IZASA HOSPITAL SLU	SI	30
4	RESPIRADOR NEONATAL CON VENTILACIÓN INVASIVA CONVENCIONAL Y DE ALTA FRECUENCIA CON MODO DE NEBULIZACIÓN	DRÄGER MEDICAL	SI	30
		GETINGE GROUP SPAIN SLU	No cumple	
5	RESPIRADOR NEONATAL CON TODAS LAS MODALIDADES DE VENTILACIÓN INVASIVA (EXCEPTO NAVA) Y VENTILACIÓN NO INVASIVA ALTAS PRESTACIONES, SIN VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA	IZASA HOSPITAL SLU	SI	30
6	RESPIRADOR NEONATAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA DE ALTAS PRESTACIONES Y TERAPIA DE ALTO	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	No cumple	

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
	FLUJO, CON OPCIÓN DE CONTROL DE OXIGENACIÓN	IZASA HOSPITAL SLU	SI	30
7	RESPIRADOR NEONATAL ALTA GAMA CON TODAS LAS MODALIDADES DE VENTILACIÓN INVASIVA Y VENTILACIÓN NO INVASIVA (EXCEPTO VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA), PARA TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO	IZASA HOSPITAL SLU	SI	30
8	MEZCLADOR PARA TERAPIA DE ALTO Y BAJO FLUJO Y OXIGENOTERAPIA	IZASA HOSPITAL SLU	SI	0
		MEDICAL SOREVAN SL	SI	30
9	EQUIPO DE TERAPIA DE ALTO FLUJO CON MÓDULO DE SERVOCONTROL AUTOMÁTICO DE OXIGENOTERAPIA	IZASA HOSPITAL SLU	SI	30
10	EQUIPO DE FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDO HOSPITALIZADO	DRÄGUER MEDICAL	SI	30
		MEDICAL SOREVAN SL	No cumple	
11	PLACA FLEXIBLE DE FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDO HOSPITALIZADO O EN DOMICILIO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	SI	30
		MEDICAL SOREVAN SL	SI	30
12	MANTA DE FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDO PREMATURO EN BRAZOS	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	No cumple	
		IZASA HOSPITAL SLU	No cumple	
		MEDICAL SOREVAN SL	No cumple	
		PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIOL, S.A.	SI	30
13	BILIRRUBINÓMETRO TRANSCUTÁNEO	IZASA HOSPITAL SLU	SI	30
		MEDICAL SOREVAN SL	No cumple	

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
14	BAÑO TÉRMICO CON AGITACIÓN PARA PASTEURIZACIÓN DE LECHE HUMANA DONADA EN EL BANCO DE LECHE	SIN OFERTAS		
15	ANALIZADOR AGROALIMENTARIO	SIN OFERTAS		
16	MÁQUINA DE HIELO PICADO PILÉ	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	SI	30
17	PH-METRO	ANALISIS VINICOS S.L.	SI	15
18	BÁSCULA PESABEBÉS CON TALLÍMETRO	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	SI	30
19	BÁSCULA PESAPAÑALES	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	SI	30
20	CALIENTABIBERONES INDIVIDUAL CON SISTEMA DE DOBLE USO BIBERÓN/JERINGA	PROD.MEDICIN.MEDELA S.A.	SI	30
21	TERMÓMETRO-MONITOR DIGITAL CON CONTACTO	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	SI	30
22	EXTRACTOR DE LECHE	PROD.MEDICIN.MEDELA S.A.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO
Firmado por PALLAS ALONSO CARMEN ROSA - ***5771** el
día 23/09/2024 con un certificado emitido por SIA
SUB01

Fdo.: Dra. Carmen Rosa Pallas Alonso
Jefe de Servicio de Neonatología.

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>ECÓGRAFO PARA NEONATOLOGÍA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Posibilidad de adquirir de forma automática hasta 15 medidas de elastografía cuantificada mediante ARFI en una sola adquisición.....10 Puntos. Activación del transductor mediante la detección de gestos..... 10 puntos. Tecnología de cristal único, tecnología cristal Hanafy en los transductores ofertados..... 10 puntos. 	<p>SIEMENS HEAHTCARE SLU.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> Sí dispone..... 10 PUNTOS Sí dispone..... 10 PUNTOS Sí dispone..... 10 PUNTOS
2	<p>ECÓGRAFO PARA CANALIZACIÓN DE VÍAS DE PEQUEÑO CALIBRE EN NEONATOLOGÍA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Medida automática de líneas B pulmonares.....10 Puntos. Medida automática de gasto cardiaco con cálculo de VTI (velocidad integral en tiempo) 10 puntos. Medida del diámetro de cava inferior durante el ciclo respiratorio (culpabilidad de la cava inferior) 5 puntos. Medida automática de la fracción de eyección en tiempo real..... 5 puntos. 	<p>GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> Sí dispone..... 10 PUNTOS Sí dispone..... 10 PUNTOS Sí dispone..... 5 PUNTOS Sí dispone..... 5 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
3	<p>RESPIRADOR NEONATAL CON TODAS LAS MODALIDADES DE VENTILACIÓN (EXCEPTO NAVA), MODALIDAD DE VENTILACIÓN ALTA FRECUENCIA ALTAS PRESTACIONES Y VENTILACIÓN NO INVASIVA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criterio de Terminación en PSV programable.....10 Puntos. 2. Calibración automática del sensor de FiO2 cada 24h..... 10 puntos. 3. Código de alarmas jerarquizado con código de colores ... 10 puntos. 	<p>IZASA HOSPITAL SLU.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí dispone..... 10 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS 3. Sí dispone..... 10 PUNTOS
4	<p>RESPIRADOR NEONATAL CON VENTILACIÓN INVASIVA CONVENCIONAL Y DE ALTA FRECUENCIA CON MODO DE NEBULIZACIÓN</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Configuración de hospital protegida por contraseña.....10 Puntos. 2. Herramientas inteligentes o aplicaciones específicas para guiar la ventilación recién nacidos..... 10 puntos. 3. Código de alarmas jerarquizado con código de colores..... 10 puntos. 	<p>DRÄGER MEDICAL.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí dispone..... 10 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS 3. Sí dispone..... 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
5	<p>RESPIRADOR NEONATAL CON TODAS LAS MODALIDADES DE VENTILACIÓN INVASIVA (EXCEPTO NAVA) Y VENTILACIÓN NO INVASIVA ALTAS PRESTACIONES, SIN VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criterio de terminación en PSV programable.....10 Puntos. 2. Calibración automática del sensor de FiO2 cada 24 h..... 10 puntos. 3. Código de alarmas jerarquizado con código de colores..... 10 puntos. 	<p>IZASA HOSPITAL SLU.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí dispone..... 10 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS 3. Sí dispone..... 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
6	<p>RESPIRADOR NEONATAL PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA DE ALTAS PRESTACIONES Y TERAPIA DE ALTO FLUJO, CON OPCIÓN DE CONTROL DE OXIGENACIÓN</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disponibilidad de módulo de control inteligente de FiO2.....10 Puntos. 2. Calibración automática del sensor de FiO2 cada 24 h10 puntos. 3. Disponibilidad de sincronización de la Ventilación no invasiva a través de sensor de flujo en ramal exhalatorio.....10 puntos. 	<p>IZASA HOSPITAL SLU.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí dispone..... 10 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS 3. Sí dispone..... 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
7	<p>RESPIRADOR NEONATAL ALTA GAMA CON TODAS LAS MODALIDADES DE VENTILACIÓN INVASIVA Y VENTILACIÓN NO INVASIVA (EXCEPTO VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA), PARA TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Configuración de hospital protegida por contraseña.....10 Puntos. 2. Calibración automática del sensor de FiO2 cada 24 h..... 10 puntos. 3. Código de alarmas jerarquizado con código de colores..... 10 puntos. 	<p>IZASA HOSPITAL SLU.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí dispone..... 10 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS 3. Sí dispone..... 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
8	<p>MEZCLADOR PARA TERAPIA DE ALTO Y BAJO FLUJO Y OXIGENOTERAPIA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Los mandos de ajuste de flujo deben permitir ajustar con una precisión de 0,1 Lpm el flujo en el caudalímetro de bajo flujo y de 0,5 Lpm en el de alto flujo, sin oscilación del nivel de flujo.....30 Puntos.</p>	<p>IZASA HOSPITAL SLU.....TOTAL PUNTOS: 0</p> <p>1.- No dispone: Los mandos de ajuste de alto flujo son con un incremento de 0,5; pero los de bajo flujo son con un incremento de 0,25 Lpm, tiene una medida intermedia que en todo caso sería 0,125 Lpm..... 0 PUNTOS</p> <p>MEDICAL SOREVAN SL.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si dispone: 30 PUNTOS</p>
9	<p>EQUIPO DE TERAPIA DE ALTO FLUJO CON MÓDULO SERVOCONTROL AUTOMÁTICO DE OXIGENOTERAPIA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Sistema de notificación de FiO2 por encima del nivel deseado.....20 Puntos.</p> <p>2. Código de colores en las notificaciones en pantalla.....10 Puntos.</p>	<p>IZASA HOSPITAL SLU.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. Sí dispone..... 20 PUNTOS</p> <p>2. Sí dispone..... 10 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
10	<p>EQUIPO DE FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDO HOSPITALIZADO</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Control de horas de uso de las lámparas accesible en el equipo.....15 Puntos. Conexión para radiómetro.....15 Puntos. 	<p>DRÄGUER MEDICALTOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> Sí dispone..... 15 PUNTOS Sí dispone..... 15 PUNTOS
11	<p>PLACA FLEXIBLE DE FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDO HOSPITALIZADO O EN DOMICILIO</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> Peso de la manta inferior a 1 Kg.....15 Puntos. Fundas desechables en contacto con paciente atraumáticas y sin polietileno15 Puntos. 	<p>GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Sí dispone (0.6 kg) 15 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 15 PUNTOS <p>MEDICAL SOREVAN SL.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Sí dispone (0.76 kg)..... 15 PUNTOS 2.- Sí dispone..... 15 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
12	<p>PLACA FLEXIBLE DE FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDO HOSPITALIZADO O EN DOMICILIO</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peso de la manta inferior a 1 Kg.....15 Puntos. 2. Fundas desechables en contacto con paciente atraumáticas y sin polietileno15 Puntos. 	<p>PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.....TOTAL PUNTOS:30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí dispone..... 15 PUNTOS 2. Sí dispone..... 15 PUNTOS
13	<p>BILIRRUBINÓMETRO TRANSCUTÁNEO</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lector de código de barras.....10 Puntos. 2. Paso automático tras uso a situación de parada o de bajo consumo.....10 Puntos. 3. Posibilidad de programar avisos para los intervalos de autocalibración.....10 Puntos. 	<p>IZASA HOSPITAL SLU.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí dispone..... 10 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS 3. Sí dispone..... 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
14	<p>BAÑO TÉRMICO CON AGITACIÓN PARA PASTEURIZACIÓN DE LECHE HUMANA DONADA EN EL BANCO DE LECHE</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Función de arranque suave del agitador para un mínimo impacto en las muestras.....10 Puntos. 2. Altura ajustable de la rejilla para proporcionar varias formas de ajuste del material de vidrio.....10 Puntos. 3. El sistema de agitación no produce salpicaduras en el agua del baño en vacío ni lleno de recipientes.....10 Puntos. 	SIN OFERTAS
15	<p>ANALIZADOR AGROALIMENTARIO</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peso inferior a 12 Kg.....15 Puntos. 2. Tamaño que permita su colocación sobre encimera en un espacio inferior a 50 x 50 cm.....15 Puntos. 	SIN OFERTAS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
16	MAQUINA DE HIELO PICADO PILÉ TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Patas con altura regulable..... 20 Puntos. 2. Puerta de cierre de cabina que se oculte al abrir..... 10 Puntos.	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30 1. Sí dispone..... 20 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS
17	PH-METRO TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Peso del equipo inferior a 900g..... 15 Puntos. 2. Altura inferior a 40 cm. 15 Puntos.	ANALISIS VINICOS S.L.....TOTAL PUNTOS: 15 1. Sí dispone..... 15 PUNTOS 2. No dispone..... 0 PUNTOS
18	BÁSCULA PESABEBÉS CON TALLÍMETRO TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Memoria pesos anteriores..... 10 Puntos. 2. Posibilidad de detección de plano inclinado o superficie inadecuada para la pesada..... 10 Puntos. 3. Sistema de autocalibrado 10 Puntos.	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30 1. Sí dispone..... 10 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10PUNTOS 3. Sí dispone..... 10 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
19	BÁSCULA PESAPAÑALES TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Memoria pesos anteriores..... 10 Puntos. 2. Posibilidad de detección de plano inclinado o superficie inadecuada para la pesada..... 10 Puntos. 3. Sistema de autocalibrado 10 Puntos.	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30 1. Sí dispone..... 10 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS 3. Sí dispone..... 10 PUNTOS
20	CALIENTABIBERONES INDIVIDUAL CON SISTEMA DE DOBLE USO BIBERÓN/JERINGA TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Mantenimiento de la temperatura de la leche hasta 30 minutos tras finalización del ciclo de calentamiento..... 15 Puntos. 2. Opción de descongelado 10 Puntos. 3. Opción de colocación en riel o en barra con pie..... 5 Puntos.	PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA S.A..TOTAL PUNTOS: 30 1. Sí dispone..... 15 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS 3. Sí dispone..... 5 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE ELECTROMEDICINA PARA EL ÁREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
21	<p>TERMÓMETRO-MONITOR DIGITAL CON CONTACTO</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Función cronómetro para facilitar la toma de frecuencia cardiaca y respiración.....20 Puntos. 2. Ampliación a 3 años de la garantía con cobertura integral (preventivo, correctivo y calibración).....10 Puntos. 	<p>HELIANTHUS MEDICAL, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí dispone..... 20 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS
22	<p>EXTRACTOR DE LECHE</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asa que permita su transporte.....10 Puntos. 2. Pantalla digital que permita visualizar su funcionamiento.....10 Puntos. 3. Pie con ruedas con freno.10 Puntos. 	<p>PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA S.A...TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sí dispone..... 10 PUNTOS 2. Sí dispone..... 10 PUNTOS 3. Sí dispone..... 10 PUNTOS