

CONSULTA FORMULADA POR LA EMPRESA BAXTER / HILLROM IBERIA, S.L.U., RESPUESTA DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO Y COMUNICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL JEFE DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, RELATIVA AL P.A. 43/2024 HUP, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA MODULAR, ASÍ COMO TODOS LOS SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS, EN EL CEP HNOS. GARCIA NOBLEJAS, DEPENDIENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA.

A la vista de las consultas realizadas por la empresa BAXTER / HILLROM IBERIA, S.L.U., y con el fin de que todas las empresas interesadas puedan licitar en igualdad de condiciones, en aras de la libre concurrencia a este expediente, se procede a dar explicación a las siguientes cuestiones:

Consulta realizada por la empresa BAXTER/HILLROM IBERIA, S.L.U.:

- En cuanto al panel técnico de quirófano:

Se pide: "Este panel controlará [...] Accionamiento del A/C y su modulación.

Para poder controlar el A/C desde el panel técnico, el Hospital debe disponer de un sistema de control de clima que permita consignar desde el panel de quirófano.

Por favor, ¿podrían confirmarnos que el Hospital dispone de esto?

El hospital dispone de un sistema de control del sistema de a/c

Se pide: "Este panel controlará [...] Reloj digital y cronómetro y control remoto de reloj digital independiente"

De esto entendemos que hay que incluir un reloj digital embebido en el panelado del quirófano. ¿Es así?

Solo se necesita un sistema que muestre la hora y tenga posibilidad de establecer cronómetros. En este caso, si el panel domótico lo puede proporcionar, no haría falta el segundo.

- Para las estaciones de trabajo de enfermería / anestesia (página 5 del PPT) se piden pantallas de mínimo 30 pulgadas. ¿Se puede ofertar una pantalla de aproximadamente 30" ($\pm 10\%$)? **No, estas pantallas irán embebidas en las paredes tras cristal, no hace falta que sean de grado médico, su tamaño será mínimo de 30".**

Se pide también lo siguiente: "Se debe garantizar el acceso fácil a los mismos para apagarlos y encenderlos"

¿Valdría con un sistema que permita encender y apagar el PC con un botón desde el teclado? **Sí, pero se debe de garantizar un acceso fácil para tareas de mantenimiento de los mismos.**

La Sección de Contratación Administrativa del Servicio de Logística del Hospital Universitario de La Princesa, procede a la publicación de estas consultas y sus respectivas respuestas en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid, para conocimiento de todos los interesados.

Madrid, a fecha de la firma
EL JEFE DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Fdo.: Alfredo MARTÍNEZ CALLEJA

