



**EXPEDIENTE: 2024000050**

**OBJETO DEL CONTRATO**

El presente contrato tiene por objeto el suministro de MATERIAL FUNGIBLE PARA EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE CONTRASTE, para cubrir las necesidades de Hemodinamia Adultos del Hospital Ramón y Cajal.

| LOTE | Nº ORDEN | CÓDIGO | ARTÍCULO  |
|------|----------|--------|---|
| 1    | 1        | 305713 | <b>MANDO DE CONTROL DE INYECCIÓN DE CONTRASTE</b><br>Controlador manual neumático de PVC de 175 cm de longitud, con doble lumen y diámetro de 3 mm con conectores luer hembra y macho a pantalla, con línea de alta presión para inyección de contraste de PVC de 140 cm de longitud y 5 mm de diámetro, con conector luer hembra a manifold y llave de tres pasos con conector luer hembra a catéter.  |
| 1    | 2        | 305714 | <b>KIT JERINGA DE INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN</b><br>Jeringa de inyección de policarbonato de al menos 16,67 cm de longitud y 3,7 mm de diámetro con capacidad de 100 ml unido a la línea de alta presión por luer macho rotatorio y envase de contraste por espita con dispositivo de cierre. Debe venir en kit premontado en embalaje estéril en cajas de al menos 10 unidades.   |
| 1    | 3        | 305715 | <b>KIT LINEA SALINA</b><br>LINEA DE BAJA PRESIÓN CON TRANSDUCTOR FISIOLÓGICO desechable de PVC compuesto de dos tramos unidos por el transductor: el tramo 1, de 80 cm de longitud y 7 mm de diámetro con conector tipo espita y el tramo 2, de 30 cm de longitud y 3 mm de diámetro con conector luer macho.<br>LLAVE MANIFOLD con válvula antirretorno de policarbonato con conectores luer hembra a jeringa y a línea salino y luer macho a línea de alta presión.<br>JERINGA MANUAL de policarbonato de 12 cm de capacidad con conector luer macho. |

El adjudicatario deberá ceder, sin cargo añadido para el Hospital, tres equipos de Sistema de inyección de contraste.

Características técnicas:

Sistema de inyección con jeringa de contraste de 100 ml con relleno y purgado automático. Con controlador de inyección ergonómico y de gran precisión.



**ANEXO:**


1. Se aportará el correspondiente y obligado marcado CE de cada artículo o declaración de conformidad.
2. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
3. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
4. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.

5. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
6. Etiquetado en el que figure:
  - a. La denominación del artículo.
  - b. El método de esterilización utilizado.
  - c. Las fechas de caducidad del producto.
  - d. El número de lote.
  - e. La referencia comercial.
  - f. Marcado CE.
  - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
7. Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.
8. Relación de equipos a ceder y sus fungibles vinculados (que no estén incluidos en esta licitación), junto con su valoración económica.

Fdo. Dr. J.D. Zamorano Gómez  
Jefe de Servicio de Cardiología

Fdo. Dr. F. Roldán Moll  
SUBDIRECTOR ÁREA MÉDICA  
SUBDIRECCIÓN MÉDICA

|   |  |          |
|---|--|----------|
|  <b>Hospital Universitario<br/>Ramón y Cajal</b><br>SERVICIO DE SUMINISTROS<br><b>SUMC</b> | ANEXO AL PLIEGO DE<br>ESPECIFICACIONES<br>TÉCNICAS | ANEXO 25 |
|---|--|----------|

P.A. 2024000050

| LOTE | N.O. | CODIGO | ARTICULO                                   | UNIDAD<br>MEDIDA | CANTIDAD<br>ESTIMADA<br>(24 meses) | PRECIO UNIDAD<br>MEDIDA<br>(IVA no incluido) | BASE IMPONIBLE | TIPO<br>IVA | TOTAL IVA | IMPORTE TOTAL<br>ESTIMADO<br>(IVA incluido) |
|------|------|--------|--|------------------|------------------------------------|--|----------------|-------------|-----------|---|
| 1    | 1    | 305713 | MANDO DE CONTROL DE INYECCIÓN DE CONTRASTE | UNIDAD           | 4.040                              | 35,46  | 143.258,40     | 21,00       | 30.084,26 | 173.342,66                                  |
| 1    | 2    | 305714 | KIT JERINGA DE INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN   | UNIDAD           | 1.100                              | 35,46  | 39.006,00      | 21,00       | 8.191,26  | 47.197,26                                   |
| 1    | 3    | 305715 | KIT LINEA SALINA                           | UNIDAD           | 1.140                              | 22,73  | 25.912,20      | 21,00       | 5.441,56  | 31.353,76                                   |

|                |            |  |           |            |
|----------------|------------|--|-----------|------------|
| IMPORTE TOTAL: | 208.176,60 |  | 43.717,08 | 251.893,68 |
|----------------|------------|--|-----------|------------|

