

JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL EXPEDIENTE 2024-0-84, TRAMITADO PARA LA ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA CIRCULACION EXTRACORPOREA PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE DONACION EN ASISTOLIA EN EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

CRITERIOS TÉCNICOS DE VALORACIÓN.....HASTA 30 PUNTOS

- Medición de presión: rango del sistema entorno a - 200 mmHg a + 800 mm Hg.....**15 puntos**

Justificación: Aumenta la seguridad del paciente: al tener un rango muy alto de medición, la bomba es capaz de detectar variaciones amplias en la presión

- Lámpara led integrada con brazo flexible.....**15 puntos**

Justificación: La lámpara led aporta una luz intensa y evita al calentamiento y el brazo flexible permite libertad de movimiento y posicionamientos diferentes, tanto para iluminar partes importantes como para evitar deslumbramientos.

Madrid, a fecha de firma

MUÑOZ
GUIJOSA
CHRISTIAN -
DNI

Firmado digitalmente
por MUÑOZ GUIJOSA
CHRISTIAN - DNI

Fecha: 2024.06.19
19:11:46 +02'00'

Fdo.: Dr. Muñoz Guijosa
Jefe de Sº de Cirugía Cardíaca